

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Název veřejné zakázky	Dodávka antigenních testů 2021-2022
Druh řízení	výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu
Zadavatel:	Domov U Biřičky
sídlo:	K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové
IČ:	00579033
DIČ:	CZ00579033
zástupce:	Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitel

V souladu s ustanovením Zadávací dokumentace k tomuto výběrovému řízení obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o vysvětlení (doplňující informace) k výše uvedené veřejné zakázce.

Tímto zadavatel, poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Žádost o vysvětlení (dotaz)	č. 2
<p><i>Dobrý den, v bodě 10.3 Zadávací dokumentace v záložce "Testované vlastnosti předkládaných vzorků" jsou mimo jiné zmiňovány i pytle na odpad a sáčky do odpadkových košů. Domníváme se, že jde o text jiné zadávací dokumentace. Prosíme o potvzení, že se nejedná o součásti požadovaných testů a současně žádáme zadavatele o upřesnění jaké vlastnosti budou u testů předmětem testování. Děkujeme a jsme s pozdravem</i></p>	

Vysvětlení – odpověď na žádost (dotaz)	č. 2
<p>Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje následující:</p> <p><i>Zadavatel prověřil znění čl. 10 odst. 10.3 Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace a v tomto směru sděluje, že v předmětné tabulce v položce „Testované vlastnosti předkládaných vzorků“ skutečně nastala administrativní nepřesnost ve znění (popisu) testovaných vlastností (tj. Zadavatel bude dále testovat zejména následující vlastnosti: - v případě <u>pytlů na odpad</u> (viz položky vzorků č. 1.1 až 1.5): rozměr (ŠxV); minimální tloušťka materiálu; nosnost. - v případě <u>sáčků do odpadkových košů</u> (viz položky vzorků č. 2.1 až 2.5): rozměr (ŠxV); minimální tloušťka materiálu.)</i></p> <p><u>Zadavatel ze shora uvedených důvodů tímto upřesňuje a mění znění tabulky v rámci čl. 10 odst. 10.3 Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace v položce „Testované vlastnosti předkládaných vzorků“, kdy sděluje, že přirozeně budou testovány TECHNICKÉ PARAMETRY, které jsou blíže specifikovány v rámci PŘÍLOHY Č. 3 – SPOTŘEBNÍ KOŠ, a to:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompletní set (sada) pro screeningové POC antigenní testy (POC Ag) - testy pro výtěr výlučně z nosohltanu prováděné proškoleným zdravotnickým personálem - pro profesionální použití - Certifikát CE IVD - Prohlášení o shodě - sensitivita minimálně 97 % - minimální specifická 99 % - čas vyhodnocení vzorku maximálně 15 minut - návod v českém jazyce součástí balení - k provedení testu není vyžadován žádný přístroj ani materiál - hygienicky balené - doba expirace testovací sady minimálně do března 2023 <p>Zadavatel tímto uvádí, že nové znění tabulky v rámci čl. 10 odst. 10.3 Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace v položce „Testované vlastnosti předkládaných vzorků“ tímto zní následovně</p>	
Testované vlastnosti	Předkládané vzorky musí splňovat Technické parametry, které jsou blíže specifikovány v rámci Přílohy č. 3 této Zadávací dokumentace – Spotřební koš.

<p>předkládaných vzorů</p>	<p>Zadavatel bude dále testovat zejména následující vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kompletní set (sada) pro screeningové POC antigenní testy (POC Ag)</i> - <i>testy pro výtěr výlučně z nosohltanu prováděné proškoleným zdravotnickým personálem</i> - <i>pro profesionální použití</i> - <i>Certifikát CE IVD</i> - <i>Prohlášení o shodě</i> - <i>sensitivita minimálně 97 %</i> - <i>minimální specifická 99 %</i> - <i>čas vyhodnocení vzorku maximálně 15 minut</i> - <i>návod v českém jazyce součástí balení</i> - <i>k provedení testu není vyžadován žádný přístroj ani materiál</i> - <i>hygienicky balené</i> - <i>doba expirace testovací sady minimálně do března 2023</i>
<p>Průběh provádění testování a zkoušek předkládaných vzorků</p>	<p>Vzorky budou zadavatelem testovány a zkoušeny, a to v podmínkách odpovídajících běžnému provozu, tj. při poskytování zdravotnických a sociálních služeb a dalších činností s těmito službami spojenými.</p> <p>V rámci testování a testovaných vlastností vzorků budou ověřovány zejména <i>Technické parametry</i> dle Přílohy č. 3 této Zadávací dokumentace – Spotřební koš, které jsou stanoveny jako minimální požadavky zadavatele.</p>
<p>Výsledné posouzení testování a zkoušek předkládaných vzorků</p>	<p>Požadavek na předložení vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky splní vybraný dodavatel řádným a včasným předložením příslušného počtu požadovaných vzorků s požadovanými technickými parametry (dle výše uvedeného).</p> <p>Požadavek na úspěšné testování a výsledek zkoušek předkládaných vzorků splní dodavatel až po řádném provedení testování a zkoušek předkládaných vzorků, kdy dojde zadavatelem k ověření testovaných vlastností předkládaných vzorů a výsledek provedení testování a zkoušek bude vyhovující pro účely zadavatele v rámci všech testovaných vlastností vzorků.</p> <p>Nesplnění shora uvedených požadavků zadavatele může být zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek a nabídka takového dodavatele (účastníka) může být z výběrového řízení vyřazena a dodavatel (účastníka) vyloučen.</p>

V Hradci Králové, dne 8.6.2021

Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitel
Domov U Biřičky
i.s. Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát