

Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Zakázka: Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje I
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedeného dotazu a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.

Dotaz č. 1:

V části A) Ultrazvukové přístroje a RTG s příslušenstvím, Oblastní nemocnice Jičín a.s. Ultrazvukový přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie je uveden požadavek na „synchronizované zobrazení ultrazvukového zobrazení s vyšetřením provedeným na CT nebo MRI přístroji na displeji ultrazvukového přístroje a zařízení pro 3D registraci ultrazvukové sondy jako součást přístroje“

Prosíme o upřesnění uvedeného požadavku – je tím myšlena schopnost přístroje synchronizovat ultrazvukový diagnostický obraz s daty získanými z jiných modalit (CT, MRI) přímo během ultrazvukového vyšetřování v reálném čase a musí být tedy součástí dodávky i zařízení pro snímání polohy ultrazvukové sondy nebo postačí schopnost přístroje porovnávat uložené ultrazvukové obrazy s nálezy získanými z CT či MRI až po provedeném ultrazvukovém vyšetření (tzv. off-time superpozice či korelace)?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel stanovil v technických podmínkách veřejné zakázky požadavky, které odpovídají vlastnostem a možnostem ultrazvukových systémů nejvyšší výkonnostní kategorie, jejíž výši zadavatel určil s ohledem na účel použití a z něj vyplývající klinicko-medicínské požadavky, dále s ohledem na současné trendy i budoucí rozvoj ultrazvukových diagnostických aplikací a v neposlední řadě rovněž s ohledem na ochranu vložené investice, neboť zadavatel předpokládá využívání tohoto zařízení po dobu minimálně 8 let bez nutnosti jeho dalšího upgradování.

Zadavatel trvá na technických požadavcích, uvedených v zadávací dokumentaci. Konkrétně se jedná o schopnost přístroje synchronizovat simultánní ultrazvukový obraz snímání oblasti s objemovými daty, získanými z CT modalit, přímo během ultrazvukového vyšetření v reálném čase, k čemuž je nutné přesné snímání polohy ultrazvukové sondy prostřednictvím 3D snímací soustavy, která musí být z uvedeného důvodu součástí dodávky.


Místo a doba pro podání nabídek:

Lhůta a místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle Zadávací dokumentace.

V Hradci Králové dne 24. 6. 2014

Ing. Lenka Uhnavá
zpracovala

Ing. Pavel Tichý
zástupce zadavatele



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj