

Dodatečná informace č. 4 k zadávacím podmínkám

Zakázka: Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje I
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedeného dotazu a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.

Dotaz č. 1:

Příloha č.3a) – Technické specifikace dodávky pro dílčí část A

Předmět plnění zakázky:

Na straně č.12 část Mobilní výkonný RTG přístroj pro nepřímou digitalizaci 1 kus je uvedeno cituji: "DAP metr integrovaný v primární cloně pro měření povrchové dávky", které je podmínkou plnění veřejné zakázky.

Komentář: Analogový rentgenový systém nedokáže předávat dávku o pacientovi přímo do PACSu. Z tohoto důvodu máme za to, že je nepodstatné jestli mobilní RTG přístroj bude mít integrovaný, nebo externí DAP metr (levnější možnost). V případě poruchy DAP metru je externí varianta praktičtější. Měřič dávky se demontuje a pošle k opravě. U integrovaného DAP metru se musí demontovat celý kolimátor a přístroj je vyřazen z provozu.

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat externí měřič povrchové dávky, DAP metr?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:


Zadavatel bude akceptovat externí DAP metr. Je však nutné mít výstup v jasně definované hodnotě dávky na velikost plochy. Nesmí se jednat o DAP metr, který numericky vypočítává dávku z nastavených parametrů při expozici.

Místo a doba pro podání nabídek:

Lhůta a místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle Zadávací dokumentace.

V Hradci Králové dne 27. 6. 2014


Ing. Lenka Uhnová
zpracovala


Ing. Pavel Tichý
zástupce zadavatele