

Dodatečné informace č. 6 k zadávacím podmínkám

Zakázka: Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje II
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedených dotazů a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.

Dotaz č. 1:

část B) Anesteziologické přístroje a plicní ventilátory

Část Plicní ventilátory ARO Rychnov nad Kněžnou – Ventilátor plicní transportní 1 ks

Uchazeč předpokládá dle požadavku zadavatele „Ovládání ventilátoru pomocí klávesnice nebo dotykového barevného displeje (min 6,4“) a otočného ovladače“, že se jedná o dvě akceptovatelné varianty ovládání přístroje. Požadavek na minimální úhlopříčku se vztahuje k dotykovému displeji a definuje minimum pro zachování bezpečného a komfortního ovládání přístroje, který využívá této technologie.

Je tento předpoklad správný?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že předpoklad uchazeče je správný.

Dotaz č. 2:

část B) Anesteziologické přístroje a plicní ventilátory

Část Plicní ventilátory ARO Rychnov nad Kněžnou – Ventilátor plicní transportní 1 ks

Zadavatel požaduje „Nezávislost chodu ventilátoru na přívodu stlačeného medicínálního vzduchu a kyslíku, tj. s vlastní integrovanou turbínou.“

Uchazeč předpokládá, že tento požadavek je založen na snížení počtu věcí nutných k manipulaci v průběhu transportu. Nabídkou nosného systému integrujícího tlakovou láhev by byl zachován požadavek na ergonomii. Nabízené řešení nijak neovlivňuje uvažovaný medicínální účel poptávaného přístroje a je v současné době jedním z preferovaných a nejčastěji použitých řešení pro patientský transport ZZS Královéhradeckého kraje. Je tento předpoklad správný?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel k dotazu uvádí, že předpoklad uchazeče je správný.

Dotaz č. 3:

část B) Anesteziologické přístroje a plicní ventilátory

Část Plicní ventilátory ARO Rychnov nad Kněžnou – Ventilátor plicní transportní 1 ks

Zadavatel požaduje „Ventilační režimy - řízené, podpůrné a odvykací: VCV, PCV, SIMV, PSV, CPAP.“

Akceptuje zadavatel přístroj nabízející monitoring a kompenzaci úniků, umožňující všechny v současné době při transportu používané ventilační režimy zadavatelem definovaných patientských

skupin – řízená objemová VCV, řízená objemová synchronizovaná SIMV, tlakovou podporu PSV a ventilaci kontinuálním pozitivním přetlakem CPAP bez režimu řízené tlakové ventilace preferované zejména u novorozenců a používané u přístrojů bez kompenzace úniků?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Ano, zadavatel bude takovýto přístroj akceptovat.


Místo a doba pro podání nabídek:

Lhůta a místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle Dodatečných informací č. 2 k Zadávací dokumentaci.

V Hradci Králové dne 27. 6. 2014



Ing. Lenka Uhnava
zpracovala



Ing. Pavel Tichý
zástupce zadavatele