

Dodatečná informace č. 5 k zadávacím podmínkám

Zakázka: Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje I
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedeného dotazu a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci pro dílčí část A: Ultrazvukové přístroje a RTG s příslušenstvím je požadováno dodání mobilního výkonného RTG přístroj pro nepřímou digitalizaci s požadovanou šířkou max. 60 cm. Naše firma může nabídnout špičkové mobilní rentgenové zařízení spolu s excelentní kvalitou zobrazení, ovšem nesplňující šířkový požadavek. Dle zvláštních požárně bezpečnostních požadavků na provedení a vybavení únikových cest v budovách zdravotnických zařízení se únikové cesty řeší podle ČSN 730802; kdy musí být zajištěna světelná šíře dveří nejméně 0,9 m. Bude zadavatel akceptovat dodání přístroje s max. šířkou 67,8 cm?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:


Zadavatel k dotazu uvádí, že trvá na požadavcích stanovených v Zadávací dokumentaci a dodání přístroje s šířkou 67,8 cm nemůže akceptovat.

Místo a doba pro podání nabídek:

Lhůta a místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle Zadávací dokumentace.

V Hradci Králové dne 2. 7. 2014


Ing. Lenka Uhnava
zpracovala


Ing. Pavel Tichý
zástupce zadavatele