

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 1
(Dodatečná informace č. 1)

Veřejná zakázka: Ultrazvukové přístroje pro pediatrii a radiologii pro Oblastní nemocnici Náchod

Identifikační údaje zadavatele:

podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

Mgr. Kateřina Machová, tel.: +420 495 817 489, e-mail: kamachova@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO 260 00 202
DIČ CZ699004900
Zástupce RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s ustanoveními § 98 a § 99 ZZVZ následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: „prosím o doplnění informací k pediatrickému ultrazvuku: 1. požadujete konvexní multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 1,5–6,0 MHz, min. 192 krystalů ve snímači budete akceptovat sondu s rozsahem 1,0-5,7MHz?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat tento frekvenční rozsah.

Dotaz č. 2: „požadujete sektorová multifrekvenční kardiologická sonda pro vyšetření dětí, frekvenční rozsah 2–8 MHz, úhel zobrazení min. 115°budete akceptovat sondu s rozsahem 2,3-7,2MHz a úhlem 90st?“

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel bude akceptovat sondu s rozsahem 2,3 – 7,2 MHz, úhel zobrazení zadavatel požaduje zachovat min. 115° z důvodu co možná nejširšího zobrazovacího pole u malých dětí.

Dotaz č. 3: „požadujete lineární multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 3–20 MHz, šířka aktivního pole max. 4 cm, min. 192 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, součástí sondy 4 programovatelná tlačítka s možností přiřazení funkcí (změna hloubky, zmrazení obrazu, aktivace módů – CF, PDI, uložení obrazu atd.) jednotlivým tlačítkům budete akceptovat sondu buď s frekvencí 6-23 MHz bez tlačítek nebo 3-11 MHz s 3 programovatelnými tlačítky?“

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel bude akceptovat sondu s frekvencí 6-23 MHz bez tlačítek.

Dotaz č. 4: „požadujete možnost připojení vysokofrekvenční lineární sondy typu „hokejka“ pro snadné provádění intervenčních zákroků v blízkých polích, frekvenční rozsah min. 8–18 MHz budete akceptovat sondu s rozsahem 3,5-16 MHz?“

Odpověď na dotaz č. 4:

Ano, zadavatel bude akceptovat sondu s rozsahem 3,5-16 MHz.

Dotaz č. 5: „požadujete možnost připojení vysokofrekvenční lineární matrixové sondy pro zobrazení periferních nervů a provádění regionální anestezie, frekvenční rozsah min. 4–16 MHz, počet elementů v sondě větší než 1000
budete akceptovat ultrazvuk bez možnosti připojení matrixové lineární sondy?“

Odpověď na dotaz č. 5:

Ne, zadavatel trvá na možnosti připojení lineární matrixové sondy.

Dotaz č. 6: „požadujete možnost připojení jícnové TEE sondy, frekvenční rozsah min. 2–8 MHz budete akceptovat sondu s rozsahem 2,3-7,2 MHz?“

Odpověď na dotaz č. 6:

Ano, zadavatel bude akceptovat sondu s rozsahem 2,3-7,2 MHz.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 11. 2021 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

Příloha č. 1 a – Technická specifikace rev01 (ve znění DI č. 1)

Příloha č. 4 – Tabulka plnění minimálních požadavků rev01 (ve znění DI č. 1)

V Hradci Králové dne 6. 10. 2021

Mgr. Kateřina Machová,
oddělení veřejných zakázek,
na základě pověření