



Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

Informace o zadavateli

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Zadavatel č. 1: **Královéhradecký kraj**
Sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem
IČO: 70889546
a

Zadavatel č. 2: **Oblastní nemocnice Náchod, a. s.**
Sídlem: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Jednající: RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
IČO: 260 00 202

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: **Infuzní technika (doplnění stavu) pro Oblastní nemocnici Náchod**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení: otevřené řízení nadlimitní podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“)

Zadavatel č. 1 výše uvedené zakázky dne 4. 10. 2021 usnesením Rady Královéhradeckého kraje
rozhodl

dle ustanovení § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, o
zrušení zadávacího řízení s názvem Infuzní technika (doplnění stavu) pro Oblastní nemocnici Náchod, jelikož po vyloučení jediného účastníka zadávacího řízení není v zadávacím řízení žádný účastník.

Odůvodnění:

Zadavatel v zadávacích podmínkách v čl. 8 písm. b) uvedl, že účastník prokáže splnění technických podmínek nabízeného předmětu zakázky dokladem: Technickými podmínkami nabízeného zboží, které účastník doloží formou vyplnění příslušné Přílohy č. 4 zadávacích podmínek – Tabulka plnění minimálních požadavků ve formátu word, kde ke každému jednotlivému parametru nebo položce uvede, zda jím navržené řešení požadavek splňuje (A), případně nesplňuje (N).

Pokud účastník v tabulce uvede alespoň v jednom případě údaj N, znamená to nesplnění technických podmínek veřejné zakázky a z toho plynoucí vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Účastník do Tabulky plnění minimálních požadavků v pol. č. 2 – T-1010c – Pumpa infuzní v řádku “Možnost různých infuzních setů od min. 3 výrobců” vyplnil “NE” a doplnil do kolonky Upřesnění splnění požadavku text “Dedikovaný, speciální, bezpečnostní set se silikonovým pump. segmentem, který je možno použít”. Takové řešení však zadavatel neakceptoval a trval na požadavcích dle zadávacích podmínek, jak již uvedl v rámci Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek - Dodatečné informace č. 1 zveřejněné na profilu zadavatele EZAK dne 19. 5. 2021.

Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona z důvodu, že nabídka předložená účastníkem nesplňuje zadávací podmínky. O vyloučení tohoto účastníka rozhodla Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/26/1362/2021 dne 23. 8. 2021.

Dle ustanovení § 127 odst. 1 zákona zadavatel zruší zadávací řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení. Dle ustanovení § 47 odst. 2 písm. a) zaniká vyloučenému účastníkovi účast v zadávacím řízení v okamžiku, kdy uplyne lhůta pro podání námitek proti vyloučení, pokud námitky nepodá. Vzhledem ke skutečnosti, že účastník nepodal v zákonem stanovené lhůtě námitky proti rozhodnutí, zanikla mu tak, jako jedinému účastníkovi, účast v zadávacím řízení a zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemá žádného účastníka zadávacího řízení, a tedy zadavateli nezbyvá jiné řešení, než zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 1 zákona zrušit.

V Hradci Králové dne 4. 10. 2021.

.....
Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradeckého kraje