

## Dodatečná informace č. 7 k zadávacím podmínkám

**Zakázka:** Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje III  
**Zadavatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
**Způsob zadání:** Otevřené nadlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedeného dotazu a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.

### **Dotaz č. 1:**

V příloze zadávací dokumentace č. 3a) Technická specifikace dodávky pro dílčí část A Monitorovací stanice a telemetrie, zadavatel v položce Centrální monitor pro interní oddělení – Oblastní nemocnice Náchod a.s. – 1 ks požaduje v položce 1 a 2 min 15" barevný dotykový displej a souběžný monitoring až 18 pacientů to je 8 kanálů LAN a 10 kanálů telemetrie. Uchazeč je názoru, že s ohledem na počet a charakter pacientů velikost dotykové obrazovky 15" není dostatečná. Uchazeč nabízí výhodnější technické řešení se dvěma displeji velikosti alespoň 19", kdy je centrální monitor zvlášť pro každou skupinu pacientů. Bude zadavatel považovat toto řešení za splnění zadávací dokumentace?

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:**

Ano, řešení se dvěma displeji velikosti 19" bude zadavatel považovat za splnění zadávací dokumentace.

### **Dotaz č. 2**

V příloze zadávací dokumentace č. 3a) Technická specifikace dodávky pro dílčí část A Monitorovací stanice a telemetrie, zadavatel v položce Centrální monitor pro interní oddělení – Oblastní nemocnice Náchod a.s. – 1 ks požaduje v položce 10 a 12 tabulkové a grafické trendy 48 hodin a současně zobrazení 96 hodin full disclosure, současně v části monitor požaduje 24 trendů. Uchazeč nabízí technické řešení obvyklé z podobných instalací, kdy trendy jsou na monitoru 72 hodin a centrální monitor monitoringu má možnost délky trendů 48 hodin a 72 hodin Full disclosure. Bude uživatel akceptovat toto technické řešení?

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:**

Zadavatel považuje trendy na monitoru 72 hodin a centrální monitor monitoringu možnost délky trendů 48 hodin a 72 hodin Full disclosure za splnění zadávací dokumentace.

### **Dotaz č. 3**

V příloze zadávací dokumentace č. 3a) Technická specifikace dodávky pro dílčí část A Monitorovací stanice a telemetrie, zadavatel v položce Telemetrický vysílač pro interní oddělení – Oblastní nemocnice Náchod a.s. – 10 ks požaduje přenos respirace do centrály. Vzhledem k tomu že požadavek přenosu respirace do centrály není obvyklý, uchazeč se domnívá, že došlo k administrativní chybě a že se jedná o měření saturace. Je tento předpoklad správný?

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:**

Ano, jedná se o měření saturace.

### **Místo a doba pro podání nabídek:**

Lhůta a místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle Dodatečné informace č. 6.

V Hradci Králové dne 18. 7. 2014

.....  
Ing. Pavel Tichý  
zástupce zadavatele



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj