

Dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám

Zakázka: Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje I
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedených dotazů a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.

Dotaz č. 1:

Gynekologicko-porodnické oddělení ON Náchod

Zadavatel ve své specifikaci požaduje: "Obsluha musí být přehledná pomocí mechanicky odolné klávesnice, nežádoucí jsou dotykové displeje a jiné foliové klávesnice" v současné době téměř naprostá většina renomovaných ultrazvukových firem vybavuje své stroje vyšších výkonnostních kategorií dotykovými obrazovkami maximální kvality a odolnosti. Tímto požadavkem tedy zadavatel znemožňuje účast pro mnoho kvalitních ultrazvukových firem. Trvá zadavatel na tomto parametru nebo umožní dodávku zařízení s dotykovými obrazovkami maximální kvality a odolnosti?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že trvá na svém požadavku.

Dotaz č. 2:

Gynekologicko-porodnické oddělení ON Náchod

Zadavatel ve své specifikaci požaduje: "Sondy jsou požadovány širokopásmové, maticové s "pinless" provedením konektoru. "

Z praxe víme, že pinless konektory nijak nezaručují vysokou kvalitu ultrazvukového obrazu ani ultrazvuku jako takového a své přístroje jimi vybavuje jen několik firem na trhu. Mnoho firem používá jiné technické řešení konektorů a mnoho z nich také dodává sondy na nejvyšší technické úrovni, díky kterým dosahují vysoké kvality obrazu. Trvá zadavatel na požadavku "pinless" provedení konektorů?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel k dotazu uvádí, že trvá na požadavku pinless provedení konektoru.

Dotaz č. 3:

Gynekologicko-porodnické oddělení ON Náchod

Zadavatel ve své specifikaci požaduje: "automatické měření parametrů fetální biometrie BPD, HC, OFD, TBD, APBD, AC, FLatd., automatická detekce rozhraní echogenity včetně měření průměrů, ploch a objemů v 3D zobrazeních." Náš dodavatel záměrně ustupuje od automatizovaných měření parametrů fetální biometrie. Je známo, že pro správné fungování těchto automatizovaných měření musí být obrázky pořizované za optimálních podmínek, které nejsou ovšem ve většině případů splněny. Měření se tak musí korigovat a obsluze přidělávají naopak práci navíc, v horším případě může docházet k nepřesnostem v měření, což je nežádoucí o to více, že se jedná o fetální diagnostiku. Bude zadavatel trvat na parametru automatizovaného měření?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel k dotazu uvádí, že trvá na parametru automatizovaného měření.

Dotaz č. 4:

Gynekologicko-porodnické oddělení ON Náchod

Zadavatel ve své specifikaci požaduje: "panoramatické zobrazení alespoň 200 cm." Prosíme o specifikaci, jaká vyšetření jsou plánovaná s tímto panoramatickým zobrazením provádět. Bude dostačující panoramatické zobrazení s maximální délkou zobrazení 140 cm?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Zadavatel k dotazu uvádí, že panoramatické zobrazení s maximální délkou zobrazení 140 cm je nedostačující.

Dotaz č. 5:

Interní odd. ON Náchod a.s.

Zadavatel ve své specifikaci požaduje: "obslužný pult musí být lehce přístupný, klávesnice musí být odolná, mechanická, nikoli fóliová nebo dotyková, obsluha tiskárny a dalších periferních zařízení z hlavního ovládacího panelu" v současné době téměř naprostá většina renomovaných ultrazvukových firem vybavuje své stroje vyšších výkonnostních kategorií dotykovými obrazovkami maximální kvality a odolnosti. Tímto požadavkem tedy zadavatel znemožňuje účast pro mnoho kvalitních ultrazvukových firem. Trvá zadavatel na tomto parametru nebo umožní dodávku zařízení s dotykovými obrazovkami maximální kvality a odolnosti?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Zadavatel k dotazu uvádí, že trvá na svých požadavcích.

Dotaz č. 6:

Interní odd. ON Náchod a.s.

Zadavatel ve své specifikaci požaduje: "aplikační programové vybavení pro provádění intrakardiologických vyšetření vyšetření intrakardiálním katetrem ICE" Prosíme o informaci, co je míněno aplikačním programovým vybavením? Budou na přístroji intrakardiologická vyšetření prováděna, ačkoli nejsou požadovány ani ultrazvukové katetry, ani sondový konektor?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

Zadavatel k dotazu uvádí, že programové vybavení pro provádění intrakardiologických vyšetření vyšetření intrakardiálním katétre nebude požadovat.

Dotaz č. 7:

Na straně č.12 část Mobilní výkonný RTG přístroj pro nepřímou digitalizaci 1 kus je uvedeno cituji: "*Rotační anoda s rychlostí otáčení min. 9000 ot/min.*", které je podmínkou plnění veřejné zakázky.

Komentář: U mobilních rentgenů se nepředpokládá vysoká vytíženost rentgenky z podstaty jejich užívání. Z toho důvodu mají nižší výkon generátoru, cca 30 kW. Vysokootáčková rentgenka s počtem otáček 9000 ot./min. poskytuje obrovský výkon, který se v praxi u mobilních rentgenů nevyužívá.

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat vysoce kvalitní nízko-otáčkovou rentgenku s rychlostí otáčení anody cca 3000 ot./min?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:

Zadavatel k dotazu uvádí, že bude akceptovat rtg s otáčkami anody 3000 ot/min.

Dotaz č. 8:

Na straně č. 13 část Zařízení pro nepřímou digitalizaci včetně příslušenství je uvedeno cituji: "*Volitelná rozlišovací schopnost skenování s nejlepším rozlišením max. 100 µm*", která je podmínkou plnění veřejné zakázky.

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat zařízení pro nepřímou digitalizaci nejvyšší kvality jenom s jednou možností rozlišení a to s vysokým rozlišením 100µm? Zařízení převyšuje požadované kritérium rychlosti čtení kazet formátu 35x43 cm při rozlišení 100µm.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 8:

Bude-li zařízení disponovat pouze jednou rozlišovací schopností skenování, a to zadavatelem požadovanou hodnotou max. 100µm, zadavatel toto nepovažuje za nesplnění technických podmínek a připouští navržené řešení.

Dotaz č. 9:

Defibrilátor

V technické specifikaci je požadavek na pulzní bifázický výboj nastavitelný do min. 250J.

Nové technologie umožňují efektivně a šetrně pro defibrilaci používat nižší energie výboje s tím, že je zachována úspěšnost zásahu a navíc je díky nižší energii použité při defibrilaci zásah šetrnější.

Bude zadavatel akceptovat bifázický výboj o energii 200J?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 9:

Zadavatel k dotazu uvádí, že trvá na svých požadavcích a přístroj o energii 200J nebude akceptovat.

Dotaz č. 10:

Defibrilátor

V technické specifikaci je uvedeno „standartní defibrilační elektrody, s možností použití AED kabelu“
Je tímto myšleno, že zadavatel požaduje mimo manuální mód i AED mód?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 10:

Zadavatel k dotazu uvádí, že požaduje do Nemocnice Dvůr Králové nad Labem a na Interní oddělení Nemocnice Rychnov nad Kněžnou i AED mód.

Zadavatel však na ARO Nemocnice Rychnov nad Kněžnou nepožaduje AED mód.

Dotaz č. 11:

EKG přístroj

V technické specifikaci je uvedeno „12ti kanálový tisk na 210mm termopapír“ a níže v specifikaci je uvedeno „Šíře papíru: 112mm“

Jaká je tedy požadované nejmenší šíře výtisku 210mm nebo 112mm?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 11:

Zadavatel k dotazu uvádí, že požaduje do Nemocnice Dvůr Králové nad Labem šíři tisku 112mm a do Nemocnice Rychnov nad Kněžnou šíři výtisku 210 mm.

Dotaz č. 12:

EKG přístroj

V technické specifikaci je požadavek na „Kombinovaná alfanumerická a funkční klávesnice na dotykovém displeji“

Bude zadavatel akceptovat kombinovanou alfanumerická a funkční klávesnici bez nutnosti dotykové obrazovky?

V tomto případě by byl rovněž zachován účel a funkce a přitom by nehrozilo snížení čitelnosti displeje znečištěním“.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 12:

Zadavatel k dotazu uvádí, že do Nemocnice Dvůr Králové nad Labem a Interního oddělení Nemocnice Rychnov nad Kněžnou nepožaduje dotykovou obrazovku.

Zadavatel však požaduje dodání dotykové obrazovky na ARO Nemocnice Rychnov nad Kněžnou.


Místo a doba pro podání nabídek:

Zadavatel na základě skutečnosti, že na dodatečné informace neodpověděl ve lhůtě dle § 49 odst. 2 ZVZ a v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek na celou původní délku.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **13. 10. 2014 v 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek se nemění. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **13. 10. 2014 v 10:00 hodin** v sídle zadavatele.

V Hradci Králové dne 18. 7. 2014

.....
Ing. Lenka Uhnová
zpracovala


.....
Ing. Pavel Tichý
zástupce zadavatele