

**Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 3 (Dodatečná informace č. 3)**

**Veřejná zakázka: Ultrazvukové přístroje pro gynekologii a porodnici pro
Oblastní nemocnici Náchod**

Identifikační údaje zadavatele:

Podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických

- Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
- Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Lucie Jasinková, tel.: +420 495 817 610, e-mail: ljaskinkova@kr-kralovehradecky.cz,

Zadavatel č. 2

Název **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO 260 00 202
DIČ CZ699004900
Jednající RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Kontaktní osoby ve věcech technických

- Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz
- Bc. Michaela Kapustová, tel.: + 420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

T-0301b UTZ přístroj (GYN-POR) vyšší třídy s modulem 3D/4D

Dotaz č.1: „Požadujete 3D/4D konvexní sondu typu single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 – 8 MHz. Bude zadavatel akceptovat 3D/4D sondu v rozsahu 2 – 9 MHz?“

Dotaz č. 2:

Položka č.2 UZ přístroj (GYN-POR) vyšší třídy s modulem 3D/4D

Zadavatel u veřejné zakázky „Ultrazvukové přístroje pro echokardiografii (ARO) a přenosný (MJIP“ a u veřejné zakázky „Ultrazvukové přístroje pro pediatrii a radiologii“ pro Oblastní nemocnici Náchod odpovědí na dodatečné dotazy připustil akceptování jiných frekvenčních (kmitočtových) rozsahů, než bylo původně požadováno, u následujících sond:

- lineární sonda 2,4 – 10 MHz nyní zadavatel akceptuje rozsah 3 – 12 MHz
- konvexní sonda 1,4 – 6 MHz nyní zadavatel akceptuje rozsah 1 – 5 MHz
- konvexní sonda 1,5 – 6 MHz nyní zadavatel akceptuje rozsah 1 – 5,7 MHz
- sektorová sonda 2 – 8 MHz nyní zadavatel akceptuje rozsah 2,3 – 7,2 MHz
- lineární sonda 3 – 20 MHz nyní zadavatel akceptuje rozsah 6 – 23 MHz
- lineární sonda typu „hokejka“ 8 – 18 MHz nyní zadavatel akceptuje rozsah 3,5 – 16 MHz
- jícnová TEE sonda 2 – 8 MHz nyní zadavatel akceptuje rozsah 2,3 – 7,2 MHz

Předpokládáme tedy, že zadavatel bude akceptovat frekvenční (kmitočtový) rozsah 3D/4D konvexní sondy v rozsahu 2 – 9 MHz. Horní hodnota frekvence je pro výsledek 3D/4D vyšetření výhodnější (lepší prostorová rozlišovací schopnost) než dolní frekvence.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat 3D/4D konvexní sondu v rozsahu 2 – 9 MHz?

Odpověď na dotazy č. 1 a č. 2:

Zadavatel trvá na frekvenčním rozsahu min. 1 – 8 MHz pro 3D/4D konvexní sondu typu single crystal pro abdominální vyšetření, a to z důvodu vyšetření bariatrických pacientů, kdy je důležitá co nejnižší frekvence.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 13. 10. 2021

Ing. Lucie Jasinková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření