

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 2
(Dodatečná informace č. 2)

Veřejná zakázka: **Ultrazvukové přístroje pro echokardiografii (ARO) a přenosný (MJIP) pro Oblastní nemocnici Náchod**

Identifikační údaje zadavatele:

podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

Mgr. Kateřina Machová, tel.: +420 495 817 489, e-mail: kamachova@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO 260 00 202
DIČ CZ699004900
Zástupce RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s ustanoveními § 98 a § 99 ZZVZ následující změnu zadávacích podmínek:

- Dotaz č. 1:** „Zadavatel v technické specifikaci požaduje:
- Řádek 26 - 4D sektorová sonda typu matrix s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách, kmitočtový rozsah cca 1,5 – 4,5 MHz vhodná pro dospělou echokardiografii, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI)
 - 3D/4D sektorová sonda, kmitočtový rozsah cca 1-5MHz

Požadované parametry na tuto sondy byly upraveny dotazem na formulaci: „Zadavatel požaduje jednu sondu splňující všechny požadované parametry“. Bude zadavatel akceptovat jednu 3D/4D sektorovou sondu splňující všechny požadované vlastnosti a funkcionality, tzn. „3D/4D sektorová sonda typu matrix s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách, kmitočtový rozsah 1,4 – 5,2 MHz, vhodný pro dospělou echokardiografii, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI)“?

Odpověď na dotaz č. 1: Ano, zadavatel bude akceptovat tuto sondu.

- Dotaz č. 2:** „Zadavatel v technické specifikaci požaduje:
- Řádek 77 – lineární multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 3-12 MHz, velikost aktivní plochy cca 40 mm
- Bude zadavatel akceptovat lineární multifrekvenční sondu, frekvenční rozsah 4-13 MHz, velikost aktivní plochy 38 mm?*

Odpověď na dotaz č. 2: Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

- Dotaz č. 3:** „Zadavatel v technické specifikaci požaduje:
- Řádek 78 – maticová jícnová sonda s monokrystalovou technologií elementů, s min. 2400 elementy, frekvenční rozsah min. 2-8 MHz
- Bude zadavatel akceptovat maticovou jícnovou sondu s monokrystalovou technologií elementů s 2400 elementy, frekvenční rozsah 3-8 MHz?*

Odpověď na dotaz č. 3: Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel **upravil** přílohy č. 1 a) a č. 4 a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 11. 2021 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy: Příloha č. 1 a – Technická specifikace rev02 (ve znění DI č. 2)
Příloha č. 4 – Tabulka plnění minimálních požadavků rev02 (ve znění DI č. 2)

V Hradci Králové dne 27. 10. 2021

Mgr. Kateřina Machová, na základě pověření