

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Nástavby do anesteziologických vozíků pro MJIP ONN a.s.“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 69 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu

Vážení,

níže Vám ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky, a to na základě žádosti jednoho účastníka o veřejnou zakázku.

Úplné znění dotazu účastníka ze dne 10. 11. 2021

Dobrý den paní Hybšová,

Ještě bych se Vás chtěl zeptat zda jste již tuto přestavbu v minulost prováděli a jakým způsobem byl kastlík ke konstrukci připojen?

Pokud je to možné prosím pošlete mi fotku požadovaného dílu.

Chceme se ujistit že dodáme přesný produkt.

Děkuji a přeji hezký zbytek dne.

Odpověď zadavatele ze dne 11. 11. 2021

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím emailové komunikace kontaktní osobě zadavatele dne 10. 11. 2021, tedy řádně a včas ve lhůtě.

Níže předkládá zadavatel odpovědi na dotazy účastníka:

Odpověď č. 1)

Ne, tuto přestavbu jsme v minulosti neprováděli. Nemáme požadovaný díl.

Odpověď č. 2)

Použijí se původní výsuvy i čela zásuvek a místo rámu se připevní klasický kastlík zásuvky.

Zadavatel umožnil před podáním nabídek prohlídku místa plnění a dále uvedl v technické dokumentaci, že se dané rozměry můžou lišit v řádu mm, nutné přeměření dodavatelem před samotnou výrobou (před podpisem smlouvy). V příloze přiloženy fotografie pojezdů a konstrukce stávajících zásuvek.

Lhůta pro doručení nabídek zůstává nezměněná.

Nabídky doručte do 16. 11. 2021 do 13:00 hodin.

V Náchodě dne 11. 11. 2021




Miroslav Bůžek
Technický náměstek
ON Náchod a.s.

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 69 NÁCHOD
19

Výrazný rám, který enceme nahradit kufříkem



Pojezd po vysazení zášuvky





Spodní pohled na vysazený kastlík

