

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle § 56 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Biochemické a imunochemické analytické systémy pro ONN a.s.“

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Jednající:	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
IČ:	26000202
DIČ:	CZ699004900
Způsob zadání:	otevření řízení, v nadlimitním režimu

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě žádostí uchazečů o veřejnou zakázku.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele dne 10.11.2021 15:31:20, tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1 – řádek 74: Rychnov nad Kněžnou, fotometrie

Ve vysvětlení ZD č. 3 – odpověď na dotaz č. 4 zadavatel uvádí „Zadavatel upřesňuje, že bude akceptovat hodnotu 1 200 testů ve špičce na obou systémech, tj. na hlavním i na záložním systému v laboratoři Rychnov nad Kněžnou.“

Mohl by zadavatel upřesnit, zda hodnota výkonu 1200 testů ve špičce je požadovaný výkon v součtu za hlavní i záložní systém?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel obdobně znějící dotaz již vypořádal ve vysvětlení č. 5. Nicméně zadavatel uvádí, že 1200 testů ve špičce je součtem výkonu hlavního i záložního systému.

Dotaz č. 2:

Dotaz č. 2 – řádek 79: Rychnov nad Kněžnou, Imunochemie 300 pozic pro vzorky

Zadavatel v ZD v příloze č.1 -Technická specifikace na řádku 79 uvádí tento požadavek:

„Imunochemická část celkem: Min. 300 pozic pro vzorky v každém systému.“

Tazatel v rámci předběžné tržní konzultace obdržel data, z jejichž analýzy plyne, že laboratoř Rychnov nad Kněžnou zpracovává přibližně 300 žádanev v pracovní den. Podle stejných dat je zřejmé, že 300 žádanev představuje zhruba 318 zkumavek.

Bude zadavatel s ohledem na tato data akceptovat hlavní systém s 200 pozicemi pro vzorky?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Zadavatel nepředpokládá vložení 300 vzorků najednou, u integrovaných systému s kontinuálním zpracováním vzorků se považuje za pozici pro vzorek jak samotný podavač analyzátoru, tak podavač integrovaného systému. Pokud systém provádí alikvotaci imunochemických metod před samotným zpracováním, lze za pozici pro vzorek považovat i tento alikvot.

Dotaz č. 3:

Dotaz č. 3 – řádek 26: Volitelná frekvence kalibrací, možnost ready to use kalibrátorů

Zadavatel v ZD v příloze č.1 -Technická specifikace na řádku 26 uvádí tento požadavek: „Volitelná frekvence kalibrací, možnost ready to use kalibrátorů.“

Bude zadavatel akceptovat v tomto bodě u imunochemických metod možnost prodloužit délku platnosti kalibrace na neomezenou dobu?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení, tj. není přípustné prodloužit délku platnosti kalibrace na neomezenou dobu. Nicméně Zadavatel předpokládá provádět kalibrace dle doporučení výrobce (změna šarže, stabilita kalibrace).

Dotaz č. 4:

Dotaz č. 4 – řádek 47: Evidence použitých šarží reagensů, kalibrátorů, kontrolních materiálů, ostatních provozních roztoků, průběh jejich spotřeby (doba na palubě, množství zbývajících testů, odhad času do jejich výměny), expirace

Zadavatel v ZD v příloze č.1 -Technická specifikace na řádku 47 uvádí tento požadavek: „Evidence použitých šarží reagensů, kalibrátorů, kontrolních materiálů, ostatních provozních roztoků, průběh jejich spotřeby (doba na palubě, množství zbývajících testů, odhad času do jejich výměny), expirace.“

Bude zadavatel akceptovat, pokud nebudou evidovány šarže těch promývacích roztoků a pevných spotřebních materiálů, které se neúčastní vlastních reakcí?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 4:

Zadavatel není schopen opovědět na výše uvedený dotaz, a to z důvodu jeho obecného znění.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodloužovat lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 09.12. 2021 do 8:00 hodin.

V Náchodě dne 15. 11. 2021

Ing. Lukáš Hartwich
Prokurista
Oblastní nemocnice Náchod a.s.