

Dodatečná informace č. 8 k zadávacím podmínkám

Zakázka: Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje II
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel poskytuje dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedeného dotazu a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.

Dotaz č. 1:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - Anesteziologický přístroj pro ARO:

Zadavatel požaduje sedimentační smyčky.

Uchazeč předpokládá, že pojmem sedimentační smyčky je rozuměna schopnost přístroje zobrazit grafickou závislost jednotlivých ventilačních parametrů, zejména inspiračního tlaku P a dechového objemu VT. Je tento předpoklad správný?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:


Zadavatel k dotazu uvádí, že předpoklad uchazeče je správný.

Místo a doba pro podání nabídek:

Na základě skutečnosti, že zadavatel z důvodu administrativního pochybení nezodpověděl dotaz ve lhůtě stanovené v § 49 odst. 2 ZVZ rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **7. 8. 2014 v 9:00 hodin**. Místo pro podání nabídek se nemění. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **7. 8. 2014 v 9:00 hodin** v sídle zadavatele.

V Hradci Králové dne 29. 7. 2014


Ing. Pavel Tichý
zástupce zadavatele