

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle § 56 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Biochemické a imunochemické analytické systémy pro ONN a.s.“

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Jednající:	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
IČ:	26000202
DIČ:	CZ699004900
Způsob zadání:	otevření řízení, v nadlimitním režimu

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě žádostí uchazečů o veřejnou zakázku.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele dne 19.11.2021 15:14:24, tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1 – řádek 87: Broumov 300 pozic pro vzorky

Zadavatel v ZD v příloze č.1 -Technická specifikace na řádku 87 uvádí tento požadavek:

„Imunochemická část celkem: Min. 300 pozic pro vzorky.“

Tazatel v rámci předběžné tržní konzultace (dále jen „PTK“) obdržel data, z jejichž analýzy plyne, že laboratoř Broumov zpracovává přibližně 220 žádanek v pracovní den. Při detailním zkoumání těchto dat je zřejmé, že to představuje přibližně 250 zkumavek za den.

Bude zadavatel s ohledem na tato data akceptovat systém s 200 pozicemi pro vzorky?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat výše uvedený návrh a trvá na parametrech uvedených v řádku č. 87 přílohy č. 1 Technická specifikace.

Dotaz č. 2:

Dotaz č. 2 – řádek 88: Broumov odzátkování

Zadavatel v ZD v příloze č.1 -Technická specifikace na řádku 88 uvádí tento požadavek: „Dodávka zařízení pro: odzátkování (kapacita min. 300 za hodinu).“

Tazatel v rámci PTK obdržel data, z jejichž analýzy plyne, že laboratoř Broumov zpracovává přibližně 220 žádanek v pracovní den. Při detailním zkoumání těchto dat je zřejmé, že to představuje přibližně 250 zkumavek za den.

Bude zadavatel s ohledem na tato data akceptovat systém s průchodností odvíčkování 200 zkumavek za hodinu?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Zadavatel nebude akceptovat výše uvedený návrh a trvá na parametrech uvedených v řádku 88 přílohy č. 1 Technická specifikace.

Dotaz č. 3:

Dotaz č. 3 – řádek 30: Možnost definování průměrného počtu provedených testů jednotlivých metod na každý den a automatické upozornění na doplnění diagnostik

Zadavatel v ZD v příloze č.1 -Technická specifikace na řádku 30 uvádí tento požadavek „Možnost definování průměrného počtu provedených testů jednotlivých metod na každý den a automatické upozornění na doplnění diagnostik.“ Tato možnost je obvyklá u biochemických analyzátorů.

Bude zadavatel u imunochemického analyzátoru akceptovat možnost automatického upozornění na doplnění diagnostik s předstihem, pokud na vložení reagentie není nutná pauza stroje a není tak ohroženo včasné vydání výsledku ani jeho kvalita?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

Zadavatel požaduje shodné řešení u obou systémů, tj. požaduje pro imunochemický systém stejné řešení jako u biochemického systému.

Dotaz č. 4:

Dotaz č. 4 – řádek 48: Dohledatelnost všech zásahů obsluhy (log)

Zadavatel v ZD v příloze č.1 -Technická specifikace na řádku 48 uvádí tento požadavek „Dohledatelnost všech zásahů obsluhy (log).“

Bude zadavatel akceptovat dohledatelnost rutinních zásahů obsluhy (doplnění spotřebního materiálu) u imunochemického analyzátoru v případě, že se jedná o plně uzavřený analytický systém?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 4:

Zadavatel trvá na parametru uvedeném v řádku č. 48 přílohy č. 1 Technická specifikace, tj. požaduje dohledatelnost všech postupů shodně pro biochemický i imunochemický systém.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodloužovat lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 09.12. 2021 do 8:00 hodin.

V Náchodě dne 24. 11. 2021.

RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady
Oblastní nemocnice Náchod a.s.