

Písemná zpráva zadavatele

vyhotovená dle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“),

o průběhu zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem:

„**Ultrazvukové přístroje pro echokardiografii (ARO) a přenosný (MJIP) pro Oblastní nemocnici Náchod**“

zadávané v otevřeném nadlimitním řízení

1. Identifikační údaje zadavatelů:

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci je Zadavatel č. 1 pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení.

Zadavatel č. 1	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
Zástupce	Mgr. Martine Červíček, hejtman

Zadavatel č. 2	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO	260 00 202
Zástupce	RNDr. et Bc. Jan Mach, předseda správní rady

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky bylo dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu celkem dvou ultrazvukových přístrojů pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN), určených na oddělení ARO a JIP. Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem – ONN.

Zpracovatel projektové dokumentace:

JIKA – CZ s.r.o., IČO: 25917234, se sídlem: Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové

Jednatel: Ing. Jiří Slánský

Zpracovatel auditu zdravotnické techniky:

HOSPIMED, spol. s r.o., IČO: 00676853, se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

Jednatel: Ing. Radim Celecký

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Škopek

Biomedicínský inženýr – Finální podoba technické specifikace:

Ing. Martin Jireš, IČO: 01379771, se sídlem: Ve slatinách 3243/1, 106 00 Praha – Záběhlce

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry byla uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – a) Technická specifikace, b) Počty a umístění, která je pro plnění předmětu této veřejné zakázky závazná. Předmět dodávky dle přílohy č. 1 byl dále podrobně specifikován přílohou č. 2 zadávacích podmínek – návrh kupní smlouvy.

Předmět dodávky dle přílohy č. 1 je dále podrobně specifikován přílohou č. 2 zadávacích podmínek – návrh kupní smlouvy. Pozáruční servis je dále podrobně specifikován přílohou č. 3 zadávacích podmínek – návrh smlouvy o poskytování servisních služeb.

Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je zejména:

- a) doprava do místa plnění, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů;
- b) instruktáž zdravotnického personálu uživatele (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů);
- c) vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, a protokolu opravňujícího provádět následně instruktáže zdravotnického personálu v používání předmětu veřejné zakázky pro určeného pracovníka uživatele, pokud má dodavatel k takovému oprávnění prokazatelný souhlas výrobce zboží;
- d) dodání předávacího protokolu, záručního a dodacího listu;
- e) poskytování komplexního záručního servisu a oprav včetně dodávky náhradních dílů;
- f) po dobu záruky (minimálně však 1x ročně) požaduje zadavatel provedení bezpečnostně technických kontrol dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOZP“), které jsou nezbytné pro provoz tohoto zařízení. Dále provedení veškerých předepsaných či doporučených kontrol a revizí včetně vystavení protokolů (a to jak výrobcem, tak servisní organizací nebo právními předpisy), aby zdravotnický prostředek splňoval podmínky uvedené v ZOZP. Pokud je pro provedení bezpečnostně technických kontrol či jakýchkoliv dalších předepsaných testů vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení těchto kontrol, a proto nemůže být samostatně účtován. Poslední bezpečnostně technické kontroly musí být účastníkem provedeny nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční lhůty;
- g) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury NIS a PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle ZOZP;
- h) ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno;
- i) poskytování pozáručního servisu po dobu 5 let (po skončení záručního servisu).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky pomocí CPV – Kódu:

33100000-1 – Zdravotnické přístroje

33112000-8 – Echografické, ultrazvukové a Dopplerovy zobrazovací přístroje

33124120-2 – Diagnostické ultrazvukové přístroje

3. Cena sjednaná ve smlouvě:

- Kupní smlouva: 5 958 000,00 Kč bez DPH (tj. 7 209 180,00 Kč včetně DPH)
- Servisní smlouva: 748 500,00 Kč bez DPH (tj. 905 685,00 Kč včetně DPH)

4. Druh zadávacího řízení:

Otevřené nadlimitní řízení

5. Označení účastníků zadávacího řízení:

Ve lhůtě pro podání nabídek byla podána 1 nabídka.

Evidenční číslo nabídky	Účastník (Obchodní firma a sídlo)	IČO	Datum a čas přijetí
1	CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Klausova 1441/28, PSČ 15500	44848315	26. 11. 2021 v 17:49:52

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Nebyl vyloučen žádný účastník.

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:

Dle ustanovení § 122 odst. 2 ZZVZ, pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci zadávacího řízení zadavatel obdržel právě jednu nabídku, komise neprovedla hodnocení nabídek, ale přistoupila k posouzení podané nabídky z hlediska splnění podmínek účasti, uvedených v zadávacích podmínkách.

Vybraným dodavatelem je **CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o.**, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Klausova 1441/28, PSČ 15500, IČO: 44848315, s **celkovou nabídkovou cenou 6 706 500,00 Kč bez DPH** (nabídková cena A pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj činí 5 958 000,00 Kč bez DPH a nabídková cena B pro zadavatele č. 2 Oblastní nemocnici Náchod, a.s. činí 748 500,00 Kč bez DPH), jehož nabídka po posouzení splnění podmínek účasti, splnila všechny zákonem a zadavatelem stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení.

8. Označení poddodavatele:

Vybraný dodavatel využije tyto poddodavatele: Electric Medical Service, s.r.o., IČO: 49970267, sídlo: č.p. 74, 664 62 Ledce pro zaškolení obsluhy, provádění záručního servisu, provádění pravidelných BTK; a společnost S & T Plus s.r.o., IČO: 25701576, sídlo: Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4 pro zaškolení obsluhy, provádění záručního servisu, provádění pravidelných BTK.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu:

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:

Nepoužito.

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:

Při podání nabídky byly použity elektronické prostředky – certifikovaný elektronický nástroj EZAK.

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je kompletní dodávka včetně zajištění mj. pozáručního servisu.

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle ustanovení § 78 odst. 3 ZZVZ:

Nepoužito.

V Hradci Králové dne 14.01.2022

Mgr. Kateřina Machová,
oddělení veřejných zakázek,
na základě pověření