

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č.1)

Zakázka: Domky Na Květné - dodávka polohovatelných van

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Mitrović, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 727 883 498

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim zákona.

Zadavatel vydává toto vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č.1:

„.....žádáme Vás o poskytnutí odpovědí na naše dotazy k výše zmíněné veřejné zakázce a její části.

Dotaz č.1

Zadavatel v tabulce splnění minimálních technických podmínek v technické specifikaci požaduje parametr: „sprcha s aretací pro nepřetržitý proud vody při sprchování“.

Rozumíme správně, že požadujete rukojeť sprchy s pistolovým ovládáním s možností aretace tohoto ovládání? Vztahuje se tento požadavek i na dezinfekční sprchu?

Dotaz č. 2

Zadavatel v tabulce splnění minimálních technických podmínek dále požaduje parametr: „opěrka hlavy a zádové opěry“.

Znamená to, že požadujete samostatný polštář pod hlavu s přísavkami a samostatné dvě zádové opěry s přísavkami?“

Odpověď č.1:

Ad Dotaz č 1.

Ano, požadujeme rukojeť sprchy s pistolovým ovládáním s možností aretace tohoto ovládání u obou sprch.

Ad Dotaz č. 2.

Ano, požadujeme samostatný hlavový polštář s přísavkami a dvě samostatné zádové opěry s přísavkami, vyhotovené z nenasákavého a teplotně izolačního materiálu pro lepší pohodlí klientů.

Dotaz č.2:

„.....chtěl bych Vás požádat o informaci k parametru vany :

- Minimální výška vstupní hrany vany/přepravní výška 600 mm

Dle norem pro invalidní vozíky je výška sedačky u invalidních vozíků a transportních křesel 500mm.

Vámi stanovená výška jako minimální neodpovídá možnosti přesezení z invalidního vozíku ve stejné úrovni jako je nástup vany a dle parametru není umožněné dodání vany s nižší výškou než 600mm přestupní hrany.

Předpokládáme, že došlo k chybě při opisování parametru a jako Minimální výška vstupní hrany měla být maximálně 500mm.

Prosíme o vyjádření k danému parametru.“

Odpověď č.2:

Z hlediska budoucího užívání vany, při manipulaci s klienty jsou používány zvedáky a jiné technické prostředky nikoli invalidní vozíky.

Vazba na invalidní vozík tak pro nás není zásadní.

Připouštíme ovšem rozmezí minimální výšky vstupní hrany vany 560 - 600 mm.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 14. 3. 2022 v 10:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 3 - Tabulka plnění minimálních požadavků DI 1

V Hradci Králové 21. 2. 2022

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření