

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s interní směrnicí Oblastní nemocnice Náchod, a.s. č. 048 – Postup při zadávání veřejných zakázek

„Pořízení vířivých van pro RHB II“

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Jednající:	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
IČ:	26000202
DIČ:	CZ699004900
Způsob zadání:	VZMR

Vážení,

níže Vám ze strany zadavatele Oblastní nemocnice Náchod a.s., poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky, které zadavatel obdržel 25. 03. 2022 prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, jako uchazeč o tuto zakázku posíláme žádost k vysvětlení zadávací dokumentace.

dotaz:

v návrhu kupní smlouvy článek 8 odstavec 10 je uvedeno:

„Prodávající je povinen garantovat servisní odezvu do 24 hodin.“

Dotaz zní, zda by tam neměl být uveden stejný text jako v návrhu servisní smlouvy:

„Prodávající je povinen v pracovních dnech ve své pracovní době neprodleně, nejpozději však do 24 hodin“

V případě nahlášení servisu např. v pátek po pracovní době, je lhůta reakce do soboty. Pokud by prodávající v této lhůtě nereagoval, plynuly by mu z toho penále. Prosíme o vysvětlení, případně opravu.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel na žádost účastníka upravuje znění článku 8 odst. 10 Kupní smlouvy v tomto znění:

Prodávající je povinen v pracovních dnech ve své pracovní době garantovat servisní odezvu (servisní odezvou se rozumí přijetí oznámení o poruše/vadě a sdělení termínu opravy) do 1 pracovního dne od nahlášení poruchy přístrojového vybavení a oznámit kupujícímu předpokládaný rozsah a délku opravy, servisu či kontroly, přičemž prodávající je povinen začít, nebude-li dohodnuto jinak, v pracovních dnech do 2 dnů, pokud se nebude jednat o složitou závadu. Prodávající je povinen odstranit závadu a provést opravu přístrojového vybavení nejpozději do 4 dnů od potvrzení přijetí hlášení o závadě.

Revidovaná příloha č. 4 je přílohou tohoto vysvětlení.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy:

Příloha č. 4_zadávací dokumentace

V Náchodě dne 18. 5. 2022.



Miroslav Bůžek
Technický náměstek
Oblastní nemocnice Náchod a.s.