

Dodatečná informace č. 8 k zadávacím podmínkám

Zakázka: Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje I
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedeného dotazu a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v dodatečných informacích č.7 zakázky „Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje I“ v odpovědi na dotaz č. 11 (EKG přístroj) uvádí, že pro nemocnici Dvůr Králové nad Labem požaduje šíři tisku 112 mm. V původní zadávací dokumentaci byl požadavek na šíři tisku na 210 mm. Uchazeč nabízí výhodnější technické řešení, kde šířka tisku je 210 mm, což významně zvýší přehlednost a čitelnost zaznamenaných parametrů při zachování požadovaného účelu použití. Bude zadavatel považovat toto řešení za splnění zadávací dokumentace?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:


Zadavatel k dotazu uvádí, že za předpokladu splnění všech ostatních parametrů, bude dodání přístroje s šíří tisku 210 mm považovat za splnění zadávacích podmínek.

Místo a doba pro podání nabídek:

Lhůta a místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle Dodatečných informací č. 7 k zadávacím podmínkám.

V Hradci Králové dne 8. 9. 2014


Ing. Lenka Uhnává
zpracovala


RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.
zástupce zadavatele