



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Přístroje intenzivní péče o novorozence“

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2022-013607

Číslo oznámení v TED: 2022/S 075-199112

(dále též „VZ“ nebo „Zadávací řízení“)

ZADAVATEL: Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Sídlo: Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

IČO: 26001551

Zastoupen: Ing. Tomáš Sláma, MSc., předseda správní rady

(dále jen „Zadavatel“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE: enovation s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 695/115b, 186 00 Praha 8

Zastoupena: Mgr. Jiřím Kvízem, jednatelem

IČO: 27909751

Kontaktní osoba: Ing. Sabina Zoulová

Kontaktní údaje: +420 733 265 984, sabina.zoulova@enovation.cz

(dále jen „Zástupce zadavatele“)

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám výše uvedený Zadavatel sděluje následující vysvětlení a změnu zadávacích podmínek vztahující se k výše uvedené VZ.

Dotaz č. 1:

„máme následující dotaz k požadovaným parametrům v technické specifikaci pro výše uvedenou veřejnou zakázku.

Zadavatel v technických podmínkách požaduje:

Použití na porodních sálech i novorozeneckém oddělení - snadná přenositelnost resuscitační jednotky v rámci nemocnice, integrované sklápěcí madlo.

Uchazeč se domnívá, že vzhledem k požadované "snadné přenositelnosti v rámci nemocnice" je integrované sklopné madlo spíše komplikací při časté manipulaci.

Toto požadované technické řešení, které nemá vliv na péči o pacienta, je na trhu v ČR k dispozici pouze u jediného výrobku splňujícího dané parametry.

Může tak uchazeč pro rozšíření počtu zájemců nabídnout zařízení o vnějších rozměrech v.36,6cm x š.27,2cm x hl.16,7cm s polozapuštěným pevným madlem, které je vždy k dispozici pro případnou manipulaci a není tak nutné jeho sklápění a vyklápění?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nepovažuje technické provedení transportního madla za limitující faktor z hlediska užitných a funkčních vlastností požadovaného přístroje

a **připouští** nabídnutí "zařízení o vnějších rozměrech v.36,6cm x š.27,2cm x hl.16,7cm **s polozapuštěným pevným madlem**".

Z tohoto důvodu dochází ke **změně přílohy** zadávací dokumentace - Přílohy č. 2d) _Technické podmínky_ část 4, kde je barevně vyznačena změna v příslušném technickém parametru. Zadavatel přikládá aktualizovanou přílohu, kterou dodavatelé použijí při přípravě své nabídky.

Na základě výše uvedeného prodlužuje Zadavatel lhůtu pro podání nabídek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele E-ZAK ON Jičín.

S pozdravem

.....
Ing. Sabina Zoulová
zaměstnanec Zástupce zadavatele

Přílohy:
Příloha č. 2d)_Technické podmínky_část 4_edit