

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky  
zahájené v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	<b>„Výpůjčka analyzátorů a dodávka diagnostik pro zajištění vyšetření moče chemicky a morfologicky“</b>
------------------------	---

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Sídlo:	Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
IČ:	26001551
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Ing. Tomáš Sláma, MSc., předseda správní rady
Kontaktní osoba:	Mgr. Pavel Štěpán, <a href="mailto:stepan@cep-rra.cz">stepan@cep-rra.cz</a> ,
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_301.html">https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_301.html</a>

V zastoupení zadavatele Oblastní nemocnice Jičín a.s., v souladu s Výzvou k podání nabídek a v souladu s § 98 ZZVZ Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku, kterou podal na profil zadavatele dne 11.5.2022.

## 1. Dotazy od účastníka

### DOTAZ 1:

Vážení,

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem "Výpůjčka analyzátorů a dodávka diagnostik pro zajištění vyšetření moče chemicky a morfologicky".

Náš dotaz zní následovně:

V příloze číslo 3 – Cenová nabídka je uvedena statistika z roku 2021, kdy pro pracoviště Jičín se udává analýza moči chemicky 2 600 a analýza moči morfologicky 28 200; pro Nový Bydžov analýza moči chemicky 600 a analýza moči morfologicky 13 500. Tento poměr chemického vs. morfologického stanovení moči je velmi nezvyklý, zvláště, když je v technických specifikacích bonifikována rychlost zpracování chemické části 150 vz/h a více. Pro správný výpočet cenové nabídky bychom se potřebovali ujistit, zda chemických analýz v Nemocnici Jičín bylo skutečně pouze 2 600 za rok (tj. spotřeba močových proužků jen 2 600 ks), nebo celkem 30 800 s tím, že 2 600 z toho bylo stanovení jen chemických bez morfologického stanovení a 28 200 močí bylo stanoveno chemicky i morfologicky.

Předem děkujeme za odpověď.

## **ODPOVĚĎ ZADAVATELE**

Zadavatel potvrzuje nejednoznačné vyjádření. Součástí každé analýzy moče morfologicky je rovněž chemická analýza moče. Spotřeba testacích proužků je součtem počtu vyšetření chemicky, počtu vyšetření morfologicky a počtu kontrolních měření, v definovaném rozsahu.

Na základě dotazu uchazeče a odpovědi zadavatel upravil Přílohu č. 3 – cenová nabídka, úprava je vyznačena červeným textem na řádce č. 12 uvedené přílohy.

**Tímto se ruší platnost přílohy zadávací dokumentace Příloha č. 3\_Cenová nabídka.xls a nahrazuje se novou přílohou s názvem Příloha č. 3\_Cenová nabídka\_OPRAVA 1.xls.**

**Tuto novou Přílohu č. 3\_Cenová nabídka\_OPRAVA 1.xls použijí účastníci ve svých nabídkách.**

## **ZÁVĚR:**

**Vzhledem k povaze shora uvedeného upřesnění zadávacích podmínek se zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Jedná se pouze o upřesnění jedné položky rozpočtu.**

V Hradci Králové, dne 12.5.2022

.....  
Mgr. Pavel Štěpán  
oprávněná osoba zástupce zadavatele

Přílohy

Příloha č. 3\_Cenová nabídka\_OPRAVA 1.xls (samostatný dokument)