

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace

ve veřejné zakázce na dodávky v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon či ZZVZ)

název veřejné zakázky	„Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – výpočetní tomograf (CT)“		
předpokládaná hodnota veřejné zakázky 29 008 000,- Kč bez DPH			
 zadavatel	Oblastní nemocnice Trutnov a.s. sídlo: Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov, Krybllice IČ, DIČ: 260 00 237, CZ699 004 900 zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2334 osoba oprávněná jednat: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správ. rady ve věci zadávacího řízení: Ing. Petr Kozák, prokurista a technický náměstek tel., e-mail: +420 720 979 060, kozak.petr@nemtru.cz ID Datové schránky: 724ff9k		
evidenční číslo zakázky ve VVZ Z2022-017128			
profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html (dále jen „E-ZAK“)			
klasifikační kódy CPV	33115000-1 - tomografické přístroje 50421000-27 - opravy a údržba zdravotnických zařízení		

V uvedeném zadávacím řízení byly zadavateli doručeny následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.1:

Zadavatel v příloze č.5 ZD (závazné charakteristiky a požadavky) uvádí v části „Parametry zobrazení“ tento požadavek: Nejmenší nutná dávka v mGy pro nízko kontrastní rozlišení 5 mm @ 0,3 %, nebo 3 HU maximálně 11 mGy. Na takto uvedený parametr může každý výrobce uvést min. 2 hodnoty. Zadavatel v důsledku nepřesného stanovení skenovacích parametrů nedokáže zajistit splnění požadavku na maximální redukci dávky jak pro pacienta, tak pro zdravotnický personál. Abychom spolu s ostatními dodavateli mohli doložit srovnatelná a klinicky správná data, prosíme zadavatele o dodání informací o požadovaném typu fantomu, rekonstrukční metodě (FBP, IR nebo DL), velikosti vrstvy a typu akvizice. Standardem u výrobců je hodnota uvedena při použití CATPHAN 20 cm, iterativní rekonstrukce, 10mm vrstva, helikální akvizice.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.1:

Zadavatel sděluje, že standardní skenovací parametry nepovažoval za nutné uvádět. Pro potřebu upřesnění sděluje tyto pomůcky a parametry: fantom CATPHAN 20 cm, iterativní rekonstrukce, 10 mm vrstva, helikální akvizice.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.2:

Zadavatel požaduje dodání 4 pracovních stanic pro práci s portálovým serverem vybavených dvěma monitory 24", 2MPx. Rozumíme požadavku správně, že zadavatel požaduje dva monitory ke každé pracovní stanici, tedy celkem 8 kusů monitorů?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.2:

Zadavatel potvrzuje, že je požadováno celkem 8 ks monitorů.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.3:

Žádáme zadavatele upřesnění, jestli k pracovním stanicím požaduje medicínské náhledové nebo diagnostické monitory monochromatické nebo barevné.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.3:

Zadavatel sděluje, že standardně jsou používány barevné monitory. Lze dodat medicínské nebo diagnostické monitory barevné.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.4:

Je správný náš předpoklad, že součástí demontáže a vymístění stávajícího CT je i jeho odvoz a dodání certifikátu o ekologické likvidaci vč. dokladu, tak jak je při demontážích starších CT coby zdrojů ionizujícího záření standardem?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.4:

Zadavatel sděluje, že formulace "odkoupení" stávajícího zařízení (jak v ZD, tak v KS) umožňuje dodavateli se získaným zařízením naložit dle vlastního uvážení. Textová ustanovení zadávacích podkladů zůstávají beze změny.

Jelikož se jedná o upřesnění zadávacích podmínek, kterými nedochází k případnému možnému rozšíření okruhu zájemců či účastníků, nemění zadavatel termín pro podání nabídek.

Ostatní ustanovení zadávacích podkladů se nemění.

V Trutnově dne, 20. 5. 2022

.....
Ing. Petr Kozák,
prokurista a technický náměstek