

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace

ve veřejné zakázce na dodávky v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon či ZZVZ)

název veřejné zakázky	„Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – výpočetní tomograf (CT)“	
předpokládaná hodnota veřejné zakázky 29 008 000,- Kč bez DPH		
 zadavatel	Oblastní nemocnice Trutnov a.s. sídló: Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov, Krybllice IČ, DIČ: 260 00 237, CZ699 004 900 zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2334 osoba oprávněná jednat: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správ. rady ve věci zadávacího řízení: Ing. Petr Kozák, prokurista a technický náměstek tel., e-mail: +420 720 979 060, kozak.petr@nemtru.cz ID Datové schránky: 724ff9k	
evidenční číslo zakázky ve VVZ Z2022-017128		
profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html (dále jen „E-ZAK“)		
klasifikační kódy CPV	33115000-1 - tomografické přístroje 50421000-27 - opravy a údržba zdravotnických zařízení	

V uvedeném zadávacím řízení byla zadavateli doručena následující žádosti o vyjádření se k dotazům účastníka - o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel požaduje rychlý a výkonný systém pro traumatologická, neurologická, břišní, pánevní, plicní a gastroenterologická vyšetření, vč. intervenčních výkonů a kompletního kardio vyšetření s důrazem pro maximální redukci dávky jak pro pacienta, tak pro zdravotnický personál s parametry: 128 klinicky hodnotitelných řezů v ose z na jednu rotaci 360° a simultánně skenovaných řezů v ose z. min 128, velikost gantry min. 80 cm, výkon generátoru min. 100 kW, volitelný proud min. 700 mA, dávka max. 11 mGy, rekonstrukční matice min. 512 * 512 a rekonstrukční rychlost obrazu min. 25 obr./s. Součástí požadavků pro multimodální nezávislý serverový portál je i dodání softwaru pro magnetickou rezonanci, kdy magnetická rezonance není předmětem tohoto výběrového řízení. Tazatel po zevrubném prostudování technické specifikace dospěl k závěru, že kombinace uvedených parametrů v technické specifikaci umožňuje účast a podání nabídky ve výběrovém řízení pouze jedinému výrobcí. V důsledku výše uvedeného dochází k jednoznačnému rozporu se základními zásadami uvedenými v ust. § 6 zákona, a to zejména zásady zákazu diskriminace a rovného zacházení. Nabízíme s ohledem na požadované klinické využití technicky obdobné technické řešení nejnovějšího CT zastupovaného výrobcí, splňující a v celé řadě převyšující požadavky nutné pro klinické využití pro traumatologická, neurologická, břišní, pánevní, plicní a gastroenterologická vyšetření, vč. intervenčních výkonů a kompletního kardio vyšetření s důrazem pro maximální redukci dávky jak pro pacienta, tak pro zdravotnický personál.

Umožní zadavatel účast více než jednoho uchazeče v této veřejné zakázce financované z veřejného rozpočtu připuštěním klinicky a uživatelsky obdobného řešení kombinujícího: 40 mm detektor s 128 hodnotitelnými řezy, 75 cm gantry umožňující celé spektrum intervenčních zákroků a vyšetření i morbidně obézních pacientů s moderní konstrukcí stroje s krátkou geometrií umožňující snížení dávkové zátěže pro pacienty a zdravotnický personál (méně než poloviční dávka, dávka pod 5mGy) a tomu přizpůsobeným 72 kW generátorem o volitelném proudu až 600 mA, dostatečného pro všechny typy požadovaného vyšetření, dále oproti požadavku s 4 násobnou požadovanou rekonstrukční maticí 1024 * 1024, 2 násobnou rychlostí rekonstrukce obrazu 50 obr./s a kolimací odpovídající poptávané velikosti detektoru pro 64 reálných fyzických řad x šířka reálné řady? Současně prosíme o připuštění volumetrického zobrazení mozkové perfuze, jako technicky obdobného řešení k požadavku na procentuální zobrazení PBP a vypuštění pro ostatní dodavatele diskriminačního MR softwaru pro „automatické sestavování anatomických nebo angiografických kompozitních MR obrazů z několika sousedících koronálních nebo sagitálních obrazů pro účely prezentace a dalšího vyhodnocení“ neboť

tento SW běží na konzoli MR, tedy tento SW může dodat pouze firma s instalovaným MR přístrojem na tomto pracovišti.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel jednoznačně odmítá myšlenku, že stanovenými podmínkami technické specifikace dochází, či by mohlo dojít, k porušení základních zásad uvedených v ustanovení § 6 zákona, a to zejména zákazu diskriminace a zásady rovného zacházení.

Zadavatel dále jednoznačně odmítá tvrzení, že kombinace uvedených parametrů v technické specifikaci umožňuje účast a podání nabídky v zadávacím řízení pouze jedinému výrobcí, zájemci, či účastníkovi.

S odkazem na výše uvedené zadavatel trvá na zadávacích podmínkách ve znění, jak jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

Odůvodnění:

Dle průzkumu trhu provedeného zadavatelem existuje více jak jeden výrobce zařízení splňujícího parametry požadované v tomto zadávacím řízení a SW záležitosti lze případně řešit prostřednictvím subdodavatele.

Jelikož se jedná o vysvětlení, kterým nedochází k případnému možnému rozšíření okruhu zájemců či účastníků, nemění zadavatel termín pro podání nabídek.

Ustanovení zadávacích podkladů se nemění.

V Trutnově dne, 27. 5. 2022

.....
Ing. Petr Kozák,
prokurista a technický náměstek