



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„Pořízení RTG přístrojů pro ONN“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

V zadávacím řízení zastoupen:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: zakazky@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,

nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 17.6.2022 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

„**Předmět :** Žádost o vysvětlení VZ „Pořízení RTG přístrojů pro ONN“ – část 3. pojízdný RTG přístroje

Příloha č.2_3_Technické podmínky – 4 ks mobilní skiagrafický RTG přístroj zadavatel požaduje:

„ číslo 1.45 – Rychlý náhled na snímek max. 2 s.“

Bude zadavatel akceptovat RTG přístroj od renomovaného výrobce s plochým bezdrátovým detektorem s rychlým náhledem snímku do 3 s? Jedná se o minimální rozdíl, který z diagnostického hlediska nehraje prakticky žádný rozdíl, jak pro pacienta, tak pro obsluhu. Důležitější parametrem z diagnostického hlediska je plné rozlišení snímku (číslo 1.46), které detektor dosahuje do 6 s“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď k dotazu č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat rychlý náhled na snímek do max. 3 s.

Změna výše uvedeného parametru v rámci technických požadavků zadavatele bude zohledněna v následné změně zadávací dokumentace č. 1, prostřednictvím které dojde rovněž k úpravě příslušné přílohy č. 2_3 zadávací dokumentace.

V Praze dne 21. června 2022

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**