



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„Pořízení RTG přístrojů pro ONN“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

V zadávacím řízení zastoupen:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: zakazky@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic, nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 29.6.2022 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně pak k části 5 VZ: 1 ks skiagrafického RTG systému. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, přičemž si je vědom toho, že tak činí po zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení a tuto skutečnost následně zohlední v rámci dalších úkonů zadavatele:

Dotaz č. 1:

„Stacionární vyšetřovací stůl

1.12 Podélný pohyb stolu min. +/- 50 cm

Dotaz č. 1.

Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného skiagrafického kompletu pro přímou digitální radiografii, splňující medicínský účel a diagnostické využití, s podélným pohybem stolu +/- 48 cm?“

Odpověď k dotazu č. 1:

Ano, zadavatel akceptuje podélný pohyb stolu min. +/- 48 cm.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz č. 2:

„Akviziční stanice

1.47 Operační paměť min.16 GB RAM DDR4

Dotaz č.2.

Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného skiagrafického kompletu pro přímou digitální radiografii, splňující medicínský účel a diagnostické využití, s operační pamětí akviziční stanice 8 GB RAM?“

Odpověď k dotazu č. 2:

Zadavatel trvá na dané minimální požadované velikosti operační paměti a pokládá tuto hodnotu z hlediska současného a budoucího vývoje PC techniky jako opodstatněnou.

Dotaz č. 3:

„Ploché fixní detektory pro přímou digitalizaci pro snímkování na stole (1 ks) a na vertigrafu (1 ks)

1.73 Rychlý náhled na snímek max. 2 s

Dotaz č.3.

Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného skiagrafického kompletu pro přímou digitální radiografii, splňující medicínský účel a diagnostické využití, s rychlým náhledem na snímek u fixního detektoru do 3,5 s?“

Odpověď k dotazu č. 3:

Ano, zadavatel akceptuje nabídku plochého fixního detektoru s přímou digitalizací pro snímkování ve stole (1 ks) a na vertigrafu (1 ks) s rychlým náhledem na snímek do 3,5 s.

Změny výše uvedených parametrů v rámci technických požadavků zadavatele budou zohledněny v navazujících úkonech zadavatele, přičemž dojde rovněž k úpravě příslušné přílohy č. 2_5 zadávací dokumentace.

V Praze dne 7. července 2022

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**