



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 8

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„Pořízení RTG přístrojů pro ONN“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

V zadávacím řízení zastoupen:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: zakazky@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic, nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 1.7.2022 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně pak k části 3 VZ: 4ks mobilního RTG přístroje. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

„Zadavatel požaduje stroj s 32kW generátorem o schopnosti generovat proud 0,3 – 350 mAs a napětí 40-130 kV. Bude zadavatel akceptovat 30kW generátor nejnovější generace, který však díky své účinnosti dokáže generovat proud 0,2 – 630 mAs a napětí 50-125 kV, které je však díky vysoké hodnotě DQE detektorů, kterou však zadavatel nespecifikuje, 75 %, dostatečné a způsobuje potřebu nižších mA a kV, čímž se v souladu s principy ALARA aktivně zapříčiňuje o nižší dávkové zatížení pacienta i obsluhy?“

Odpověď k dotazu č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat 30kW generátor, který dokáže generovat proud 0,2 – 630 mAs a napětí 50 – 125 kV.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz č. 2:

„Zadavatel požaduje detektory o velikosti pixelu 150 um a plném rozlišení – zobrazení – snímku max. 6 s. Bude zadavatel akceptovat zobrazení plného snímku do 10 s, kdy tato delší doba je způsobena zpracováním větších objemů dat v důsledku detektorů s nejvyšším rozlišením na trhu 100 um? Snímky tak mají více než dvojnásobné rozlišení, které potřebuje delší dobu na plné zobrazení. Tazatel současně splňuje požadavek na rychlý náhled do 3s.“

Odpověď k dotazu č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat zobrazení plného snímku do 10 s při zachování požadavku na rychlý náhled do 3 s.

Dotaz č. 3:

„Veškeré stroje pro zobrazování a diagnostiku jsou vyráběny na míru dané technické specifikace zadavatele. Umožní zadavatel s ohledem na stávající globální situaci možnost prodloužení realizace termínu plnění v případě, že dodavatel doloží výpadek materiálu nebo komponentů potřebných k výrobě požadovaného plnění, zejména z důvodu aktuální celosvětové situace?“

Odpověď k dotazu č. 3:

Ano, zadavatel provede úpravu požadavku stanoveného v čl. II. odst. 2.1 tak, že přiměřeně prodlouží termín plnění, aby odpovídal současným reálným tržním dodavatelským možnostem.

Dotaz č. 4:

„Žádáme s ohledem na stávající nepředvídatelnou globální situaci zrušení limitního nastavení maximálních cen za hodinovou sazbu práce technika a cenu cestovného. Zadavatel nepoužívá inflační doložku a cena paliv je volatilní.“

Odpověď k dotazu č. 4:

Zadavatel v návrhu servisní smlouvy (a případně v dalších souvisejících přílohách zadávací dokumentace) zohlední možný budoucí vývoj cenové hladiny a zváží zakomponování inflační doložky.

Výše předestřené změny zadávací dokumentace a jejích příloh budou zohledněny v následujících úkonech zadavatele.

V Praze dne 7. července 2022

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**