

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Dodávka 163 lůžek pro zdravotní péči s příslušenstvím pro RÚ Hostinné
Ev. č. VVZ:	Z2022-029827
Zadavatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, se sídlem Procházkova 818, 541 01 Trutnov, IČO 00195201
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Parametr - 6. Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 30-80 cm pro bezpečnou péči o rizikového pacienta, velmi snadnou mobilizaci pacienta, bezpečnou práci personálu.

Může uchazeč nabídnout zadavateli lůžko se zdvihem ložné plochy 40 – 85 cm?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na požadovaném parametru, a to z těchto důvodů:

Zdvih ložné plochy min. 30-80 cm je požadován z důvodu bezpečnější manipulace s pacienty s ohledem na personál. Nízká pozice postele je požadována z důvodu bezpečnosti při hrozbě pádu pacienta a požadavku na bezpečnou manipulaci při mobilizaci pacienta.

Dotaz č. 2

Parametr - 12. Odnímatelná čela z lehkého kovu (hliník nebo jeho slitina), (výběr z několika dřev dekorů před podpisem smlouvy – shodný design s patientskými stolky).

Může uchazeč nabídnout zadavateli lůžko s odnímatelnými lakovanými čely z kovu s výplní z HPL v dekoru dřeva?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel trvá na požadovaném parametru, a to z těchto důvodů:

Z hlediska celkové hmotnosti postele a manipulace s čely (odnímání) zadavatel požaduje použití lehkého kovu. Další parametr je celkový design lůžka z důvodu vytvoření domácího prostředí s ohledem na delší pobyt pacientů v rehabilitačním zařízení.

Dotaz č. 3

Parametr - 13. Dělené postranice z lehkého kovu (hliník nebo jeho slitina), aretované minimálně ve 4 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka, koncipovaná bez sloupků bránících pohodlné mobilizaci, postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním po celé délce ložné plochy, bezpečné a ergonomické ovládání – nahoře (na nebo nad úroveň ložné plochy).

Může uchazeč nabídnout zadavateli lůžko s jednoduchými postranicemi z lehkého kovu, aretovatelné ve čtyřech pozicích, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka, koncipovaná bez sloupků bránících

pohodlné mobilizaci, postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním po celé délce ložné plochy, bezpečné a ergonomické ovládání – nahoře (na nebo nad úrovní ložné plochy)?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel trvá na požadovaném parametru, a to z těchto důvodů:

Dělená postranice plní účel bezpečného vstávání z lůžka – pacient se může o jednu půlku opřít. Dále je dělená postranice požadována z důvodu zajištění ochrany proti pádu, zároveň je pacientovi zachována možnost bezpečně opustit lůžko bez pomoci či nutné manipulace s postranicemi.

Dotaz č. 4

Parametr - 19. Výsuvná polička na lůžkoviny pod nožním čelem s úložným prostorem pro sesterský ovladač.

Může uchazeč nabídnout zadavateli lůžko s výsuvnou poličkou na lůžkoviny pod nožním čelem bez úložného prostoru pro sesterský ovladač?

Sesterský ovladač je na kabelu a je možné ho kamkoliv (čelo, postranice) zavěsit, tak aby byl vždy přístupný.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel trvá na požadovaném parametru, a to z těchto důvodů:

Sesterský ovladač je nutné zachovat v dosahu pro personál, ale ne v dosahu pacientům. Pokud bude zavěšen na čele, na postranici, bude lákat k používání pacientem, hrozí pád ovladače případně přesunutí jinam. Úložný prostor splňuje parametr uložení z dosahu pacienta, ale dostupnosti pro personál.

Dotaz č. 5

Parametr - 34. 163 ks stolků. Korpus stolu: vyrobený z HPL (high pressure laminate) – laminované dřevotřískové desky s posformingovou úpravou (dekor – shodný design s lůžky).

Může uchazeč zadavateli nabídnout celokovový lakovaný noční stolek?

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel trvá na požadovaném parametru, a to z těchto důvodů:

Stolek z HPL je žádán z důvodu existence současného vybavení nábytku na jednotlivých pokojích. Pro vytvoření dobrého pocitu při pobytu v našem zařízení je důležité nabudit domácí atmosféru a ladit pokoj v podobném, či stejném stylu vybavení. Celokovový stolek je hlučnější při používání a přesunech.

Dotaz č. 6

Parametr - 35. Vrchní deska – ve stejném dekoru jako korpus stolu.

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek kde vrchní (odkládací) deska je plastová se zvýšeným okrajem zamezující pádu položených předmětů?

Odpověď na dotaz č. 6

Zadavatel trvá na požadovaném parametru, a to z těchto důvodů:

Zadavatel požaduje noční stolek bez vrchní plastové desky s okrajem z důvodu jednodušší údržby při úklidu a jeho celkového vzhledu.

Dotaz č. 7

Parametr - 42. Ochranné nárazové hrany na obvodu dna stolku.

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek bez ochranné nárazové hrany na obvodu dna stolku?

Odpověď na dotaz č. 7

Zadavatel trvá na požadovaném parametru, a to z těchto důvodů:

Se stolkem je manipulováno personálem i pacientem. Z důvodu ochrany stolku před nárazem o zeď nebo o jiný nábytek a zajištění dlouhodobého používání zadavatel požaduje ochranné nárazové hrany.

Dotaz č. 8

Parametr - 43. Rozměry: 50 x 50 x 90 cm (+/- 5 cm u každého rozměru).

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek o rozměrech 41,5 x 51 x 88 cm?

Odpověď na dotaz č. 8

Zadavatel trvá na požadovaném parametru, a to z těchto důvodů:

Místo mezi lůžky na žádaný rozměr existuje a zadavatel chce poskytnout pacientům dostatečný prostor k uložení osobních věcí. Není tak důvod žádat užší stolky.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové