



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„Pořízení RTG přístrojů pro ONN II.“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

V zadávacím řízení zastoupen:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: office@jta.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic, nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 27.10.2022 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

„Zadavatel v Příloze č. 2_5_ ZD_Stacionární RTG - část 5: 1 ks skiagrafického RTG systému na straně 2 v sekci Stacionární vyšetřovací stůl 1.11:

Motorizovaná úložná deska plovoucí ve 4 směrech, umožňující celotělové vyšetření.

Tento parametr, v příslušenství tohoto typu RTG není standardem, je vyžadován u vyšetřovacích stěn. Zadavatelem požadovanou hodnotu námi dodávaný systém proto nesplňuje.

Bude zadavatel akceptovat přístroj špičkové kvality, jež splňuje všechny ostatní technické parametry a jehož výrobce má v oblasti radiodiagnostiky dlouholeté zkušenosti, který má elevační stůl s plovoucí deskou ve 4 směrech, která není motorizovaná?“

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel požaduje dle technické specifikace elevační stůl s motorizovaným nastavením výšky desky. Motorizovaný pohyb plovoucí desky nepožaduje. Pro upřesnění požadavku tedy zadavatel upravuje znění tohoto parametru takto: „Úložná deska plovoucí ve 4 směrech, umožňující celotělové vyšetření“.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz č. 2:

„Zadavatel v Příloze č. 2_5_ZD_Stacionární RTG - část 5: 1 ks skiagrafického RTG systému na straně 3 v sekci Ovládání 1.45:

Možnost uvolnění brzd všech pohybů a odblokování všech motorů stropního závěsu RTG zářiče pro možnost manuální manipulace

Zadavatelem požadovanou hodnotu námi dodávaný systém nesplňuje.

Bude zadavatel akceptovat přístroj špičkové kvality, jež splňuje všechny ostatní technické parametry a jehož výrobce má v oblasti radiodiagnostiky dlouholeté zkušenosti, který umožňuje uvolnění brzd a odblokování všech motorů stropního závěsu RTG zářiče ve všech směrech vyjma vertikálního pohybu? Z klinického hlediska nesplnění tohoto parametru není na překážku, protože se jedná o plně automatický systém s auto-trackingem.“

Odpověď k dotazu č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat systém, který umožňuje uvolnění brzd a odblokování všech motorů stropního závěsu RTG zářiče ve všech směrech kromě vertikálního pohybu.

V Praze dne 2. listopadu 2022

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**