



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Pořízení vybavení pro laboratoř hematologie a laboratoř patologie“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

V zadávacím řízení zastoupen:

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 14. 11. 2022 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně k části 8 veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

„V Zadávací dokumentaci, bodu 7.1. – Předpokládaná doba plnění, požadujete dobu dodání do 10 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Bude zadavatel akceptovat dobu dodání až 18 týdnů, vzhledem k celosvětově nepříznivým podmínkám jak pro výrobu, tak dovoz zboží napříč různými obory (a těmi zdravotnickými nevyjímaje)?“

Odpověď k dotazu č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat dobu dodání do 18 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy ve vztahu k předmětu plnění části 8 VZ.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz č. 2:

„V Zadávací dokumentaci, bodu 6. – Předpokládaná hodnota zakázky, uvádíte v bodu 6.2. pro část 8 předpokládanou, a zároveň nejvyšší přípustnou cenu 582 133,33 bez DPH. Vzhledem k nepříznivým, a především nestabilním podmínkám na trhu výroby a dovozu přístrojů, připouští zadavatel mírné navýšení předpokládané hodnoty této části veřejné zakázky na 600 000 Kč bez DPH?“

Odpověď k dotazu č. 2:

Ne, zadavatel trvá na předpokládané hodnotě a zároveň nejvyšší přípustné ceně za předmět plnění části 8 VZ ve výši ve výši 582 133,33 Kč bez DPH.

Dotaz č. 3:

„V příloze č. 2 Zadávací dokumentace – Technické podmínky, uvádíte jako požadavek „Chlazení vzorku až -50°C“. Vaše další parametry splňuje náš model HM525nx, ten ovšem nedisponuje aktivním chlazením vzorku až na teplotu -50 °C. Kryostat ovšem aktivně chladí celou kryokomoru včetně jejích částí, a to v rozmezí +5 °C do -35 °C. Je to pro zadavatele dostačující?“

Odpověď k dotazu č. 3:

Ano, zadavatel bude akceptovat chlazení v rozmezí +5 °C do -35 °C.

Dotaz č. 4:

„Váš další požadavek se týká jemného krájení, které požadujete po kroku 1 µm pro řezy o tloušťce 1 až 20 µm. Náš kryostat krájí po 1 µm řezy o tloušťce 1 až 10 µm a po 2 µm pro řezy o tloušťce 10 – 20 µm. V praxi je toto nastavení tloušťky krájení plně dostačující a nebývá požadováno krájet řezy kolem 20 µm v tak malém rozsahu. Bude zadavatel akceptovat naše řešení?“

Odpověď k dotazu č. 4:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené rozmezí krájení po 1 µm řezy o tloušťce 1 až 10 µm a po 2 µm pro řezy o tloušťce 10 – 20 µm.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Na základě výše uvedeného zadavatel tímto přistupuje v souladu s § 99 odst. 1 ZZVZ ke změně přílohy č. 3_8 zadávací dokumentace (aktuální verze uveřejněna na profilu zadavatele s označením „**03_Příloha č. 3_8 Kupní smlouva_REVIZE**“) ve smyslu shora uvedeného Vysvětlení zadávací dokumentace, a to následovně:

Původní znění dotčeného ustanovení Přílohy č. 3 8 Kupní smlouva:

II.

Doba a místo dodání

2.1 *Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu do 10 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy na místo dodání:*

- *Laboratoř patologie, Oblastní nemocnice Náchod, IČ: 26000202, sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod.*

Nové znění dotčeného ustanovení Přílohy č. 3 8 Kupní smlouva:

II.

Doba a místo dodání

2.1 *Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu do 18 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy na místo dodání:*

- *Laboratoř patologie, Oblastní nemocnice Náchod, IČ: 26000202, sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod.*

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel zároveň přistupuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ k prodloužení lhůty pro podávání nabídek o celou její původní délku ve vztahu k dotčené **části 8 veřejné zakázky – Zmrazovací mikrotom.**

Na základě shora uvedených skutečností zadavatel mění čl. 22.5. písm. h) zadávací dokumentace tak, že

„h) pro část č. 8 této veřejné zakázky do 20. 12. 2022, do 10:00 hod.“

V ostatních bodech zůstává čl. 22.5. zadávací dokumentace beze změny.

V Praze dne 15. listopadu 2022

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**