

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace s pokyny k jejímu zpracování

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky vedeném dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)

název veřejné zakázky:	Dodávka čtečky CR kazet pro nepřímou digitalizaci a generátoru pro pracoviště nemocnice 50 kW
------------------------	--

Preambule:

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.

1. Identifikační údaje zadavatele

Městská nemocnice, a.s.

sídlo: Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ, DIČ: 252 62 238, CZ699004900
zápis v OR: u KS v Hradci Králové, odd. B, vložka 1584
statutární orgán: Ing. Miroslav Vávra, CSc., předseda správní rady
tel., fax, e-mail: +420 499 300 671, +420 499 300 611, vavra@mndk.cz
ve věcech ZŘ: Jiří Schreiber, správce
tel., e-mail: +420 499 300 657, schreiber@mndk.cz
profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1331.html

Zadavatel se rozhodl nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením níže uvedenou osobou. Pověřená osoba zadavatele není ve střetu zájmů, splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní. Pověřené osobě zadavatele však není uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení, zrušení řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.

název: **INGENIRING KRKONOŠE a.s.**
sídlo: Horská 634, 541 01 Trutnov
IČ, DIČ: 274 72 493, CZ27472493
zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vložka 2427
statutární orgán: Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva
tel., e-mail, id DS: +420 499 828 023, info@ingeniring.cz, **3kkeizk**

Prohlášení zadavatele k zásadám zadávání veřejných zakázek

- zadavatel při zadávání postupuje podle zákona a dodržuje zásady transparentnosti a přiměřenosti,
- ve vztahu k dodavatelům dodržuje zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace,
- neomezuje účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „členský stát“), nebo jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce,
- pokud je to vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné dodržuje při svém postupu zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona. Svůj postup, jak při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, je připraven rádně odůvodnit.

Zadavatel stanovil technické podmínky dodávky a technickou specifikaci dodávky jako přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Další osobou, která se podílela na vypracování zadávací dokumentace je osoba pověřená zadavatelskou činností.

2. Charakteristika a název veřejné zakázky

Dodávka čtečky CR kazet pro nepřímou digitalizaci a generátoru pro pracoviště nemocnice 50 kW

Vymezení předmětu veřejné zakázky (VZ)

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dvou kusů čteček CR kazet pro nepřímou digitalizaci včetně akviziční ovládací konzole a příslušenství a generátoru pro pracoviště nemocnice 50 kW. Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím systémem zadavatele. Technické specifikace a požadované základní parametry předmětu plnění (dodávky) jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Zadavatel připouští prohlídku místa plnění (dodávky). Termín prohlídky si musí sjednat jednotliví účastníci se správcem zadavatele individuálně; jednotnou prohlídkou, kdy by se jednotliví zástupci účastníků potkali, by mohlo dojít k ovlivnění hospodářské soutěže.

Předmět veřejné zakázky je klasifikován v oznámení zadávacího řízení kódy předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV/CZ-CC: 33100000-1 - Zdravotnické přístroje

Předpokládaná cena zakázky bez DPH nesmí přesáhnout 2 600 000,- Kč (CZK).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximálně přípustná cena předmětu plnění. Její překročení je důvodem k vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

3. Technické parametry veřejné zakázky

Dodávka zařízení musí splnit veškeré standardy a parametry stanovené zadavatelem. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických a administrativních popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na provedení administrativních úkonů v souladu s platnou legislativou způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený zadavatelem.

4. Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje realizovat dodávku do 40 dnů po uzavření kupní smlouvy.

Za ukončení plnění je považováno předání nově dodaného přístrojového vybavení do provozu, včetně zkušebního provozu, předání veškeré dokumentace a zaškolení obsluhy.

5. Místo plnění veřejné zakázky

Místem dodání je odborné pracoviště zadavatele - Městské nemocnice, a.s.

6. Kvalifikační předpoklady

6.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci.

Dodavatel může v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením, případně může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci dodavatele.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá ve smyslu ustanovení § 53, odst. 5 ZZVZ předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době tří (3) měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Zadavateli písemně oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- podmínky kvalifikace jsou nadále splněny;
- nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob, prostřednictvím jiné osoby nesmí prokazovat splnění základní a profesní způsobilosti podle ust. § 74 a § 77 odst. 1 ZZVZ.

Pokud prokazuje dodavatel určitou část kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, je povinen ve své nabídce předložit čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti podle ust. § 74 a § 77 odst. 1 ZZVZ, doklady o splnění chybějící části kvalifikace a písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn v rámci plnění disponovat, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že požadavek písemného závazku je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá seznam dodávek vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat dodávky či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje (ve smyslu ust. § 83 ZZVZ).

Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen dle § 122 odst. 3 ZZVZ před jejím uzavřením předložit zadavateli originály či úředně ověřené kopie zde uvedených dokladů prokazujících splnění této způsobilosti, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

6.2 Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží;
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V rámci snížení administrativní zátěže účastníků předloží účastníci pro účely prokázání základní způsobilosti v tomto zadávacím řízení podepsané čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.

6.3 Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží podepsané čestné prohlášení, kterým potvrdí, že níže požadovanými doklady ve lhůtě k podání nabídek disponuje; případně může doložit:

- a) ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení;
- b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiný právní předpis takové oprávnění vyžadují, či jiný rovnocenný doklad, není-li z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit zadavatelem požadovaný doklad opravňující k výrobě, obchodu a službám neuvedeným v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

6.4 Technická kvalifikace dle 79 ZZVZ

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace v nabídce:

- a) dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předložením seznamu dodávek poskytnutých v posledních 3 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení.

Ze seznamu dodávek musí vyplývat realizace alespoň jedné (1) dodávky obdobného charakteru, tedy parametrů technicky obdobných předmětu plnění, aniž zadavatel stanovuje její hodnotu.

Seznam dodávek musí obsahovat alespoň:

- identifikační údaje objednatele včetně uvedení kontaktní osoby objednatele;
- popis předmětu dodávky a dobu její realizace;
- hodnotu dodávky bez daně z přidané hodnoty.

Zadavatel k této části prokázání kvalifikace stanoví, že dodavatel může doklady požadované zadavatelem nahradit i doklady jinými. Zadavatel však tyto doklady uzná jen tehdy pokud z těchto dokladů bude nade vší pochybnost vyplývat splnění celého rozsahu kvalifikace požadovaného zadavatelem. Dodavatel je povinen při prokazování technické kvalifikace postupovat ve smyslu povinností stanovených § 79 ZZVZ.

7. Zadávací podklady a zadávací lhůta

Podkladem pro vypracování nabídky je zadávací dokumentace včetně příloh, které jsou zveřejněny na profilu zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1331.html. Zadávací lhůtu, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, zadavatel nestanovil.

8. Vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečné informace)

Účastníci jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně vysvětlení k zadávací dokumentaci. Písemná žádost musí být zadavateli doručena prostřednictvím profilu zadavatele v detailu uvedené zakázky nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti podle předchozího odstavce na profilu zadavatele v detailu uvedené zakázky. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení do 2 pracovních dnů od doručení žádosti, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení stanovenou lhůtu.

Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, neprodleně zveřejní na profilu zadavatele v detailu uvedené zakázky.

Provede-li zadavatel úpravy zadávací dokumentace, prodlouží přiměřeně lhůtu pro podání nabídek podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. Změnu lhůty pro podání nabídek zadavatel neprodleně písemně oznámí na profilu zadavatele v detailu uvedené zakázky. Změna lhůty pro podání nabídek musí být zveřejněna ještě před uplynutím původní lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel je oprávněn prodloužit lhůtu pro podání nabídek i bez změny zadávacích podmínek.

9. Kupní smlouva

Účastník je povinen předložit v nabídce návrh kupní smlouvy (dále též jen smlouva) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka nebo osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem účastníka. V případě podpisu osobou pověřenou k zastupování osoby oprávněné jednat jménem účastníka musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby přílohou návrhu smlouvy. Účastníkem předložený návrh kupní smlouvy musí být po obsahové i formální stránce plně v souladu s podmínkami zadavatele.

10. Ocenění předmětu plnění

Účastník prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele oceněním předmětu plnění dle podrobné technické specifikace, a jeho připojením k návrhu smlouvy.

11. Obchodní a platební podmínky

11.1. Ocenění specifikace dodávky

Účastník prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele oceněním specifikace dodávky, a jejím připojením coby přílohy návrhu smlouvy.

11.2. Záruční podmínky

Zadavatel stanovuje délku záruky na dodávky minimálně 24 měsíců ode dne jejího protokolárního předání na učené místo a zaškolení obsluhy. Záruka se nevztahuje na komponenty, jejichž životnost je při běžném provozu kratší, než je doba záruky a jejichž výměna se provádí při běžné údržbě předmětu dodávky.

Zhotovitel se ve smlouvě zaváže k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby dodávky.

11.3. Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Úhrada dodávky proběhne na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem po protokolárním předání a převzetí dodávky a zaškolení obsluhy. Splatnost daňového dokladu musí být minimálně 30 dnů od jeho doručení zadavateli.

12. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky

12.1. Na základě vymezení předmětu veřejné zakázky, obsaženého v této zadávací dokumentaci, včetně jejích příloh, stanoví účastník nabídkovou cenu v české měně (CZK) v členění na:

- nabídkovou cenu bez daně z přidané hodnoty (DPH),
- výši DPH (sazba DPH 21 %),
- nabídkovou cenu včetně DPH.

Nabídková cena v tomto členění musí být uvedena ve smlouvě.

12.2. Nabídková cena musí být stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ za plnění vymezené zadávacími podklady. Nabídková cena musí být stanovena jako pevná a neměnná, bez vazby na např. inflaci či změny devizového kurzu Kč (CZK). Zadavatel nabídky v cizí měně nepřipouští.

13. Požadavky zadavatele k členění a formě zpracování nabídky

Nabídku je účastník povinen podat elektronicky v souladu se zadávacími podmínkami

- Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí být podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
- Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, případně by způsobily nejednoznačnost a nesrozumitelnost obsahu nabídky.
- Nabídka bude zpracována v následující struktuře:
 - Obsah nabídky s uvedením čísel stran,
 - Krycí list nabídky (příloha č. 1) – zde dodavatel vyplní celkovou nabídkovou cenu, která bude obsahovat veškeré náklady na splnění dodávky, tedy včetně dopravy, instalace, zkušební provozu, proškolení obsluhy, pojištění, poplatků, apod.,
 - kupní smlouva podepsaná osobou oprávněnou jednat za dodavatele,
 - čestné prohlášení či doklady prokazující o splnění základní způsobilosti,
 - čestné prohlášení či doklady prokazující splnění profesní způsobilosti,
 - dokumenty prokazující splnění technické kvalifikace,
 - doklad o oprávnění osoby, která podepsala smlouvu jednat za dodavatele.
- Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se výhradně o vymezení předpokládaného standardu a účastník je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V části Věcné a formální připomínky účastníka pak musí na tuto skutečnost účastník upozornit, popsat tu část, kde toto obdobné řešení použil a prokázat vymezením technických charakteristik řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší, než ty vymezené v zadávacích podmínkách.

14. Podání nabídky

Nabídky se ve smyslu ustanovení § 107 odst. 1 ZZVZ podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1331.html. Definice elektronického nástroje je uvedena v § 28 odst. 1 písm. i) ZZVZ. Zadavatel ve smyslu ustanovení § 103, odst. 1, písm. c) ZZVZ určuje elektronický nástroj pro jejich podání.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat výlučně / primárně elektronický nástroj dle § 213 zákona nebo datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

15. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 12. 2022 ve 13:00 hodin.

Pokud nebyla nabídka doručena zadavateli ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. Riziko pozdního podání nabídky je vždy na straně účastníka.

16. Hodnocení nabídek

Pro naplnění podmínky nediskriminačního a transparentního výběru dodavatele vybere zadavatel ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH, splní-li požadavky zadavatele. Ostatními nabídkami se zadavatel zabývat nebude, pořadí na dalších místech určeno nebude.

17. Ostatní podmínky a vyhrazená práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.
- Nesplnění podmínek uvedených v této Výzvě a jejích přílohách má za následek vyřazení nabídky dodavatele z hodnocení.
- Dodavatel, který podal nabídku, nesmí být současně poddodavatelem jiného zájemce, který rovněž podal nabídku, jinak bude zadavatelem vyřazen.
- Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Zadavateli písemně oznámit.


- Po výběru nejvhodnější nabídky vyzve zadavatel nejúspěšnějšího dodavatele k poskytnutí součinnosti a k uzavření smlouvy; pokud však tento dodavatel odmítne smlouvu uzavřít, vyzve zadavatel v pořadí následujícího nejúspěšnějšího dodavatele.
- Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení dodavatele a o výběru nejvhodnější nabídky k této veřejné zakázce dle § 53 ZZVZ na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
- Veřejná zakázka není dělena na části; současně nepřipouští možnost podání nabídky ve variantách.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, resp. byli z účasti ve výběrovém řízení vyloučeni všichni účastníci, nebo byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v oznámení nebo zadávací dokumentaci.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud v průběhu výběrového řízení odpadly důvody pro pokračování v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení výběrového řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, nebo vybraný účastník, či účastníci, odmítl(i) uzavřít smlouvu nebo neposkytl(i) zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost.
- Účastník bere na vědomí, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s předmětem plnění všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.


18. Přílohy zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou součástí

Tato zadávací dokumentace obsahuje následující přílohy:

- č. 1 – krycí list nabídky
- č. 2 – čestné prohlášení o splnění způsobilosti a kvalifikace
- č. 3 – technická specifikace dodávky

Dvůr Králové nad Labem, dne 16. 11. 2022



MĚSTSKÁ NEMOCNICE a.s.
 Dvůr Králové n. L.
 Vrchlického 1504 


Městská nemocnice, a.s.
 Ing. Miroslav Vávra, CSc.
 předseda správní rady

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Čtečky CR kazet pro nepřímou digitalizaci - 2 ks

Dodavatel	
Výrobce	
Typ CR systému	

P.č.	Parametr	Požadovaná hodnota	Uveďte nabízenou hodnotu daného parametru
Obecné požadavky			
1	výkonné čtecí zařízení pracující systémem nepřímé digitalizace (CR)	Požadavek je absolutní, musí být splněn	
2	možnost současného zpracování jedné CR kazety	Požadavek je absolutní, musí být splněn	
3	možnost zpracování CR kazet formátu 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm a 15x30 cm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	
4	možnost zpracování „dlouhých“ ortopedických CR kazet až do formátu 35x125 cm bez nutnosti použití adaptéru pro spojování kazet	Požadavek je absolutní, musí být splněn	
5	možnost zpracování všech formátů CR kazet ve vysokém rozlišení (min. 10 pixel/mm) podle předvolby anatomického programu	Požadavek je absolutní, musí být splněn	
6	výstup v min. 12-ti bitové hloubce obrazu (4096 stupňů šedi)	min. 12 bit	
7	výkon CR systému min. 60 kazet za hodinu při vysokém rozlišení min. 10 pixel/mm (platí pro formát 35 x 43 cm)	min. 60 kazet / hodinu	
8	výkon CR systému min. 85 kazet za hodinu při standardním rozlišení min. 5 pixel/mm (platí pro formát 35 x 43 cm)	min. 85 kazet / hodinu	
9	možnost registrace kazet pomocí čárového kódu nebo jiná identifikace kazety zabráňující záměně kazet	Požadavek je absolutní, musí být splněn	
10	možnost vložení a zpracování zaregistrovaných kazet různých pacientů	Požadavek je absolutní, musí být splněn	
11	automatické vyjmutí a vrácení záznamové folie z/do CR kazety	Požadavek je absolutní, musí být splněn	
12	automatické vymazání přečtené CR kazety (záznamové folie)	Požadavek je absolutní, musí být splněn	
13	možnost pouze vymazání CR kazety (záznamové folie) bez čtení	Požadavek je absolutní, musí být splněn	
14	displej pro zobrazení stavu CR systému	Požadavek je absolutní, musí být splněn	
15	mobilní CR systém pro možnost jednoduchého přemístění mezi RTG snímkovkami (ne stolní CR systém)	Požadavek je absolutní, musí být splněn	
16	čtecí zařízení musí umožňovat využití stávající kazety zadavatele - rozměry 18x24, 24x30 a 35x43 cm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	
Akviziční ovládací konzole			



17	laborantická stanice pro zadání dat pacientů, volbu anatomických programů, kontrolu snímků po expozici a úpravy snímků před odesláním	Požadavek je absolutní, musí být splněn
18	samosaťný počítač na bázi PC; operační systém min. Windows 10 Pro	Požadavek je absolutní, musí být splněn
19	vlastní paměť pro uložení snímků (min. 4 000 snímků)	min. 4000 snímků
20	možnost ovládání pomocí dotykové obrazovky s úhlopříčkou min. 19"	min. 19"
21	standardní klávesnice a myš pro zadávání dat pacientů a ovládání software	Požadavek je absolutní, musí být splněn
22	vypalovačka snímků na CD	Požadavek je absolutní, musí být splněn
23	podpora komunikačního protokolu DICOM – min. Store, Print, Modality Worklist	Požadavek je absolutní, musí být splněn
24	automatické odesílání zpracovaných snímků do PACS systému ve formátu DICOM	Požadavek je absolutní, musí být splněn
25	software pro úpravu snímku – změna jasu a kontrastu, změna okna, vložení přednastavených značek nebo volně psaného textu na libovolnou pozici ve snímku, převracení a otáčení snímku	Požadavek je absolutní, musí být splněn
26	čtečka čárového kódu pro registraci kazet	Požadavek je absolutní, musí být splněn
27	režim pro stanovení citlivosti čtení – automatický (systém sám nastaví optimální parametry) / poloaautomatický (systém nastaví optimální citlivost / manuální)	Požadavek je absolutní, musí být splněn
28	softwarové odstranění rušivého šumu ze snímku (zrnitost)	Požadavek je absolutní, musí být splněn
29	možnost současného zpracování více pacientů – přerušení a obnovení vyšetření	Požadavek je absolutní, musí být splněn
30	možnost vyhledání konkrétního vyšetření v seznamu uložených vyšetření podle rodného čísla a jména	Požadavek je absolutní, musí být splněn
31	možnost nastavení automatického odeslání snímku na více stanic současně	Požadavek je absolutní, musí být splněn
32	možnost vložení komentáře pro každý snímek nebo vyšetření	Požadavek je absolutní, musí být splněn
33	nastavení zámků pro zablkování odmazání snímku	Požadavek je absolutní, musí být splněn
34	možnost přesunu snímku mezi dvěma hotovými a odeslanými vyšetřeními	Požadavek je absolutní, musí být splněn
35	interface pro přenos dávků do PACS -2 kusy	Požadavek je absolutní, musí být splněn
36	možnost přídání nového snímku do již ukončeného a odeslaného vyšetření	Požadavek je absolutní, musí být splněn
Příslušenství		
37	záložní zdroj UPS k akviziční konzoli	Požadavek je absolutní, musí být splněn
38	8 kusů CR kazet se záznamovou fólií rozměru 35x43 cm, 4 kusy 24x30cm, 4 kusy 18x24cm	Požadavek je absolutní, musí být splněn

