



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“ Pořízení přístrojů pro ARO a JIP“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

V zadávacím řízení zastoupen:

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 16. 11. 2022 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně k části 1 VZ. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

„1) Specifikace - 02_Příloha č. 2_1_ Dialýza CVVD s extrakorporální eliminací ECCO2

„Technické podmínky“:

Zadavatel v „Technických podmínkách“ uvádí v části Základní vlastnosti přístroje požadavek v bodě 1.5 – Sety pro citrátový a kalciový antikoagulační roztok integrovány v setu/kazetě, zároveň uvádí stejný požadavek v bodě 1.17 – set pro citrátový a kalciový antikoagulační roztok integrovaný v setu.

Jako uchazeč se domníváme, že se jedná pouze o administrativní chybu, i přesto že v bodě 1.5 se popisuje, že sety mají být v kazetě/setu a v bodě 1.17 pouze v setu.

Dotaz č. 1

Sjednotí, nebo upřesní zadavatel požadavky v bodech 1.5 a 1.17?“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď k dotazu č. 1:

Ano, ze strany zadavatele se jedná o administrativní pochybení, kdy zadavatel uvedl totožný požadavek dvakrát. Zadavatel uvádí, že požaduje "Sety pro citrátový a kalciový antikoagulační roztok integrovaný v setu/kazetě". Zadavatel tak ruší požadavek v bodě 1.17.

Dotaz č. 2:

„Specifikace - 02_Příloha č. 2_1_ Dialýza CVVD s extrakorporální eliminací ECCO2

„Technické podmínky“:

Zadavatel v „Technických podmínkách“ uvádí v části Technické parametry - kvalita požadavek v bodě 1.23 - SW integrovaný lineární dávkovač použitelný po celou dobu terapie u všech citrátových a heparinových terapií bez použití externích přístrojů.

Z výše uvedeného parametru není zcela jasné, jaký lineární dávkovač zadavatel požaduje a jakou funkci má plnit u všech heparinových i citrátových terapií. Přístroj uchazeče je standardně vybaven SW integrovaným lineárním dávkovačem pro heparinovou antikoagulaci, který je použitelný po celou dobu terapie u všech citrátových a heparinových terapií bez použití externích přístrojů.

Dotaz č.2

Bude zadavatel akceptovat v rámci tohoto požadavku uchazečem popsané technické řešení SW integrovaný lineární dávkovač pro heparinovou antikoagulaci, který je použitelný po celou dobu terapie u všech citrátových a heparinových terapií bez použití externích přístrojů?“

Odpověď k dotazu č. 2:

Zadavatel skutečně požaduje "SW integrovaný lineární dávkovač pro heparinovou antikoagulaci, který je použitelný po celou dobu terapie u všech citrátových a heparinových terapií bez použití externích přístrojů" a tímto upřesňuje svůj požadavek také v Příloze č. 2_1.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změna zadávací dokumentace č. 1:

Na základě výše uvedeného zadavatel tímto přistupuje v souladu s § 99 odst. 1 ZZVZ ke změně přílohy č. 2_1 zadávací dokumentace (aktuální verze uveřejněna na profilu zadavatele s označením „**02_Příloha č. 2_1_ Dialýza CVVD s extrakorporální eliminací ECCO2_REVIZE**“) ve smyslu shora uvedeného Vysvětlení zadávací dokumentace.

V Praze dne 18. listopadu 2022

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**