



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“ Pořízení přístrojů pro ARO a JIP“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

V zadávacím řízení zastoupen:

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 22. 11. 2022 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně k části 3 VZ. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

„Zadavatel v Příloze č. 2_3_ zadávací dokumentace Technické podmínky požaduje v bodě 1.9.

Rozsah rSO₂ je min. 0-95%.

Metoda NIRS rSO₂, po objevení tohoto měření, byla mimo jiné, validována a porovnávána s naměřenými hodnotami saturace krve v jugulárním bulbu (SjvO₂) u živých dobrovolníků. (např. Kim MB, Ward DS, Cartwright CR, Kolano J, Chlebowski S, Henson LC. Estimation of jugular venous O₂ saturation from cerebral oximetry or arterial O₂ saturation during isocapnic hypoxia, J Clin Monit Comput. 2000).

Tkáně, i po úmrtí pacienta, stále ještě nějakou dobu, vykazují saturaci kyslíkem vyšší než 0%. Důvodem je reziduální obsah O₂ v tkáních. Proto není spodní hranice blízká se 0% naměřených hodnot klinicky významná.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Bude zadavatel akceptovat přístroj s rozsahem měření 15-95%?“

Odpověď k dotazu č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat přístroj s rozsahem měření rSO₂ v rozmezí 15-95%.

Změna zadávací dokumentace – prodloužení lhůty pro podání nabídek:

V návaznosti na shora uvedené Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, v rámci kterého zadavatel připustil zmírnění zadávacích podmínek, které je způsobilé rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, přistupuje tímto v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ k prodloužení lhůty pro podávání nabídek o celou její původní délku ve vztahu k dotčené části č. 3 veřejné zakázky - Přístroj pro měření neinvazivní cerebrální oxymetrie.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel mění čl. 22.5. písm. c) zadávací dokumentace tak, že

„c) pro část č. 3 této veřejné zakázky do 28. 12. 2022, do 11:00 hod.“

V ostatních bodech zůstává čl. 22.5. zadávací dokumentace beze změny.

V Praze dne 23. listopadu 2022

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**