



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8 A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Pořízení vybavení pro laboratoř hematologie a laboratoř patologie“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

V zadávacím řízení zastoupen:

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 2. 12. 2022 dotazy účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně k části 8 veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

Dovolujeme se dotázat:

Parametr- Počet mrazících pozic min. 12 a min. 4 rychlomrazící pozice (Peltierův článek). Kryostat, který bychom rádi nabídli disponuje počet mrazících pozic 8 a 2 rychlomrazící pozice (Peltierův článek). Bude zadavatel akceptovat toto počty pozic? Naše zákaznická zkušenost je, že jsou tyto počty pro práci plně dostačující....“

Odpověď k dotazu č. 1:

Ne, zadavatel nebude akceptovat nabízené 2 rychlomrazící pozice. Zadavatel musí velice často zpracovávat více než 2 bloky peroperačně a k tomu potřebuje rychlé zmrazení. Proto zadavatel i nadále trvá na min. 4 rychlomrazících pozicích.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz č. 2:

„Parametr- Hlasitost přístroje do 50 dB.

Náš kryostat uvádí hladinu hluku ve vzdálenosti 1 m < 70 dB. Bude zadavatel tyto hodnoty akceptovat?“

Odpověď k dotazu č. 2:

Ne, zadavatel nebude akceptovat přístroj s hlasitostí přístroje ve vzdálenosti 1 m < 70 dB. K tomu zadavatel uvádí, že se nejedná o specifický požadavek, neboť na trhu jsou nabízeny přístroje s nižší hladinou hluku. Vzhledem k pracovním podmínkám, a malému prostoru v laboratoři, musí zadavatel připravit zaměstnancům takové pracovní prostředí, které bude zcela vyhovující. Proto zadavatel požaduje co nejnižší hladinu zvuku, ale zároveň si ověřil, že se nejedná o diskriminační parametr.

Dotaz č. 3:

„Parametr- Hrubé krájení 10-400 μ m.

Námi nabízený kryostat má dva režimy hrubého posuvu (pomalý: max. 600 μ m/s a rychlý: min. 900 μ m/s). Výrobce hrubý posuv definuje v rychlosti nikoliv v délkových veličinách. Bude zadavatel tyto hodnoty akceptovat?“

Odpověď k dotazu č. 3:

Ano, zadavatel bude akceptovat dva režimy hrubého posuvu (pomalý: max. 600 μ m/s a rychlý: min. 900 μ m/s) při zachování všech ostatních technických parametrů požadovaných zadavatelem.

Dotaz č. 4:

„Parametr- Nerezová kryokomora o objemu min. 80 l.

Výrobce v manuálu nikde nedefinuje přesný objem kryokomory. Jediné co můžeme, je objem dopočítat podle rozměrů kryokomory. Bude zadavatel trvat na tomto nespécifickém parametru?“

Odpověď k dotazu č. 4:

Ne, zadavatel na tomto parametru **netrvá**.

Dotaz č. 5:

„Parametr- Orientace vzorku ve třech osách X Y Z + rotace 360°.

Bude zadavatel akceptovat orientování vzorku $\pm 8^\circ$ (osy x, y)?“

Odpověď k dotazu č. 5:

Ano, zadavatel bude akceptovat orientování vzorku $\pm 8^\circ$ osy x, y.

Dotaz č. 6:

„Parametr- Úsporný režim spánku pro úsporu energie v mezičase používání.

Námi nabízený kryostat tuto funkci nemá. Bude zadavatel akceptovat řešení bez úsporného režimu?“

Odpověď k dotazu č. 6:

Ano, zadavatel bude akceptovat řešení bez úsporného režimu a netrvá tedy již na požadavku – úsporný režim spánku pro úsporu energie v mezičase používání.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změna zadávací dokumentace č. 7 – prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel zároveň přistupuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ k prodloužení lhůty pro podávání nabídek o celou její původní délku ve vztahu k dotčené **části č. 8 veřejné zakázky – Zmrazovací mikrotom.**

Na základě shora uvedených skutečností zadavatel mění čl. 22.5. písm. h) zadávací dokumentace tak, že

„h) pro část č. 8 této veřejné zakázky do 10. 1. 2023, do 10:00 hod.“

V ostatních bodech zůstává čl. 22.5. zadávací dokumentace beze změny.

V Praze dne 6. prosince 2022

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**