

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – část 2: Plicní ventilátory lůžkové
Ev. č. VVZ	Z2022-049245
Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Způsob zadání	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dovolujeme si tímto podat doplňující dotaz, resp. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje v Příloze č. 03, technické specifikaci splnění parametru: „Hmotnost plicního ventilátoru včetně akumulátoru max. 7 kg“. Účastník by rád nabídl plicní ventilátor, který sice nesplňuje stanovený hmotnostní limit 7 kg, ale s ohledem na to, že se nejedná o ventilátor určený pro transport, nýbrž lůžkový, který je vybaven vozíkem s kolečky, je dle účastníka takto stanovený limit zadavatelem neopodstatněný.

Účastník by rád nabídl plicní ventilátor s hmotností 10 kg včetně akumulátoru (bez vozíku). Tato odchylka od původního zadání je klinicky i prakticky nevýznamná a nemá žádný negativní vliv na medicínský účel pořizovaného plicního ventilátoru, instalovaného na vozíku s kolečky.

Bude zadavatel akceptovat nabídku plicního ventilátoru s hmotností 10 kg vč. akumulátoru (hmotnost bez vozíku)?

Odpověď na dotaz

Zadavatel i nadále trvá na svém požadavku "Hmotnost plicního ventilátoru včetně akumulátoru max. 7 kg", tj. nebude akceptovat nabídku plicního ventilátoru s hmotností 10 kg vč. akumulátoru (hmotnost bez vozíku).

Pro úplnost zadavatel uvádí, že předpokládá využití těchto plicních ventilátorů v rámci urgentního příjmu. Zde je zcela logicky opodstatněný požadavek na co nejnižší možnou váhu přístrojového vybavení, neboť v rámci urgentního příjmu se s pacienty, i opakovaně, manipuluje, a to ať už se jedná o transport na vyšetření či na lůžkové oddělení k hospitalizaci. Zadavatel svůj požadavek na možnost transportu vymezil v technické specifikaci, kde uvedl, že požaduje "Plicní ventilátor vhodný pro dlouhodobou ventilaci s možností transportu".

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Za zástupce zadavatele na základě pověření