



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„Pořízení vybavení pro oddělení ARO“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

V zadávacím řízení zastoupen:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic, nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 6.1.2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně k části 7 veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

„Dovolujeme si Vás požádat o upřesnění specifikace: Tromboelastograf plně automatický(navigace postupu), nebo pipetování suchých reagentů s technologií aktivní špičky.

Je pipetováním suchých reagentů s technologií aktivní špičky myšleno řešení, při kterém jsou reagenty již z výroby umístěny uvnitř pipetovací špičky a je plně automatickým tromboelastografem myšlen přístroj, který sám krev ze zkumavky automaticky naplní do testovací cartridge, ve které jsou z výroby umístěny reagenty (tedy bez nutnosti uživatele manipulovat s krví a reagenty v případě automatického tromboelastografu)?“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď k dotazu č. 1:

Ano, pipetováním suchých reagentů s technologií aktivní špičky je myšleno řešení, při kterém je pipetována krev pacienta a suchá reagentia jsou již z výroby umístěna uvnitř pipetovací špičky.

V případě plně automatického tromboelastografu jde o uzavřený systém dávkování vzorku: vyšetřovaná krev je přístrojem automaticky natažena do testovací cartridge přímo z uzavřené zkumavky.

Dotaz č. 2:

„Dále prosíme o upřesnění specifikace: tromboelastometr umožňuje spouštět měření bez časového limitu.

Je tím myšlena absence časového limitu odpočítávaného přímo přístrojem v úseku od začátku pipetování krve/reagentů do spuštění měření?“

Odpověď k dotazu č. 2:

Ano, Vaše chápání tohoto požadavku je v souladu s požadavky zadavatele. Tímto požadavkem je tedy skutečně myšlena absence takového časového limitu.

V Praze dne 11. ledna 2023

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**