



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“ Pořízení vybavení pro oddělení ARO“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

V zadávacím řízení zastoupen: J&T advokátní kancelář s.r.o.
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jta.cz

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 10. 1. 2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně k části 5 VZ. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

„Měření teplot pacienta pro řízení systému povrchovým čidlem a močovým katetrem.
V současné době existuje více systémů na chlazení/ohřev pacienta, přičemž se drobně liší v některých parametrech, avšak při zachování stejného medicínského účelu a použití se srovnatelnou přesností.

Dotaz č.1: Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče na hypotermický systém s povrchovou teplotní sondou a rektální/jícnovou teplotní sondou, tj. bez možnosti měření močovým katetrem?“

Odpověď k dotazu č. 1:

Ne. Zadavatel vyžaduje, aby přístroj měl alespoň možnost měření močovým katetrem.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz č. 2:

„Nastavitelná teplota vody v rozsahu min 4-40 °C.

Dotaz č. 2: Bude zadavatel akceptovat nabídku na hypotermický systém bez nastavitelné teploty vody, jelikož tazatelem nabízený přístroj je sofistikovanější konstrukce a k nastavení chlazení/ohřevu pracuje s klíčovým parametrem – s teplotou pacienta a také s bezpečnější teplotou vody 13–40,8 °C?“

Odpověď k dotazu č. 2:

Ne. Zadavatel z klinických důvodů vyžaduje, aby hypotermický systém měl širší rozsah nastavení teploty vody.

Dotaz č. 3:

„Min. tři vzájemně teplotně nezávislé vodní okruhy

Tento požadavek vychází z konkrétní konstrukce výrobce a k dosažení medicínského účelu a záměru není nutné disponovat právě třemi teplotně nezávislými vodními okruhy. Naopak pro personál tři okruhy znamenají zátěž a nutnost správného propojení více spojení hadic, zároveň dochází k zahuštění prostoru kolem pacienta/v patientském boxu.

Dotaz č. 3: Bude zadavatel akceptovat nabídku na hypotermický systém s jedním vodním okruhem, který plně splňuje medicínský účel, tj. chlazení/ohřev pacienta?“

Odpověď k dotazu č. 3:

Ano. Zadavatel akceptuje nabídku na hypotermický systém s jedním vodním okruhem.

Dotaz č. 4:

„Objem nádrže pro destilovanou vodu min. 5 l.

Dotaz č. 4: Bude zadavatel akceptovat nádrž na sterilní/ kohoutkovou vodu filtrovanou na 0, 22 mikronů o objemu 6 l?“

Odpověď k dotazu č. 4:

Ano. Zadavatel akceptuje nádrž na sterilní/kohoutkovou vodu o objemu 6 l.

Dotaz č. 5:

„Dotaz č. 5: Bude zadavatel akceptovat spolehlivější, jednodušší systém bez chladicí kapaliny?“

Odpověď k dotazu č. 5:

Ano. Zadavatel akceptuje spolehlivější systém bez chladicí kapaliny zajišťující danou metodu.

Dotaz č. 6:

„Barevný ovládací displej ukazující teplotu vody a pacienta.

Případně nabídnutý modernější systém tazatele monitoruje teplotu vody, alarmy příliš nízké/vysoké teploty vody, avšak díky monitorování teploty pacienta nezobrazuje teplotu vody

Dotaz č. 6: Bude zadavatel akceptovat hypotermický systém, který neukazuje teplotu vody, protože nenabízí manuální nastavitelnou teplotu vody? Zobrazuje aktuální a nastavenou teplotu pacienta.“

Odpověď k dotazu č. 6:

Ne. Zadavatel vyžaduje, aby přístroj ukazoval jak teplotu pacienta, tak i teplotu vody.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz č. 7:

„Přístroj je pojízdný, má úchop pro uživatele, úložný prostor pro příslušenství a 4 antistatická kolečka z nich jsou alespoň dvě bržděná.

Vzhledem k různým konstrukčním řešením není pravidlem úložný prostor pro příslušenství, naopak tento úložný prostor bývá v nabídce u systému se složitým a velkým příslušenstvím.

Dotaz č. 7: Bude zadavatel akceptovat nabídku na hypotermický systém bez úložného prostoru pro příslušenství, protože disponuje jednodušší a uživatelsky přívětivější konstrukcí s výrazně menšími rozměry a hmotností?“

Odpověď k dotazu č. 7:

Ano. Zadavatel akceptuje hypotermický systém bez úložného prostoru pro příslušenství.

Dotaz č. 8:

„Ostatní příslušenství:

- 1 ks chladicí přikrývka.*
- 1 ks chladicí podložka.*
- 1 ks chladicí antidekubitní matrace pro opakované použití*
- 1 ks chladicí pokrývka hlavy*

Výše uvedené příslušenství k hypotermickému systému vychází z určité konkrétní technické konstrukce. Tazatelem nabízený systém nabízí jednodušší, avšak precizní systém s jednorázovými wrapy s pokrytím až 80% těla. Takové pokrytí zcela zastoupí výše uvedené příslušenství a jeho možné konfigurace.

Dotaz č. 8: Bude zadavatel akceptovat hypotermický systém, jenž využívá pouze jednorázové wrapy (tj. bez chladicí přikrývky, podložky, matrace a pokrývky hlavy) zajišťující vysokou účinnost, avšak mnohem méně zatěžující zdravotnický personál?“

Odpověď k dotazu č. 8:

Ne. Zadavatel neakceptuje variantu, která nabízí pouze jednorázové příslušenství. Zadavatel připouští možnost nabízející příslušenství jak jednorázového, tak i k opakovanému použití.

Dotaz č. 9:

„3 ks propojovacích hadic s rychlospojkami a termistorové sondy

Dotaz č. 9: bude zadavatel akceptovat nabídku na hypotermický systém s jedním setem propojovacích hadic, tj. s počtem zajišťující plné využití přístroje a splnění medicínského účelu a použití?“

Odpověď k dotazu č. 9:

Ano. Zadavatel akceptuje hypotermický systém s jedním setem propojovacích hadic, a to v případě, že zajistí plné využití přístroje včetně připojení požadovaného příslušenství.

Dotaz č. 10:

„Příslušenství pro teplotní regulaci pacienta v míře umožňující zprovoznění včetně:

- teplotní sondy povrchové*
- teplotní sondy rektální*
- kabelu k močovému katetru*

Dotaz č. 10: Bude zadavatel akceptovat nabídku na dodávku hypotermický systém bez kabelu k močovému katetru, protože přístroj měří teplotu povrchovou sondou a rektální/jícnovou teplotní sondou?“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď k dotazu č. 10:

Ne. Zadavatel vyžaduje možnost měření pomocí močového katetru, a tedy i kabel, který toto zprovoznění zajistí.

Změna zadávací dokumentace – prodloužení lhůty pro podání nabídek:

V návaznosti na shora uvedené Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, v rámci kterého zadavatel připustil zmírnění zadávacích podmínek, které je způsobilé rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, přistupuje tímto v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ k prodloužení lhůty pro podávání nabídek o celou její původní délku ve vztahu k dotčené části č. 5 veřejné zakázky – Chlazení pacienta.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel mění čl. 22.5. písm. e) zadávací dokumentace tak, že

„e) pro část č. 5 této veřejné zakázky do 16. 02. 2023, do 10:00 hod;“

V ostatních bodech zůstává čl. 22.5. zadávací dokumentace beze změny.

V Praze dne 13. ledna 2023

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**