

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Pořízení teploměrů a vlhkoměrů s kalibrací pro lokality ONN a.s.“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 69 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu

Vážení,
níže Vám ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky, a to na základě žádosti jednoho účastníka o veřejnou zakázku.

Úplné znění dotazu účastníka ze dne 26.1.2023

Nikde není uvedena podmínka na přesnost měření, netrváte na ní? Hlavním kritériem je "cena" a ze zkušeností víme, že jiné laboratoře nabízejí a dodají co nejlevnější přístroje a už pak neřeší, že měří s chybou i +/-5°C a +/-10% RH.

My tyto přístroje taky můžeme nabídnout. Ale vždy se snažíme dodat zákazníkům (především) do nemocnic přístroje, které po vystavení kalibračního listu měří s chybou max. +/- 0,5 až 1°C a vlhkostí 3-4%.

S pozdravem

Odpověď zadavatele ze dne 26.1.2023

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím emailové komunikace kontaktní osobě zadavatele dne 26.1.2023, tedy řádně a včas ve lhůtě.

Níže předkládá zadavatel odpověď na dotaz účastníka:

ANO, zadavatel upřesňuje technickou specifikaci a doplňuje, že přesnost měření akceptuje s chybou měření u teploty max. +/-0,5°C až 1°C a u vlhkosti s chybou max. +/- 3% až 4%.

Lhůta pro doručení nabídek zůstává nezměněná.

Nabídky doručte do 2.2.2023 do 12.00 hodin.

V Náchodě dne 26. 2. 2023

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 69 NÁCHOD
19


Miroslav Bůžek
Technický náměstek
ON Náchod a.s.