

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle § 56 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### „Pořízení automatických osmometrů pro ONN a NRK“

Část 1. - Osmometr pro Náchod včetně 72 měsíců pozáručního servisu

Část 2. – Osmometr pro Rychnov včetně 72 měsíců pozáručního servisu

---

<b>Zadavatel:</b>	<b>Oblastní nemocnice Náchod a.s.</b>
<b>Sídlo:</b>	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
<b>Jednající:</b>	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
<b>IČ:</b>	26000202
<b>DIČ:</b>	CZ699004900
<b>Způsob zadání:</b>	otevření řízení, v nadlimitním režimu

Vážený,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě vlastního zjištění zadavatele a dále na základě obdržené žádosti účastníka o veřejnou zakázku.

Zadavatel uvádí, že nebyla dodržena minimální lhůta pro podání nabídky v nadlimitním režimu, a to na základě zpoždění zveřejnění oznámení o zahájení veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek a TEDu. Na základě uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu o 1 pracovní den, tak aby byla dodržena lhůta minimálně 30 dní pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 57 odst. 1 ZZVZ.

Žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele dne 07.02.2023 v 14:55:57, tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

#### Dotaz č. 1:

*V příloze č.2.1 Splnění technických podmínek Zadavatel uvádí požadavek: výkon min. 35 vzorků za hodinu a zároveň požadavek: rychlost vyhodnocení 1 výsledku do max. 180 sekund. Domníváme se, že se jedná o chybu v zadání, protože při rychlosti výsledku do 3 minut je počet vzorků za hodinu 20. Prosíme Zadavatele o opravu, nebo o akceptování výkonu min. 20 vzorků za hodinu.*

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel přijímá účastníkem navrhované řešení, tj. parametr „výkon. Min. 35 vzorků za hodinu“ upravuje na novou hodnotu „výkon min. 20 vzorků za hodinu“. V důsledku uvedeného reviduje přílohy č. 2.1. a č. 2.2. Splnění technických podmínek pro Náchod i Rychnov.

#### **Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:**

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, a to přiměřeně, tj. lhůta pro podání nabídek bude prodloužena o 4 pracovních

dny, vzhledem k nápravě původní lhůty pro podání nabídek v nadlimitním řízení, bude lhůta prodloužena o 1 pracovní den. Na základě uvedeného se lhůta pro podání nabídek celkové prodlužuje o 5 pracovních dní.

**Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 13.03.2023 do 10:00 hodin.**


**Přílohami tohoto vysvětlení č. 1 jsou:**

Příloha č. 2.1. Splnění technických podmínek REVI

Příloha č. 2.2. Splnění technických podmínek REVI

V Náchodě dne 09.02.2023

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.  
Purkyňova 446  
547 01 NÁCHOD  
55

  
RNDr. Bc. Jan Mach  
Předseda správní rady  
Oblastní nemocnice Náchod a.s.