



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KUPNÍ SMLOUVA č. 33/130/2023

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

Siemens Healthcare, s.r.o.

se sídlem: Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4

IČ: 04179960

DIČ: CZ04179960

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243166

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., č.ú.: 2111696847/2700

zastoupená: Mgr. Michalem Čechem a Ing. Karlem Kopejtkem, jednatelem

(dále jen „**prodávající**“)

a

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČ: 26000202

DIČ: CZ26000202 pro účely DPH: CZ699004900

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

zastoupená RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

(dále jen „**kupující**“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.



Preambule

1. Touto smlouvou je realizován projekt kupujícího reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016262 s názvem „Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Náchod - UP Náchod“ (dále jen „Projekt“), na jehož realizaci požádal kupující o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, „Výzva č. 98 Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“ (dále jen „Dotační program“).
2. Podmínky čerpání Dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaném regionálním operačním programu, aktuálně účinná verze dostupná na www.strukturalni-fondy.cz (dále jen „Dotační pravidla“).
3. Prodávající byl kupujícím výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace kupujícím k úhradě části kupní ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:
 - dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
 - dodržet sjednaný termín předání a převzetí zboží.Prodávající bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání Dotace kupujícím a/nebo kupující bude povinen již poskytnutou Dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce, a to i nad rámec části kupní ceny dle této smlouvy hrazené z Dotace.
4. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na části, název části č. 4: **1 ks multifunkčního kompletu s C-ramenem** veřejné zakázky: „Pořízení RTG přístrojů pro ONN II.“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále v souladu s vlastními Technickými podmínkami zboží, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a Technickými podmínkami zadavatele, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
5. Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
6. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.



I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k:

1 ks multifunkčního kompletu s C-ramenem Artis zee multi-purpose,

(dále jen „zboží“) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. III. této smlouvy. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Technické podmínky zboží prodávajícího) a v příloze č. 2 této smlouvy (Technické podmínky požadované kupujícím). Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží způsobem dle odstavce 2. 2. této smlouvy.

- 1.2. Prodávající se zavazuje dodat zboží originální, nové, nerepasované a nepoužité. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží s odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou, příslušnými platnými právními předpisy a technickými, kvalitativními či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
- 1.3. Prodávající prohlašuje, že zboží či doklady, se kterými bude zboží dodáno, nebude porušovat ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví či jiného práva třetích osob.
- 1.4. Prodávající poskytuje záruku za jakost dle čl. V této smlouvy. Po dobu záruky bude rovněž poskytován servis zboží v souladu s čl. V, odst. 5.1 této smlouvy. Celková doba plného servisního pokrytí od okamžiku instalace a převzetí zboží dle této smlouvy tedy činí 24 měsíců záručního servisu.
- 1.5. Účel užití zboží kupujícím bude **diagnostika zdravotního stavu pacientů**.

II.

Doba a místo dodání

- 2.1 Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu **do 20 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy** na místo dodání:
- Radiologické oddělení, Oblastní nemocnice Náchod, IČ: 26000202, sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod.
- 2.2 O konkrétním termínu a času dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. O předání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany zavazují sepsat Předávací protokol, dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Předávací protokol bude vždy podepsán pověřeným zástupcem prodávajícího a dvěma pověřenými osobami na straně kupujícího, a to vždy jedním z níže uvedených pracovníků technického úseku a pověřenou osobou z místa dodání, tj. příslušného oddělení, kam se bude zboží (konkrétní přístroj) dodávat.



Pověřeným zástupcem prodávajícího je: Ing. Václav Kaplan, tel.: +420 724 260 262, email: vaclav.kaplan@siemens-healthineers.com.

Pověřenými zástupci kupujícího jsou:

- pracovníci technického úseku:
 - Lucie Říhová, tel: 720 948 972, email: rihova.lucie@nemocnicenachod.cz; nebo
 - Ing. Tomáš Bernard, tel: 608 317 759, email: bernard.tomas@nemocnicenachod.cz, nebo
 - Bc. Michaela Kapustová, tel.: 727 986 414, email: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz.
- pověřená osoba z příslušného oddělení, kam se bude / - ou přístroj / - e dodávat: prim. MUDr. Marek Strnad, email: strnad.marek@nemocnicenachod.cz, tel.: 491 601 111.

2.3 Za řádné předání zboží se považuje:

- a) jeho dodání na adresu příslušného zdravotnického oddělení kupujícího specifikovaného v předchozím odstavci 2. 1. této smlouvy; a
- b) montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů (zejména výchozí elektrevize, výchozí zkoušky dlouhodobé stability, provedení přijímací zkoušky ionizujícího záření ve stanoveném rozsahu, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky, apod.) dle platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů, dodávka musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky; současně je požadováno, aby prodávající při předání zboží předložil protokol z přijímací zkoušky, vč. protokolu z měření neúčinného záření provedené osobou s příslušným platným povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a protokol z výchozí elektro revize ;
- c) instruktáž zdravotnického personálu kupujícího (dle § 41 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zdravotnických prostředcích), příp. dle § 61 z. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zdravotnických prostředcích in vitro)) včetně vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, přičemž osoba provádějící instruktáž je povinna zároveň předložit doklad vydaný výrobcem zboží prokazující její oprávnění k provádění takovéto instruktáže;
- d) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány, a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že zboží je vyrobeno v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o zdravotnických prostředcích, příp. zákona o zdravotnických prostředcích in vitro;



- e) předávací protokol, záruční a dodací list, protokol o přijímací zkoušce zdroje ionizujícího záření;
- f) je-li součástí dodávky výpočetní technika, musí být na faktuře (dodacím listu) uvedeny verze dodaných operačních systémů. Součástí dodávky musí být licenční ujednání pro veškerý dodaný SW, který není freeware;
- g) poskytování komplexního záručního servisního zabezpečení a oprav včetně dodávky náhradních dílů po dobu 24 měsíců vč. předložení certifikátu od výrobce zboží o oprávněnosti pracovníků dodavatele provádět servis;
- h) garance zajištění (i) autorizované servisní podpory po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, tedy min. 8 let, a (ii) náhradních dílů po dobu min. 10 let;
- i) podpis Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran;
- j) po dobu záruky (minimálně však 1x ročně) bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle z. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, či z. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění, které jsou nezbytné pro provoz tohoto zařízení. Dále provedení veškerých předepsaných či doporučených kontrol a revizí včetně vystavení protokolů (a to jak výrobcem, tak servisní organizací nebo právními předpisy), aby zdravotnický prostředek splňoval podmínky uvedené v z. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, či z. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění. Pokud je pro provedení bezpečnostně technických kontrol či jakýchkoliv dalších předepsaných testů vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení těchto kontrol, a proto nemůže být samostatně účtován. Poslední bezpečnostně technické kontroly musí být účastníkem provedeny nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční doby;
- k) likvidace obalového materiálu, v nichž bylo zboží dodáno;
- l) protokol o ověření připojení a správné funkčnosti připojení zboží k PACS, NIS, RIS minimálně 3 pracovní dny před uvedením zboží do provozu, zajištění kompatibility zboží s informačním systémem používaným kupujícím pro sběr dat nutných pro stanovení diagnostických referenčních úrovní (DRÚ);
- m) elektronickou (uživatelsky editovatelnou), případně tištěnou verzi hodnot expozičních parametrů nastavených pro všechny výkony, požadované od kupujícího v den uvedení zboží do provozu;
- n) ekologická likvidace stávajícího přístroje a dodání protokolu o jeho ekologické likvidaci, nebo jiného dokladu prokazujícího likvidaci zařízení v souladu s platnou legislativou;



- o) poskytování pravidelných bezpečnostně technických kontrol i po uplynutí záruční doby za podmínek popsanych v příloze č. 5 této smlouvy – Servisní smlouva.

(vše dále též jako „předání zboží“).

Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti nebo bude dodáno v poškozeném obalu, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení s převzetím zboží. Proávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 2 týdnů** ode dne, kdy kupující zboží či jeho část v souladu s touto smlouvou nepřevzal, zboží nové či dodat chybějící zboží v požadovaném množství, nebo chybějící doklady v souladu s touto smlouvou. V takovém případě se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat zboží je v takovém případě splněna až po jeho řádném předání. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží není tímto ustanovením dotčen.

- 2.4 Proávající odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Proávající je oprávněn použít jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě s prodávajícím zavázal), a to se souhlasem kupujícího. Podmínkou souhlasu kupujícího se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce prodávajícího je možná se souhlasem kupujícího, přičemž kupující není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.
- 2.5 Proávající se zavazuje zajistit, že zboží nebude zatíženo výhradou vlastnického práva ve prospěch jakékoli třetí osoby.
- 2.6 Proávající se zavazuje odvézt z místa dodání zboží veškeré obaly a balící materiál, v nichž bylo zboží zabaleno a zajistit jejich likvidaci v souladu s právními předpisy.
- 2.7 Proávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré interní předpisy kupujícího, jakož i podmínky pro pohyb v místě dodání zboží, se kterými bude kupujícím předem seznámen.

III.

Kupní cena zboží

- 3.1 Celková kupní cena za zboží je 13 980 000 Kč bez 21 % DPH, DPH činí 2 935 800 Kč, tj. 16 915 800 Kč včetně DPH.



- 3.2. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou zahrnující veškeré náklady a činnosti, k nimž je prodávající dle této smlouvy povinen, zejména dodání zboží do místa dodání vč. dopravy, instalace (montáž) zboží, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kupujícího, protokolární předání zboží kupujícímu a dalších náklady prodávajícího spojené s odevzdáním zboží kupujícímu a plněním povinností prodávajícího dle této smlouvy nebo obecně závazného právního předpisu.
- 3.3. Kupní cena je zaplacená dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího a pod variabilním symbolem uvedenými na faktuře.
- 3.4. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury). Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak musí obsahovat:
- identifikaci prodávajícího a kupujícího,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch, kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na tuto smlouvu,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
 - soupis příloh,
 - číslo Projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016262 s názvem „Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Náchod - UP Náchod“, atd.
- Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání zboží způsobem dle odstavce 2.1, resp. 2. této smlouvy. Součástí faktury bude vždy Předávací protokol o předání a převzetí zboží podepsaný pověřenými zástupci na straně prodávajícího a na straně kupujícího, postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy. Faktura bude kupujícímu zaslána v elektronické podobě na adresu: fakturace@nemocnicenachod.cz.
- 3.5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
- 3.6. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
- 3.7. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, uvedený na faktuře. Lhůta splatnosti faktury je sjednána z důvodu nastavených vnitřních schvalovacích pravidel.



- 3.8. Prodávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s kupujícím, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
- 3.9 V případě, že se účet prodávajícího ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.
- 3.10. Prodávající se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoli změna v prohlášení uvedeném v odstavci 3. 8. a/nebo nastane či se projeví jakákoli okolnost zakládající potenciální riziko ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o DPH, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň prodávajícího předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či prodávající bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

IV.

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

- 4.1. Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží dle této smlouvy.

V.

Záruka za jakost, Odpovědnost za vady a Servis

- 5.1. Prodávající poskytuje na zboží a všechny jeho součásti plnou záruku po dobu **24 měsíců**.



Prodávající se zavazuje, že zboží si po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců (záruka za jakost) zachová své vlastnosti vymezené touto smlouvou, zejména všechny vlastnosti uvedené v přílohách k této smlouvě, a že v průběhu záruční doby bude způsobilé ke každodennímu použití ke smluvenému (jinak obvyklému) účelu.

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy. V případě převzetí zboží s vadami záruční doba neskončí dříve než za 24 měsíců ode dne odstranění poslední vady zjištěné při převzetí zboží s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části zboží, které se stanou součástí zboží v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly obalů zboží apod.).

Během záruční doby je prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na zboží vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástek. Prodávající je dále povinen provádět během záruční doby bezúplatně a bez vyzvání:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace,
- odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích, resp. dle § 65 zákona o zdravotnických prostředcích in vitro,
- revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích, resp. dle § 67 zákona o zdravotnických prostředcích in vitro,
- v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle atomového zákona,

a za tím účelem poskytnout náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi technického úseku kupujícího.

5.2. **Vadou zboží se rozumí zejména** odchylka v kvalitě dodávaného zboží od požadovaných technických podmínek, nebo odchylka proti objednanému druhu, množství, vada obalu, ve kterém je zboží dodáváno a dále rovněž vada, která brání běžnému provozu zboží jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a navazujících funkcí, nebo která natolik znesnadňuje užívání zboží, že jej kupující nemůže užívat obvyklým způsobem.

Záruka se však nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem kupujícím nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ ve zboží, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži prodávajícího a/nebo zboží. Prodávající se dále zavazuje poskytovat kupujícímu během záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování vad, problémů či nefunkčnosti, které se na zboží vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací.



- 5.3. Pro součásti zboží, které mají vlastní záruční listy je záruční doba stanovena v délce tam vyznačené, minimálně však v délce dle předchozího odstavce, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
- 5.4. Prodávající se zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad zboží (zejména dle § 46 zákona o zdravotnických prostředcích, resp. dle § 66 zákona o zdravotnických prostředcích in vitro) tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
- 5.5. Reklamáce zboží a kontakty prodávajícího:
- 5.5.1. Požadavek na odstranění vady zboží, která se vyskytne v záruční době, kupující uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději poslední den záruční doby (dále jen „reklamace“). I reklamace učiněná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci kupující uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady:
- opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, nebo
 - dodáním nového plnění, je-li vada opravou neodstranitelná a jedná se vadu podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání; nebo
 - slevou z ceny vadné věci, je-li vada opravou sice neodstranitelná, avšak tato vada není podstatná a nebrání ani neznemožňuje užívání věci.
- V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby na jednom ks zboží nejméně podruhé nebo vznikne-li na jednom ks zboží v průběhu záruční doby více než dvě různé vady, je kupující oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového ks zboží nebo odstoupit od této smlouvy, i když druhá stejná nebo druhá různá či poslední vada, je vada odstranitelná opravou.
- 5.5.2. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu následující kontaktní údaje, na kterých je povinen přijímat požadavky na reklamaci a servis: servisní informační systém na tel. č.: 800 888 910, e-mail: servis.cz@siemens-healthineers.com . Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik odeslání emailové zprávy na výše uvedenou emailovou adresu nebo telefonický hovor na výše uvedené číslo. Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde k výpadku poskytovaných telekomunikačních služeb a prodávající tuto okolnost kupujícímu prokáže. Kupující je oprávněn k telefonické reklamaci podpůrně nahlásit nefunkčnost či jinou vadu zboží též zasláním emailové zprávy na výše uvedenou emailovou adresu.
- 5.5.3. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně do 48 hodin od uplatnění reklamace vůči prodávajícímu, a to do místa umístění vadného zboží. Nástup servisního technika bude ve lhůtě dle předchozí věty uskutečněn v pracovní den mezi 7.30 – 16.30 hod. nebo do 12.00 hod. následujícího pracovního dne, pokud lhůta 48 hodin uplyne v době po 16.30 hod. příslušného dne, nebo v mimopracovních dnech.



- 5.6. Jde-li o vadu odstranitelnou, zavazuje se prodávající tuto odstranit a uhradit veškeré související náklady nejpozději do 48 hodin od nástupu servisního technika na opravu dle předchozího odstavce 5. 5. 3. v případě, že potřebné náhradní díly jsou na skladě kupujícího nebo prodávajícího. V případě, že je nutné dodat náhradní díly ze zahraničí, není prodávající v prodlení, odstraní-li závadu ve lhůtě do **120** hodin počítaných od nástupu servisního technika na opravu.
- 5.7. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta.
- 5.8. Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat kupujícího a v případě, že se jedná o vadu natolik podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu v co nejkratším termínu bezplatně náhradní zboží nejpozději však do 6 týdnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího a převést vlastnické právo k náhradnímu zboží na kupujícího.

Náhradní zboží musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky stanovené touto smlouvou pro původně dodané zboží, při zachování totožných či lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na náhradní zboží nová záruční doba dle odstavce 5. 1. této smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného zboží a dodávku náhradního zboží za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů hradí prodávající.

- 5.9. I v případech, kde prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit – v takovém případě prodávající písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se v případě, že se prokáže, že se jednalo o neoprávněně reklamovanou vadu, bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. Pokud prodávající reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará kupující. Bude-li reklamace tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku prodávající, který se je zavazuje kupujícímu bez zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování zaplatit. Prokáže-li se, že kupující reklamoval vadu neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění neoprávněně reklamované vady.
- 5.10. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu, nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn odstranit vadu na své náklady sám či prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.



- 5.11. Prodávající je povinen v rámci odstranění vad zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem zboží, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.
- 5.12. Další práva kupujícího vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména § 2 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.
- 5.13. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména § 2099 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

VI.

Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy

- 6.1. Prodávající se zavazuje k náhradě veškeré újmy způsobené vadou zboží, a to včetně případné újmy na zdraví, životě či majetku osob.
- 6.2. Prodávající se zavazuje zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v areálu kupujícího, jsou-li dotčeny dodáním zboží prodávajícího.
- 6.3. Prodávající odpovídá za veškeré újmy způsobené kupujícímu či třetím osobám prodávajícím při plnění této smlouvy a zavazuje se je nahradit.
- 6.4. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobené činností svých poddodavatelů.
- 6.5. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobné okolnostmi, které mají důvod v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které prodávající použil.
- 6.6. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností kupujícímu nebo třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši celkové kupní ceny včetně DPH na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.
- Potvrzení o pojištění bude tvořit přílohu kupní smlouvy.
- 6.7. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.
- 6.8. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



- 6.9. Prodávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád).

VII.

Sankce

- 7.1. Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat zboží řádně a včas povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. Prodávající je povinen v případě změny poddodavatele bez předchozího souhlasu kupujícího zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 7.3. Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách stanovených v odstavcích 5. 5. 3., 5. 7. a 5. 8. této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.4. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 5. 6. této smlouvy. V případě souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění vady s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady.
- 7.5. Prodávající je povinen v případě nedodržení podmínek pojištění dle odst. 6. 6. této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení, a to do doby než budou podmínky pojištění prodávajícím obnoveny v souladu s touto smlouvou.
- 7.6. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč ukáže-li se jakékoli jeho prohlášení v této smlouvě jako nepravdivé.
- 7.7. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Za škodu se považuje i úplata, kterou kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např. vyšetření), které kupující nemohl pro vadu zboží této osobě provést. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.
- 7.8. Kupující se zavazuje, pro případ prodlení s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.



VIII.

Další ujednání

- 8.1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“), ve znění pozdějších předpisů, zajistí kupující.
- 8.2. Prodávající je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, jmenovitě, že bude ve vztahu k zaměstnancům zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů, disponovat veškerými potřebnými oprávněními apod. Prodávající se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu Kupujícího předložit či zajistit předložení příslušných dokladů (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Vše v rámci tohoto odstavce uvedené platí i pro případné poddodavatele.
- 8.3. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, které naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především pak zákon č. 114/1992 Sb., dále z. č. 17/1992 Sb. Prodávající tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí. Prodávající je dále povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a ekologické normy a předpisy při používání čistících, mycích a technických prostředků a dalších materiálů používaných při poskytování sjednaných prací a služeb v souladu s ustanoveními zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- 8.4. Prodávající se dále zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií.
- 8.5. Nedílnou součástí této smlouvy je Servisní smlouva, která tvoří přílohu č. 5 a upravuje podmínky provádění komplexního pozáručního servisu prodávajícím pro kupujícího ve vztahu k předmětu koupě, přičemž platnost této smlouvy je podmíněna paralelním uzavřením Servisní smlouvy. Pokud k uzavření Servisní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím z jakéhokoliv důvodu nedojde, je tato smlouva bez dalšího neplatná.



IX.

Ukončení smlouvy

- 9.1. Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle případů sjednaných jinde v této smlouvě (zejména dle odstavce 5.5.1. této smlouvy) a důvodů stanovených v zákoně pokud:
- a) je prodávající v prodlení s dodáním zboží či jeho části po dobu delší než **15 kalendářní dnů**;
 - b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy delším než **15 kalendářní dnů** (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
 - c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajícího uvedené v odstavci 6. 7. této smlouvy, nebo pojištění prodávajícího pozbude platnosti;
 - d) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;
 - e) bude vůči prodávajícímu zahájené exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení k vymození částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu; nebo
 - f) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.
- 9.2. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu 30 kalendářních dnů, kupující byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího úhradě.
- 9.3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém jsou strany povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na kupujícím, zda poskytnuté zboží dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si jej ponechá. Ponechá-li si kupující zboží poskytnuté dle této smlouvy nebo jen jeho část, není prodávající povinen vracet kupní cenu či její odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou za předpokladu, že byla splněna podmínka stanovená v čl. VIII odst. 8.5 této smlouvy.



- 10.2. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou (dodatkem) smluvních stran, avšak vždy za podmínek stanovených ZZVZ, zejména ustanovením § 222. Změna smlouvy jinou formou, než písemnou formou se nepřipouští, a to s výjimkou změny pověřené osoby z této smlouvy. Změnu pověřených osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.
- 10.3. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vylučují jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.
- 10.4. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
- 10.5. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu.
- 10.6. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakékoliv peněžité pohledávce kupujícího za prodávajícím.
- 10.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- 10.8. Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne osobně oproti podpisu doporučenou poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Zásilací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zásilací adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenou též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence.
- 10.9. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla smírná jednání k vyřešení sporu,



smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost českých soudů, když všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle sídla kupujícího v době zahájení soudního řízení.

- 10.10. Tato smlouva je vyhotovena v 1 (jednom) vyhotovení formou elektronického originálu opatřeného platnými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 10.11. Účastníci potvrzují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.
- 10.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Technické podmínky zboží prodávajícího;

Příloha č. 2 – Technické podmínky zboží požadované kupujícím;

Příloha č. 3 – Závazný vzor Předávacího protokolu;

Příloha č. 4 - Potvrzení o pojištění odpovědnosti;

Příloha č. 5 – Servisní smlouva;

Příloha č. 6 - Pravidla pro zřízení a používání vzdáleného přístupu do počítačové sítě kupujícího;

Příloha č. 7 - Pravidla součinnosti s úsekem IT oddělení kupujícího.

Prodávající:

V Praze dne

Mgr. Michal Čech a Ing. Karel Kopejtko

jednatelé společnosti

Kupující:

V Náchodě dne

RNDr. Bc. Jan Mach

předseda správní rady

PŘÍLOHA Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY – Technické podmínky zboží prodávajícího

Multifunkční komplet s C-ramenem

Artis zee multi-purpose



Položka č.	Popis	Ks
	<u>Artis zee multi-purpose</u>	
1	Artis zee multi-purpose 14446016 Multifunkční rentgenový systém s C-ramenem a vysoce rozlišujícím digitálním plochým detektorem o velikosti 30x40 cm je navržen pro moderní pokroková angiografická a intervenční vyšetření. Výkonný generátor 100 kW a rentgenka MEGALIX Cat Plus s novou technologií plochého emitru vytvářejí předpoklady pro vynikající kvalitu obrazů. Součástí jsou také funkce CLEAR pro optimalizaci vzhledu obrazu, sada aplikací CARE pro snížení expozice záření a standardní funkce DICOM. Systém je připraven pro vzdálený servis firmy Siemens. Ve vyšetřovně: Kompletní obsluha systému pomocí modulárních ovládacích prvků přímo u vyšetřovacího stolu umožňuje řídit pohyby C-ramena, vyšetřovacího stolu a lamelového kolimátoru. Dotykový displej umožňuje obsluhu založenou na platformě syngo pomocí multifunkčního joysticku, jímž se ovládá zobrazovací systém, včetně dodatečného zpracování a kvantitativního vyhodnocování, ale lze také vybírat vyšetřovací programy. Pro dotykový displej je možno nastavit specifickou konfiguraci podle individuálních klinických požadavků. V ovladovně: Standardní jednotná obsluha systému <i>syngo</i> firmy Siemens pomocí klávesnice a myši pro všechny funkce zobrazovacího systému, jako je dodatečné zpracování obrazů, archivace a konfigurace vyšetřovacích programů.	1
2	SYSTÉMOVÝ SOFTWARE DSA 14440394 Digitální subtrakční angiografie (akvizice, zobrazování a ukládání) v matici 1k², včetně pixelového posunu, změny masky, technik roadmap a špičkové opacifikace pro jódovou kontrastní látku (MaxOpac) a kontrast CO₂ (MinOpac); přidávání anatomického pozadí (funkce Landmark) od 0 do 100%. Obsahuje také funkce CLEARmap a CLEARmatch.	1
3	DIGITÁLNÍ PLOCHÝ DETEKTOR as 40HDR 14427135 Dynamický plochý panelový detektor as 40HDR o velikosti 30x40 cm s vysokým rozlišením pro plně digitální zobrazovací řetězec s integrovanou odnímatelnou mřížkou. Měřicí komora CAREwatch pro detekci povrchové dávky záření.	1
4	MEGALIX CAT Plus 125/20/40/80-122GW Vysoce výkonná sestava rentgenky MEGALIX se 3 ohnisky, otočným angiografickým kolimátorem s funkcí CAREfilter, měřicí komorou CAREwatch pro záznam povrchové dávky záření a integrovanou protikolizní ochranou. MEGALIX Cat Plus 125/20/40/80-122GW Vysoce výkonná sestava rentgenky se 3 ohnisky a s technologií plochého emitru, kovovým středem rentgenky s technologií tekutého ložiska se spirální drážkou, což umožňuje trvalý bezhlučný provoz.	1

Položka č.	Popis	Ks
	Kolimátor Angio Kompaktní lamelový kolimátor pro DSA a kardiologické aplikace s obdélníkovými clonami, klínovými filtračními clonami a prstovým filtrem.	
5	STATIV ZEE MP, zavěšení na pravé straně 14446051 Artis zee MP, pravá verze, stativ s multifunkčním C-ramenem s upevněním vyšetřovacího stolu vpravo, alternativně lze na přání objednatele ve stejné ceně dodat levostranné uchycení.	1
6	ANTI KOLIZNÍ OCHRANA # MP 04462151	1
7	NOŽNÍ SPÍNAČ MP monoplane 14402012	1
<u>MONITORY - Artis zee monoplane</u>		
8	POJÍZDNÝ STROPNÍ MONITOROVÝ STATIV PRO VELKOPLOŠNÝ DISPLEJ 14434172 Příprava na velkoplošný plochý displej pro instalaci na stropním držáku ve vyšetřovně, který se může pohybovat v podélném směru, naklápět, otáčet a výškově nastavovat. Poznámka: Je-li vybrán velký displej, základní konfigurace Artis obsahuje namísto displejů pro zkušebnu sadu pro připojení k velkému displeji. Přesnější typ velkého displeje je součástí následné položky.	1
9	VELKOPLOŠNÝ DISPLEJ 55" 14443012 Velký barevný plochý displej s úhlopříčkou obrazovky 55", včetně kabelů, pro vyšetřovací místnost. Tato verze velkého displeje poskytuje díky nové technologii panelu IPS vynikající kvalitu klinického obrazu.	1
10	LD MDM – KONTROLER 9 VSTUPU 14434175 Large Display Multi Display Manager kontroler (správce většího počtu vstupů) umožňuje připojení různých videosignálů a tyto informace zpracovává, aby se zobrazovaly na Large Display. Volitelně může být připojeno a současně zobrazováno na jednotce Large Display maximálně 9 videosignálů. Řídící jednotka videosignálů pro Large Display 9 přijímá různé interní a externí videosignály a tyto informace zpracovává, aby se zobrazovaly na velkoplošném monitoru (LD). Může být připojeno až 9 externích a interních zdrojů videosignálu (max. 7 DVI-D a 2 analogové (VGA) kanály). V této dodávce je počítáno s oživením vstupů signálu z modalit, které jsou požadovány v ZD do této nabídky, tzn. aktuální a referenční RTG obraz „LIVE + REF“ (oba dva 5:4, 1280 x 1024), 1x endoskopie (5:4, 1280 x 1024, DVI – endoskopický procesor Olympus), 1x endoskopie (5:4, 1280 x 1024, DVI – SpyGlass), 1x endoskop (analogový signál (VGA, PAL S-Video – EndoSono)), 1x endoskopie (5:4, 1280 x 1024, DVI – CellVisio),	1

Položka č.	Popis	Ks
	1x monitor životních funkcí (5:4, 1280 x 1024, DP/DVI/HDMI), 1x PACS (16:9, 1920 x 1080), resp. s oživením celkem 8 vstupů VGA, DVI-I, DVI-D. Obrazový výstup pro aktuální a referenční RTG obraz pro potřeby LIVE přenosů – 2x DVI 1280 x 1024 60p, 2x převodník BlackMagic DAC-70.	
11	ACE KABELOVÝ SET 14417060	1
12	MONITORY DVI 2xBWD-19 (Live + Ref) do ovladovny 14434187 Speciální dva diagnostické 19" TFT monitory s vysokým kontrastem pro zobrazování živých a referenčních obrazů s modrou barvou pozadí do ovladovny. Stolní provedení s černým rámečkem.	1
<u>DALŠÍ FUNKCE</u>		
13	ROZŠÍŘENÍ PAMĚTI 14432940 Rozšíření digitální paměti obrazového počítače o 25.000 obrazů, z 25.000 na 50.000 obrázků.	1
14	FLUORO LOOP 14432947 Ukládání a zobrazování dynamických skiaskopických sekvencí (funkce Fluoro Loop).	1
15	AUTOMAP 04435801 Automatické nastavení pozice systému v závislosti na zvoleném referenčním obraze a automatická selekce referenčního obrazu v závislosti na zvolené pozici systému.	1
16	KVANTITATIVNÍ VASKULÁRNÍ ANALÝZY (QVA) 04435850 Vaskulární analýza s určením stupně stenózy, měřením vzdáleností a kalibrací.	1
<u>DALŠÍ OVLÁDÁNÍ Z OVLADOVNY Artis zee</u>		
17	INTERFACE PRO OVLÁDÁNÍ Z OVLADOVNY 14434231 Druhé řídicí stanoviště v ovladovně.	1
18	OVLÁDÁNÍ SYSTÉMOVÉHO POČÍTAČE Z OVLADOVNY 14440507 Druhé ovládání systému (řídicí místnost)	1
19	OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z OVLADOVNY 14440508 Druhé ovládání přístroje (řídicí místnost).	1
20	OVLÁDÁNÍ C RAMENA A HLOUBKOVÉ CLONY Z OVLADOVNY	1

Položka č.	Popis	Ks
	14440508 Druhé ovládání přístroje (řídící místnost).	
21	OVLÁDÁNÍ STOLU Z OVLADOVNY 14440509 Druhý ovládací modul pro dálkové ovládání stolu z ovladovny.	1
22	RUČNÍ SPÍNAČ 14440510 Druhý ruční ovladač (řídící místnost). Druhý ruční ovladač pro zapínání zařízení, který je vybaven i dalšími ovládacími funkcemi.	1
23	PŘÍDAVNÝ NOŽNÍ SPÍNAČ 1440511 Doplňkový přídavný nožní spínač pro ovládání zařízení a dalších kontrolních konfigurovatelných funkcí do ovladovny.	1
24	KLÁVESNICE SYNGO - anglická 14427095 Klávesnice pro snadnou obsluhu se speciálními syngo tlačítky.	1
<u>DICOM INTERFACE</u>		
25	DICOM INTERFACE 04435892 Síťové rozhraní (1000 BaseT) s následujícími integrovanými službami DICOM: - DICOM Send (Posílání po síti DICOM): Odesílání obrazů po síti DICOM. - DICOM Storage Commitment (StC) : Zpětná vazba z archivu obrazů. - DICOM Query / Retrieve (Vyhledávání/načítání): Stahování archivovaných obrazů z digitálního archivu nebo z pracovní stanice. - DICOM Structured Report (Strukturovaná zpráva ve formátu DICOM)	1
26	DICOM RIS-Modality Worklist 04435926 Import dat pacienta/z vyšetření z externího systému RIS/HIS pro správu pacientů pomocí funkce DICOM MWL (Modality Worklist).	1
27	DICOM MPPS 04491960 Zpětná vazba o stavu vyšetření prostřednictvím funkce DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step (Krok procedury prováděný modalitou)) do externího systému RIS/HIS pro správu pacientů. Do systému RIS mohou být přenášena data, jako je povrchová dávka záření.	1
<u>EKG MONITOR</u>		
28	EKG monitor - VitaLogik 4500 CZ EKG	1

Položka č.	Popis	Ks
-------------------	--------------	-----------

VitaLogik transportní patientsky monitor je zařízením, které svým jedinečným designem a vybavením splňuje nejnáročnější potřeby v oblasti monitorování životních funkcí pacienta. Přehledné uživatelské rozhraní umožňuje snadné a efektivní monitorování, sběr dat a přístup k hodnotným klinickým informacím.

INJEKTOR

29	MEDRAD MARK 7 Arterion Pedestal CZMEDMARK7PED Plně automatický, mikroprocesorem řízený injektor kontrastního média s kontrolou průtoku a času určený pro všechna angiografická vyšetření se software spřaženým se SW systému, umístěný na vozíku.	1
-----------	---	----------

ROZVADĚČ A ZÁLOŽNÍ ZDROJ

30	ROZVADĚČ NV2 - 100/380/50 FJ CZ NV2 Speciální rozvaděč pro angiografická RTG pracoviště s proudovým chráničem včetně zapínacích a nouzových tlačítek.	1
-----------	---	----------

31	UPS pro nářadí, stůl, obrazový systém CZ UPS20 Náhradní zdroj pro ovládání obrazového systému, uložení získaných dat, včetně provozu monitorů a zabezpečení pohybů vyšetřovacího stolu a C ramena po dobu min. 5 minut.	1
-----------	---	----------

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

32	DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ 14440411 Obousměrné dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou.	1
-----------	--	----------

33	OCHRANA PROTI ZÁŘENÍ PRO DOLNÍ ČÁST TĚLA CZ 9909318 Ochrana proti záření – část uchycená přímo na vyšetřovací stůl složená ze dvou částí (horní a spodní).	1
-----------	--	----------

34	OCHRANA PROTI ZÁŘENÍ PRO HORNÍ ČÁST TĚLA CZ 9901912 Pro ochranu horní části těla proti rozptýlenému záření v oblasti, kde se pohybuje vyšetřující pracovník, např. v průběhu intervenčních procedur.	1
-----------	--	----------

35	VYŠETŘOVACÍ SVĚTLO NA STROPNÍM ZAVĚSU CZ 9901922 Na stropním stativu namontovaná lampa pro vyšetřujícího, pružně nastavitelná směrem k uživateli, pro diagnostiku a malé chirurgické zákroky.	1
-----------	---	----------

Položka č.	Popis	Ks
36	DALŠÍ OVLÁDÁNÍ STOLU Z VYŠETŘOVNY 14446024 Joystick pro přímé ovládání všech funkcí stolu.	1
37	OPĚRKA NOHOU 01153076 Polohovatelná lavička pro nástup pacienta ve svislé poloze.	1
38	DRŽÁK PRO INFUZE 04453739 Držák infuzních lahví z nerezové oceli, s držadlem a 4 upevňovacími kroužky.	1
39	DRŽÁK RUKY PACIENTA 14409421 Opěrka ruky pacienta.	1
40	RAMENNÍ POPRUHY 04435710 Pro záření průhledné, vyztužené plastové popruhy pro vyšetřování pacientů v Trendelenburgově poloze -20° a více.	1
41	DRŽÁK NOHOU 04435728 Pro možnost sklápění pacientů do Trendelenburgovy polohy -20° a více jsou kromě ramenních popruhů zapotřebí i držáky nohou.	1
42	OSOBNÍ OCHRANNÉ POMUCKY CZ DURAD Bezolovnatá jednodílná ochranná stínící zástěra s ekvivalentem 0,35 mm Pb umístěným pouze v přední části – 2 ks Bezolovnatý ochranný stínící límec s ekvivalentem 0,35 mm Pb – 2 ks	1
43	POMUCKY pro provádění zkoušek provozní stálosti CZ999980 Pomůcky pro provádění zkoušek provozní stálosti, dle doporučení výrobce a SÚJB.	1
44	Předinstalační materiál – Artis zee MP 04443482 Předinstalační materiál a podlahové kanály.	1
45	INSTALACE + ZAŠKOLENÍ CZ INST Montáž, zprovoznění, provedení přijímací zkoušky a zaškolení obsluhy k ovládání systému.	1
46	ZÁKAZNICKÁ DOKUMENTACE V ČESKÉM JAZYCE 14400095 Zákaznická dokumentace v českém jazyce.	1

Vyplněná příloha č. 2_4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název části veřejné zakázky: 1 ks multifunkčního kompletu s C-ramenem

Část veřejné zakázky: 4

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

Technická specifikace

číslo	specifikace	požadavky	Splněno parametrem nebo ANO / NE
Obecné požadavky			
Univerzální jednorovinný skiaskopicko-skiagrafický multifunkční komplet s C-ramenem s maximálním rozsahem pohybu, plochým detektorem a plnou digitalizací obrazu.			
Multifunkční komplet je určený pro diagnostiku, vaskulární i nevaskulární intervence v rozsahu od hlavy po dolní končetiny, zejména ERCP, skiaskopická i skiagrafická vyšetření trávicího traktu, flebografie včetně DSA zobrazení. Technické parametry musí odpovídat i vyšetřování silně obézních pacientů a pacientů s ascitem v oblasti břicha.			
Musí být vybaven všemi dostupnými prostředky pro minimalizaci radiační dávky pro pacienta a radiační zátěže personálu při dodržení principu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“). Musí poskytovat nejvyšší možnou kvalitu obrazu při nízké radiační zátěži, tzn. bude vybaven všemi dostupnými nejnovějšími HW a SW prostředky pro snižování dávky záření, včetně mechanických prvků pro minimalizování radiační zátěže personálu (ochranné štíty a závěsy z Pb).			
Dále musí být vybaven příslušenstvím, které dokumentuje radiační zátěž pacienta v souladu s platným Právním řádem ČR (zákon č. 263/2016 Sb.).			
Stativ s integrovaným C-ramenem a vyšetřovacím stolem			
1.1	C-rameno se zemním kotvením, s rentgenkou a digitálním plochým detektorem.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.2	C-rameno podélně motoricky posuvné v rozmezí min. 160 cm.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – 165 cm
1.3	Motorický posun digitálního plochého detektoru (změna SID) - největší vzdálenost SID min. 120 cm.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – 120 cm
1.4	Sklápění vyšetřovacího stolu spolu s C ramenem v rozsahu min. +/- 90°.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO - +/-90°

1.4	Rychlé motorické pohyby C-ramena s možností rotace C-ramena kolem vyšetřovacího stolu (LAO/RAO) v rozsahu min. 130° a jeho sklápění (CRA/CAU) v rozsahu min. +/- 45°.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – 150° (LAO/RAO), +/- 45° (CRA/CAU)
1.5	Volba polohy rentgenky umožňuje polohu pod i nad vyšetřovacím stolem.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.6	Motoricky nezávisle nastavitelná výška C-ramena a vyšetřovacího stolu.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.7	Antikolizní systém s duplicitním jištěním senzory na krytu clony a detektoru.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO - ICS
1.8	Vyšetřovací stůl ze všech směrů velmi dobře přístupný, s motorickým posunem úložné desky min. v příčném směru.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.9	Deska stolu o rozměrech min. 220 x 55 cm, bez výřezu pro hlavu, transparentní pro RTG záření.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – 225x55 cm
1.10	Maximální hmotnost pacienta min. 200 kg, celková bezpečná pracovní zátěž stolu min. 300 kg, tj. souhrn hmotnosti pacienta, matrace, zatížení při KPR atd.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – 200 kg (pacient), 340 kg (celkem)
1.11	Schopnost naprogramování a vyvolání min. 10 pozic plně automatického nastavení systémových projekcí C-ramena, detektoru, kolimátoru a vyšetřovacího stolu.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – 50 pozic
<u>RTG generátor</u>			
1.12	Vysokofrekvenční RTG generátor s výkonem min. 100 kW.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – 100 kW
1.13	Expoziční napětí pro skiaskopii v min. rozsahu 40-125 kV.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO - 40-125 kV
1.14	Vysoký skiaskopický výkon generátoru i rentgenky – kontinuální tepelná zátěž min. 3 kW po dobu 20 min.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO - 3 kW po dobu 20 min.
<u>RTG zářič</u>			
1.15	Rentgenka s rotační anodou se 3 ohnisky odpovídajícího výkonu (největší ohnisko o velikosti max. 1 mm o výkonu min. 90kW, nejmenší ohnisko o velikosti max. 0,3 mm).	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – 3 ohniska, 1 mm - 93 kW, nejmenší 0,3 mm
1.16	Tepelná kapacita anody min. 1,5 MHU.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – 3,375 MHU
1.17	Tepelná kapacita krytu rentgenky min. 2 MHU.	Požadavek je absolutní (musí být splněn)	ANO – 4,9 MHU
1.18	Automatická volba přídavné min. 3stupňové filtrace v rozsahu ekvivalentu min. 0,2 – 0,9 mm Cu v závislosti na absorpci objektu a zvoleném druhu provozu pro snížení celkové dávky záření.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – 5 stupňů v rozsahu 0,1 – 0,9 mm Cu
1.19	Nastavení počtu pulzů za sekundu ve skiaskopickém módu minimálně v rozsahu 1-15 pulzů/s	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – 0.5 - 30 pulzů/s
1.20	Akviziční módy s volbou minimálně 50 přednastavených programů.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – 128 programů pro každý mod

1.21	Primární clona s vykrývacími obdélníkovými clonami a s polopropustnými clonami s možností jejich otáčení.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.22	Systém vybavený KAP metrem s transparentní ionizační komorou, umožňující měřit a zaznamenat dávkové hodnoty pro každou skiaskopickou / skiagrafickou a akviziční scénu.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
<u>Akvizice obrazu</u>			
1.23	Použití nejmodernějších technologií pro získání nejlepší kvality obrazu za co nejnižší dávky záření zahrnující hardwarové a/nebo softwarové prvky.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – CARE + CLEAR
1.24	Digitální plochý detektor s integrovanou sekundární clonou (protirozptylovou mřížkou) určený pro skiaskopické i skiagrafické expozice.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.25	Velikosti vstupního pole obrazového detektoru min. 30x40 cm, s aktivní plochou min. 1100 cm ² , matrice min. 4,5 Mpix, hloubka 16 bitů.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – 30x40 cm, 1119 cm ² , matrice 4,76 Mpix, 16 bitů
1.26	Velikost obrazového bodu max. 160 µm.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO - 154 µm
1.27	Volba min. 4 formátů obrazu (standardní a 3x zoom).	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – 6 formátů
1.28	Kompletní obrazová digitalizace s plně digitálním zpracováním obrazu se snímáním, zpracováním a archivací s rozlišením min. 1024x1024/12 bit při všech druzích provozu v celém řetězci s možností jednotlivého snímku a scén, včetně možnosti DSA doplněná o manuální i automatické funkce Pixel Shift, Roadmapping a Overlay (překrytí referenčního obrazu aktivním LIVE obrazem).	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – rozlišení 1024x1024/12 bit
1.29	Kapacita HDD přístroje pro záznam minimálně 50 000 obrazů v plném rozlišení.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – 50.000 obr.
1.30	Plně automatický digitální pulzní skiaskopický provoz s volbou min. šesti různých frekvencí v rozsahu min. 1 - 15 pulzů/s (možnost volby pulzní rychlosti a dávky přímo od stolu) včetně zobrazení dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice v délce min. 20 s při zvolené maximální frekvenci na záznamu pevný disk s následnou možností exportu v DICOM formátu.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO - 0.5 - 30 pulzů/s, 32 s
1.31	Orgánové programy.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.32	Funkce uchování a zobrazení poslední provedené scény (skiaskopické i akviziční) nebo obrazu – LIH bez záření.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
<u>Ovládání systému</u>			
1.33	Dvě samostatné ovládací konzole všech funkcí C-ramena, stolu a kolimátoru. Umístění u vyšetřovacího stolu a v ovladovně.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.34	Nožní spínač pro ovládání skiaskopického a skiagrafického režimu ve vyšetřovně i v ovladovně.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.35	Dvě samostatné ovládací konzole obrazového počítače s ovládáním všech funkcí obrazového systému, skiaskopie a akvizice. Umístění u vyšetřovacího stolu a v ovladovně.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO

1.36	Expoziční spínač nožní ve vyšetřovně a ruční v ovladovně.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
<u>Zpracování dat, akviziční stanice, zobrazení</u>			
1.38	Standardní software pro úpravu obrazů. Postprocessing - automatické nastavení jasu a kontrastu, digitální optimalizace denzity obrazu v reálném čase, automatická redukce šumu, zvýraznění hran, elektronický zoom, posun obrazu, anatomické pozadí, elektronické clony, měření úhlů a vzdáleností, zápis jména pacienta, anotace, případně další možnosti.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.39	Výstup ve formátu DICOM 3, služby DICOM 3: Send, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist, MPPS, SR (Structured report).	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.40	USB výstup s možností exportu obrazů.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.41	Nahrávání obrazových smyček (akvizice i skiaskopie) a jednotlivých obrazů na CD/DVD v DICOM 3 formátu spolu s Windows kompatibilním DICOM prohlížečem. Možnost zpětného přehrávání CD/DVD nosičů na displeji ve vyšetřovně.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.42	Virtuální clonění (kolimace) – grafické zobrazení aktuální pozice lamel primárních a polopropustných clon bez nutnosti expozice.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.43	Nastavení pozice pacienta pro vyšetření pomocí grafického znázornění na monitoru bez nutnosti expozice.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.44	Zobrazení a archivace celkové dávky pacienta v intervenčním referenčním bodě a celkového skiaskopického času. Dále zobrazení počtu akvizic nebo počtu snímků pořízených v rámci akvizičních scén po ukončení výkonu, např. v rámci Radiation Dose Structured Report.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.45	Zobrazení a archivace strukturované zprávy o dávce záření – Radiation Dose Structured Report, tj. v DICOM objektu s tagem „Media Storage SOP Class“ rovným „X-Ray Radiation Dose SR“ a ukládání a vyplnění tagu „IrradiationEvent UID“ v obrazových datech.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.46	Připojení k počítačové síti (Ethernet) a zprovoznění napojení na informační systémy PACS, NIS/RIS zadavatele. Zadavatel provozuje Marie PACS od firmy OR-CZ	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.47	2 ks vysoce kontrastní diagnostické medicínské monitory s rozlišením min. 1,2 MPx a úhlopříčkou min. 19“ (při běžném provozu svítivost bílé min. 400 cd/m2 a černé max. 1 cd/m2, kalibrovatelný na DICOM GSDF křivku s odchylkou max. 15%) pro „LIVE“ a „REF“ RTG obraz na stůl do ovladovny	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO- 2x monitor 1,31 MPix, 19“ (400 cd/m2 / 1 cd/m2)
1.48	Vyšetřovna - řešení pro zobrazení více signálů na velkoplošném monitoru ve vyšetřovně umístěném na pojízdném stropním stativu s výškově nastavitelným a otočným ramenem. Velkoplošný diagnostický monitor s rozlišením min. 8 Mpix., DICOM zobrazení pro černobílé a barevné zobrazení, aktivní uhlopříčka minimálně 55“. Monitor dokáže modulovat současně skiaskopický obraz + zmrazený obraz + minimálně 2 vstupy pro endoskopická zařízení, aby bylo možné sledovat	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – 8 Mpix, 55“, 9 vstupů

	současné skiaskopický obraz, 2 endoskopické obrazy a EKG.		
<u>EKG monitor</u>			
1.49	Monitor s barevným LCD o velikosti min. 11". Ovládání pomocí otočného prvku.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – 12,3"
1.50	Zobrazení 8 křivek na obrazovce současně.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – 8 křivek
1.51	Snímání vitálních funkcí – EKG min. 3/5sv., Resp., NIBP, SpO2, 2x IBP.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.52	Systém alarmů, uživatelské nastavení dolních a horních hranic alarmů pro všechny parametry.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.53	Analýza arytmií/ST.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.54	Držák monitoru na stůl v rámci dodávky.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.55	Zobrazení výstupu monitoru i na velkoplošném monitoru na stativu ve vyšetřovně.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
<u>Rozvaděč + záložní zdroj</u>			
1.56	Rozvaděč pro připojení elektrické sítě.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.57	UPS - krátkodobý záložní zdroj pro možnost pokračování provozu multifunkčního kompletu (pohyby C-ramena a stolu, funkční obrazový počítač, uložení získaných dosud nezpracovaných dat) po dobu min. 5 min. při výpadku elektrické sítě.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO – 5 min.
<u>Další příslušenství</u>			
1.58	Dorozumívací akustické obousměrné zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou – interkom.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.59	Pojízdný ochranný štít lékaře na podélně pojízdném, otočném a výškově stavitelném stropním stativu včetně bodového operačního LED světla se svítivostí min. 70 000 Lux.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO - 70 000 Lux
1.60	Spodní a horní radiační ochrana z PB gumy uchytilná na lištu stolu (ekvivalent 0,5 mm Pb).	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO - 0,5 mm Pb
1.61	Možnost dalšího technického zhodnocování přístroje v průběhu jeho života (update, upgrade, dovybavení novými technologiemi).	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.62	Ochranné zástěry 2 ks, ochranné límce 2 ks.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.63	Polohovatelná a odnímatelná lavička pro nástup pacienta ve svislé poloze v rámci dodávky.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO

1.64	Držák infuzních lahví jednoduše uchytitelný na lištu stolu v rámci dodávky.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.65	Madla pro fixaci pacienta v rámci dodávky.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.66	Ramenní opěrky a držák ruky pacienta pro infuze v rámci dodávky.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.67	Držák nohou a ramenní opěrky při sklápění pacienta do pozice „trendelenburg“ v rámci dodávky.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.68	Matrace na vyšetřovací stůl v rámci dodávky.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.69	Pomůcky pro provádění zkoušek provozní stálosti (dle ČSN EN 612 23-3-1) – fantom pro digitální skiagrafií a skiaskopii, zeslabovací vrstva 25mm AL, přídavný filtr 1mm Cu, držák.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Ostatní			
1.70	Zajištění ekologické likvidace stávajícího RTG přístroje včetně dodání protokolu o jeho ekologické likvidaci	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.71	Zajištění kompatibility RTG přístroje s informačním systémem používaným v Oblastní nemocnici Náchod pro sběr dat nutných pro stanovení diagnostických referenčních úrovní (DRÚ)	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.72	Připojení RTG přístroje k informačním systémům PACS, NIS, RIS a protokolární ověření správné funkčnosti tohoto připojení minimálně 3 pracovní dny před uvedením RTG přístroje do provozu	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.73	Životnost přístroje min. 8 let, garance dodávky náhradních dílů min. 10 let	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.74	Možnost dalšího technického zhodnocování přístroje v průběh jeho života (update, upgrade, dovybavení novými technologiemi)	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.75	Záruční doba min. 2 roky	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
1.77	V den uvedení RTG přístroje do provozu dodání elektronické (uživatelsky editovatelné), případně i tištěné verze hodnot expozičních parametrů nastavených pro všechny výkony, požadované od Oblastní nemocnice Náchod	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO

Doplňující informace:

v rámci záruky budou BTK a zkoušky dlouhodobé stability prováděny zdarma;

cena pozáručních BTK v Kč bez DPH za 1 ks zdravotnického přístroje (cena zahrnuje veškeré úkony v souladu s doporučením výrobce, vč. výměny dílů, kontrolu elektrické bezpečnosti, veškeré mzdové a cestovní náklady servisního technika, vystavení protokolů a dokumentace)

57.400,-

- frekvence provádění BTK

12 měsíců

ceny za servisní práce v pozáruční době:

- hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH) 1 750,00 Kč/ hod
- cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km 11,00 Kč/ km

Zadavatel na základě předcházejícího průzkumu trhu stanovil maximální možné ceny za výše uvedené servisní práce v pozáruční době následovně:

hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)	max. 1 750,00 Kč/ hod
cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km	max. 11,00 Kč/ km

Výše stanovené ceny doplněné dodavatelem jsou pro vybraného dodavatele závazné, maximální možné a nepřekročitelné po celou dobu plnění na základě Přílohy č. 3_4 - Kupní smlouva včetně jejích příloh (zejména pak po celou dobu plnění na základě Přílohy č. 5 Kupní smlouvy – Servisní smlouva). Překročení výše stanovených maximálních cen za jednotlivé položky je důvodem pro vyloučení takového účastníka ze zadávacího řízení ve smyslu ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Ostatní požadavky:

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování služeb v oblasti zdravotnictví (§ 2 písm. i) bod 5. ZKB).

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

PŘÍLOHA Č. 3 KUPNÍ SMLOUVY – ZÁVAZNÝ VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

Zástupce prodávajícího:										
Zástupci kupujícího:	1. pracovník technického úseku: 2. pověřená osoba zdravotnického oddělení (<i>primář/zástupce primáře</i>):									
Název zboží / výrobce / výrobní číslo	Počet kusů	Stav zboží	obalů	Výsledek montáže, instalace, zboží do provozu	Výsledek ukázky funkčnosti zboží	Výsledek provedení testů a zkoušek, ověření deklarovaných technických parametrů	školení personálu a pracovníka zdravotnického oddělení obslužných klinických činností kupujícího, včetně vystavení protokolu a protokolu opravňujícího provádět instruktáže (ANO / NE)	Seznam předávané dokumentace	Zjištěné vady ANO / NE	

Výsledek předání a převzetí zboží:			
Popis zjištěných vad při předání zboží:	Zboží	Popis vady	Dohodnuté datum odstranění vady

V _____, dne _____

zástupce prodávajícího

(jméno, razítko a podpis)

zástupce kupujícího 1.

(jméno, razítko a podpis)

zástupce kupujícího 2.

(jméno, razítko a podpis)



Certifikát o pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistitel	HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Edelsinnstraße 7-11, 1120 Rakouská republika, zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka, se sídlem 120 00 Praha 2, Jugoslávská 29, IČO: 27636062, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 56166
Pojištěný:	Siemens Healthcare, s.r.o. Budějovická 779/3b 140 00 Praha 4, Michle IČO 041 79 960
Pojistná smlouva:	2102515
Limit pojistného plnění:	EUR 5 000 000,- pro jednu pojistnou událost a pro všechny pojistné události během pojistného období dvojnásobek, tj. EUR 10 000 000,-
Spoluúčast:	EUR 20 000,- pro každou pojistnou událost
Rozsah krytí:	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozní činností Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
Územní rozsah pojištění:	celý svět včetně území USA a Kanady
Doba pojištění:	1.10.2022 – 1.10.2023
Zvláštní podmínky a ujednání:	Společnost je zařazena do mezinárodního pojistného programu vedeného pojišťovnou HDI Global SE, Hannover, jehož součástí je i tato lokální pojistná smlouva č. 2102515.

V Praze dne 23.9.2022

HDI Versicherung AG
organizační složka
IČ: 276 36 062
120 00 Praha 2, Jugoslávská 29
tel.: 220 190 210

Toto potvrzení je vydáno pouze za účelem poskytnutí informace a na držitele nepřenáší žádná práva.

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Edelsinnstrasse 7-11, Rakouská republika, zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni
pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, IČ 276 36 062,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 56166
bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu pro CZK 518185003/2700, IBAN CZ24 2700 0000 0005 1818 5003, SWIFT BACXCZPP
číslo účtu pro EUR 518185011/2700, IBAN CZ02 2700 0000 0005 1818 5011, SWIFT BACXCZPP

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **152564172-198890-221011130147**, skládající se z **1** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **EVA LUKÁŠOVÁ**

Vystavil: **Valigura Lukáš - notář**

Pracoviště: **Praha**

V Praze dne 11.10.2022



152564172-198890-221011130147

PŘÍLOHA Č. 5 KUPNÍ SMLOUVY – SERVISNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“):

Siemens Healthcare, s.r.o.

se sídlem: Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4

IČ: 04179960

DIČ: CZ04179960

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 243166

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., č.ú.: 2111696847/2700

zastoupená: Mgr. Michalem Čechem a Ing. Karlem Kopejtkem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČ: 26000202

DIČ: CZ26000202 pro účely DPH: CZ699004900

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

zastoupená RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel a Objednatel jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Pořízení RTG přístrojů pro ONN II.“ vedené u zadavatele pod ev. č. VZ07/4.

čl. I.

Účel smlouvy

1. Objednatel je poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „**zákon o ZP**“) a další související platné legislativy.

2. Účelem této smlouvy je zajištění povinností Objednatele dle zákona o ZP a jeho prováděcích předpisů, souvisejících s provozováním a používáním zdravotnického prostředku, a to dodavatelským způsobem.

3. Pro účely této smlouvy je stanoven obsah následujících pojmů takto:

- **zdravotnický prostředek** – nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného ke správnému použití zdravotnického prostředku, materiál nebo jiný předmět, určený výrobcem pro použití u člověka; provozování zdravotnického prostředku podléhá zejména zákonu o ZP a jeho prováděcím předpisům (dále jen „**ZP**“);
- **doba odstranění závady** – doba od započetí činnosti směřujících k odstranění závady do obnovení správné funkce ZP u Objednatele;
- **instruktáž obsluhy** – úvodní nebo periodické instruktáže obsluhujícího personálu v souladu s § 41 zákona o ZP s cílem zabezpečení kvalifikovaného a bezchybného používání ZP v souladu s pokyny výrobce;
- **oprava** – soubor úkonů, jimiž se poškozený ZP vrátí do původního nebo provozuschopného stavu, přičemž nedojde ke změně technických parametrů nebo určeného účelu (§ 46 zákona o ZP);
- **PBTK** – pravidelné (pozáruční) bezpečnostně-technické kontroly a další úkony k zachování bezpečnosti a plné funkčnosti zdravotnického prostředku dle definice v § 45 zákona o ZP prováděné v souladu s předpisem výrobce ZP
 - periodické ověřování parametrů a funkčnosti ZP, vykonání předepsaných funkčních kontrol ZP, kontrola funkce, kontrola přesnosti, vyčištění nepřístupných částí, kontrola chybových událostí a dalších činností v návaznosti na předpis výrobce nebo technickou dokumentaci (dále jen „**PKV**“);
 - periodické ověřování metrologického charakteru (metrologické ověření, kalibrace, atd.) v případě ZP s měřicí funkcí, na něž se vztahují ustanovení zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**PKM**“)
 - periodické zkoušky elektrické bezpečnosti dle ČES 33.03.95 v případě ZP, které jsou napájeny elektrickou energií (dále jen „**ZEB**“);
 - periodické tlakové zkoušky/revize v případě ZP, jenž je současně tlakovým zařízením (dále jen „**ZTL**“)
 - periodické plynové zkoušky/revize v případě ZP, jenž je současně plynovým zařízením (dále jen „**ZPL**“)

Výsledek PBTK musí být Objednateli sdělen Zhotovitelem písemně i elektronicky formou protokolu o provedení PBTK, obsahujícího naměřené hodnoty, další zjištěné skutečnosti a výsledek kontroly v podobě doporučení pro další použití ZP.

- **preventivní údržba** – preventivní činnosti zajišťující stabilitu funkce ZP a předcházení vzniku závad, jako např. seřizování, kalibrace technických parametrů, nastavování nebo update HW a SW;
- **reakční doba** – doba od nahlášení závady do započetí činnosti směřujících k její analýze a odstranění;
- **servisní událost** – událost vedoucí k nutnosti vykonat servisní zásah, tj. vznik závady, nebo časově periodicky vzniklá potřeba vykonat preventivní údržbu, PBTK nebo školení obsluhy;
- **servisní zásah** – je soubor činností Zhotovitele provedených při výkonu PBTK, preventivní údržby nebo při odstranění závady, včetně dodávek a montáže náhradních dílů, dopravy a dalších doprovodných činností vedoucích k obnovení funkčnosti ZP;
- **závada** – porucha způsobující nefunkčnost ZP nebo odchylka parametrů ZP větší, než jakou stanovuje výrobce pro správnou funkci a provoz ZP, vyžadující následný servisní zásah Zhotovitele, zahrnující případně dodávku náhradních dílů, nastavení a kalibraci jeho parametrů a uvedení ZP do provozu.

4. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek pro plné servisní zabezpečení ZP v rozsahu specifikovaném v **článku II.** a vymezení vzájemných vztahů smluvních stran.

čl. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je Zhotovitelem poskytovaný soubor služeb a dodávek u ZP, uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**smluvní ZP**“), a to zejména v tomto rozsahu:
 - 1.1 Provádění autorizovaného servisu a odborné údržby v souladu se zákonem o ZP a příslušnými předpisy+ výrobce ZP;
 - 1.2 Provádění instruktaží obsluhy v souladu se zákonem o ZP, příp. dle potřeby objednatele (max. rozsah instruktaží 2 prac. dny/ rok);
 - 1.3 Pravidelná organizace a provádění všech potřebných druhů PBTK přístroje dle zákona o ZP, a to 1x ročně, pokud výrobce nestanovil jinak;
 - 1.4 Provádění servisních zásahů ve smluvních časových limitech;
 - 1.6 Dodávky všech náhradních dílů potřebných pro bezchybný provoz ZP (včetně rentgenky/rentgenek);
 - 1.7 Provádění elektrické revize dle ČSN;
 - 1.8 Provádění zkoušek dlouhodobé stability;
 - 1.9 Provádění softwarových upgradů na ZP;
 - 1.10 Spolupráce s Objednatel na zajištění řádného chodu zdravotnického prostředku(dále jen „**komplexní servisní zabezpečení**“)
2. Předmět smlouvy je dán:
 - a) touto smlouvou,
 - b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na dodávky: „**Pořízení RTG přístrojů pro ONN**“ vedené u zadavatele pod ev. č. VZ07/4 (dále jen „**ZD**“) a
 - c) písemnou nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky.
3. Doplnění nebo vyjmutí smluvních ZP je možné pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět výše uvedené činnosti v rozsahu potřebném pro zajištění plné provozní bezpečnosti a maximální funkčnosti ZP - rozsah a způsob realizace servisních služeb je dán touto smlouvou a platnou legislativou.
5. Zhotovitel prohlašuje a v rámci plnění předmětu smlouvy doloží kopiemi příslušných dokumentů, že z hlediska platné legislativy splňuje požadavky na kvalifikaci servisních pracovníků, požadavky na věcné vybavení i další požadavky a podmínky dané zákonem o ZP nutné pro výkon servisních činností vyplývajících ze zákona o ZP, tj. že mimo jiné:
 - má i příslušné oprávnění a registraci k činnostem, ke kterým se touto smlouvou zavazuje
 - má i dostatečnou kapacitu materiální i odbornou, aby mohl řádně dostát svým závazkům, vyplývajícím z této smlouvy.
6. Pokud Zhotovitel nebude moci plnit některý ze závazků sám, je povinen zajistit jeho plnění na své náklady třetí stranou, oprávněnou k dané činnosti. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za činnosti, provedené třetí stranou a jím sjednané, a současně se zavazuje za třetí stranu povinně Objednateli doložit splnění povinností, vyplývajících ze zákona o ZP.
7. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit veškeré škody, které by mohl Objednatel utrpět jako následek skutečnosti, že Zhotovitel (případně třetí strana) není schopen prokázat splnění povinností, vyplývajících ze zákona o ZP nebo že dokumenty, prokazující splnění zákonných povinností, se ukáží býti nepravdivými.
8. Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli odměnu za prováděné dílo za podmínek ujednaných v této smlouvě.

čl. III. Místo plnění

1. Zhotovitel bude komplexní autorizované servisní zabezpečení u smluvních ZP provádět v prostorách Objednatele v místě provozování a používání smluvních ZP, případně ve vlastních prostorách Zhotovitele, bude-li to nezbytně nutné z technických důvodů.
2. V případě provádění činností v prostorách Objednatele se Zhotovitel zavazuje po ukončení činností předat prostory ve stavu, v jakém je převzal.

čl. IV. Doba plnění, lhůty plnění

1. Komplexní servisní zabezpečení bude Zhotovitelem poskytováno na základě této smlouvy po celkovou dobu **8 roků**, která začne běžet dnem uplynutí záručního servisu sjednaného na základě souběžně uzavírané kupní smlouvy mezi smluvními stranami na dotýčný smluvní ZP.
2. Servisní zabezpečení na smluvních ZP bude realizováno a organizováno Zhotovitelem takto:
 - PBTk a periodická údržba budou vykonávány organizačně a časově průběžně z iniciativy Zhotovitele, v termínech dle provozních potřeb jednotlivých ZP,
 - odstranění závad bude prováděno operativně na výzvu Objednatele.
3. Servisní zásahy typu **PBTk** a preventivní údržby bude Zhotovitel provádět u ZP v periodách určených výrobcem, a to v mírném časovém předstihu, nejpozději však k datu expirace validity předcházející PBTk daného typu.

Kontaktní osoby Objednatele a Zhotovitele (uvedené v čl. VII odst. 8 a 9 této smlouvy) dohodnou nejpozději do dvou týdnů po podpisu této smlouvy harmonogram provádění PBTk. Pokud k dohodnutí harmonogramu nedojde vinou nedostatečné součinnosti na straně Objednatele, vytvoří Zhotovitel tento harmonogram sám a dá jej bez prodloužení na vědomí Objednateli.

Při nedodržení periodického termínu PBTk ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn vyřadit/odstavit smluvní ZP z provozu a vymáhat na Zhotoviteli smluvní pokutu dle článku IX. odst. 1 této smlouvy i škodu vzniklou nemožností užívání ZP.

4. Servisní zásahy za účelem odstranění **závad** a obnovení funkčnosti ZP se Zhotovitel zavazuje provádět u smluvního ZP v následujících časových relacích:
 - **reakční doba Zhotovitele: do 48 hodin od nahlášení závady;**
 - **nástup servisního technika na opravu bude maximálně do 48 hodin od nahlášení závady Zhotoviteli, a to do místa umístění smluvního ZP. Nástup servisního technika bude ve lhůtě dle předchozí věty uskutečněn v pracovní den mezi 7.30 – 16.30 hod. nebo do 12.00 hod. následujícího pracovního dne, pokud lhůta 48 hodin uplyne v době po 16.30 hod. příslušného dne, nebo v mimopracovních dnech. Za pracovní hodinu se považuje hodina, která spadá do časového rozmezí od 7.30 hod. do 16.30 hod. v pracovních dnech;**
 - **lhůta k odstranění závady za předpokladu, že není k odstranění závady a zprovoznění smluvního ZP zapotřebí použití náhradních dílů, činí 24 hodin od nástupu servisního technika na opravu;**
 - **lhůta k odstranění závady za předpokladu, že je zapotřebí použití náhradních dílů k odstranění závady a zprovoznění smluvního ZP, činí 48 hodin od okamžiku, kdy Objednatel schválí cenovou nabídku na náhradní díl;**
 - **lhůta k odstranění závady za předpokladu, že je zapotřebí použití náhradních dílů k odstranění závady a zprovoznění smluvního ZP, přičemž tyto náhradní díly je bezpodmínečně nutné dodat ze zahraničí, činí 120 hodin od okamžiku, kdy Objednatel schválí cenovou nabídku na náhradní díl.**

Při nedodržení výše uvedených lhůt pro odstranění závady ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn vymáhat na Zhotoviteli smluvní pokutu dle článku IX. odst. 2 této smlouvy i škodu vzniklou nemožností užívání ZP.

5. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícím splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta.

čl. V. Cena díla a způsob placení

1. **Cena za dílo – poskytování komplexního servisního zabezpečení** bude Objednatelem Zhotoviteli hrazena za jednotlivé dílčí úkony vykonávané v rámci komplexního servisního zabezpečení, a to na základě cenových nabídek uvedených v nabídce Zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Pořízení RTG přístrojů pro ONN II.“, konkrétně pak na základě cen uvedených v krycím listu nabídky a ve vyplněné příloze č. 2_4 – Technické podmínky, která tvoří nedílnou součást nabídky Zhotovitele.

Rozpisy ceny díla za komplexní servisní zabezpečení jsou pro všechny dodávané smluvní ZP ujednány dle výše uvedeného následovně:

Náklady na pravidelnou pozáruční bezpečnostní technickou kontrolu			
Zahrnuje veškeré náklady při provádění PBTK (tzn. cena zahrnuje veškeré úkony v souladu s doporučením výrobce, vč. výměny dílů, kontrolu elektrické bezpečnosti, veškeré mzdové a cestovní náklady servisního technika, vystavení protokolů a dokumentace)			
Pozn.: četnost PBTK uvést dle doporučení výrobce			
Název položky	Cena bez DPH za 1 PBTK (Kč/PBTK)	Četnost PBTK (rok/y)	Cena bez DPH za 8 let (Kč/8 let)
Artis zee multi-purpose	57 400,00 Kč	1x za 1 rok	459 200 Kč

– **cena za úkony v rámci pozáručního servisu:**

hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)	1 750 Kč
cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km	11 Kč

Tyto ceny jsou konečné, maximální a nepřekročitelné po celou dobu platnosti této smlouvy a zahrnují veškeré náklady Zhotovitele spojené s poskytováním komplexního servisního zabezpečení dle této smlouvy Objednateli.

- Cena za komplexní servisní zabezpečení pro smluvní ZP nezahrnuje servisní události způsobené nevěcnou manipulací, úmyslem či nedbalostí, zásahy třetích osob, vyšší moci nebo vnějšími okolnostmi, jako např. nedodržení předepsaných podmínek prostředí uvedených v návodu k obsluze ZP, vypovězení klimatizace, výpadek elektrického proudu.
- Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohové platby.
- Zhotovitel je oprávněn vystavit vůči Objednateli daňový doklad za účelem úhrady položkových měsíčních paušálních smluvních cen díla k poslednímu kalendářnímu dni měsíce. Zhotovitel zašle daňový doklad Objednateli elektronicky na e-mail: fakturace@nemocnicenachod.cz.
- K daňovému dokladu Zhotovitele bude, v případě provedení servisního zabezpečení v daném – fakturovaném měsíci, jako příloha přiložen pracovní výkaz a dodací list (ze strany pracovníků Objednatele potvrzený), dokladující konkrétní servisní zásah Zhotovitele v daném měsíci.

6. Daňový doklad vedle náležitostí daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a náležitostí obchodní listiny podle § 435 odst. 1 občanského zákoníku, musí obsahovat identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno, doklad osvědčující zdanitelné plnění (zejména kopie oboustranně potvrzeného předávacího protokolu), číslo daňového dokladu, datum splatnosti a případné další zákonné náležitosti. Faktura musí být opatřena razítkem zhotovitele a podpisem zaměstnance objednatele ji vystavit.
7. Objednateli vzniká povinnost zaplatit smluvní cenu díla pouze na základě daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem v souladu s ustanoveními této smlouvy. Pokud by daňový doklad nebyl zaslán Zhotovitelem se všemi přílohami dokladujícími časově a věcně výkon servisního zabezpečení v celém aktuálním rozsahu daného měsíce, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli daňový doklad vrátit v celém jeho rozsahu jako neoprávněně vystavený. Zhotovitel je povinen daňový doklad účetně anulovat a po odstranění nedostatků vystavit doklad nový. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo.
8. Objednatel zaplatí smluvní cenu za dílo bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH. Splatnost daňových dokladů se sjednává dohodou na dobu **30-ti dnů** od vystavení daňového dokladu Zhotovitelem.
9. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. Objednatel je plátcem DPH.
10. Cenu předmětu smlouvy je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH; smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
11. Smluvní strany se dohodly, že pro období počínaje 1.1.2023 – 31.12.2023 a dále pro období od 1.1. – 31.12. každého následujícího roku je možné cenu za dílo jednostranným úkonem Poskytovatele navýšit o procento přírůstu průměrného ročního indexu spotřebitelských cen publikovaného Českým statistickým úřadem (za předchozí rok). Poskytovatel tuto skutečnost oznámí písemně Objednateli. Nová smluvní cena potom platí zpětně od 1.1. toho kterého roku. Nebude-li výše uvedený index nadále uveřejňován nebo nebude-li možné jej z jakéhokoli důvodu použít, bude automaticky nahrazen takovým indexem, který se mu co nejvíce podobá a jehož vývoj se v předcházejících letech co nejvíce přiblížil vývoji dosud používaného indexu, přičemž přednostně bude užit index vyhlášený pro území České republiky.
12. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
13. Dodávky a služby, zajištěné Zhotovitelem prostřednictvím třetí strany, jsou zahrnuty ve smluvní ceně a nemohou být Zhotovitelem Objednateli přeúčtovány.
14. Za zaplacení ceny díla se považuje podání neodvolaného příkazu Objednatele k bankovnímu převodu příslušné částky ve prospěch účtu Zhotovitele.
15. Poskytování komplexního servisního zabezpečení dle této smlouvy v délce trvání 8 let od ukončení záručního servisu zboží bude Objednatelům hrazeno z jeho vlastních nákladů, nikoli z finančních prostředků poskytnutých v rámci dotace, z níž je hrazeno servisované zboží.
16. V situaci, kdy cena náhradních dílů přesáhne částku 10.000,- Kč bez DPH, je Zhotovitel povinen s předstihem alespoň 3 pracovních dnů informovat Objednatele o ceně náhradních dílů a tuto si nechat jednatelovou osobou Objednatele schválit (v konkrétnostech viz ustanovení Kupní smlouvy).

čl. VI. Předání a převzetí díla

1. Předáním díla se pro potřeby této smlouvy rozumí:

- prokazatelné předání ZP Objednateli do užívání po provedení zásahu v rámci komplexního servisního zabezpečení, a to včetně předání všech dokumentů specifikovaných v článku VIII. odst. 6 této smlouvy.
- v případě PBTk předání protokolů o výsledcích PBTk kontaktní osobě Objednatele.

čl. VII.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro plnění předmětu této smlouvy. Nesplní-li Zhotovitel své závazky z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatel, není v prodlení s plněním svých závazků a neodpovídá za případnou škodu vzniklou Objednateli.
2. Objednatel je povinen na základě dohodnutého harmonogramu PBTk dle článku IV. odst. 3 této smlouvy předat předmět smlouvy Zhotoviteli v dohodnutých termínech za účelem provedení PBTk.
3. Prostory Objednatele určené k provádění PBTk a oprav Zhotovitelem jsou přístupné na vyžádání pouze pracovníkům Zhotovitele. Jiné osoby mají přístup jen v přítomnosti pracovníků Zhotovitele.
4. Objednatel se zavazuje respektovat výsledky PBTk a provést navržená opatření, uvedená Zhotovitelem v protokolu o provedení PBTk.
5. Hlášení závad je Objednatel povinen provádět telefonicky a zároveň písemně emailem na kontaktní údaje Zhotovitele (čl. VIII odst. 2 této smlouvy); Zhotovitel je následně povinen Objednateli vhodným způsobem potvrdit doručení hlášení závady.
6. Objednatel je povinen v zájmu zachování technických vlastností ZP dodržovat instrukce výrobce o používání ZP, používat vhodný spotřební materiál a provádět uživatelskou údržbu jen prostřednictvím pracovníků proškolených oprávněnou organizací.
7. Objednatel zodpovídá za způsob a rozsah vedení evidence zdravotnických prostředků dle zákona o ZP.
8. Kontaktní údaje Objednatele ve věcech vyplývajících z této smlouvy:
(bude doplněno před podpisem smlouvy)
adresa: Purkyňova 446, 547 01 Náchod (sídlo Objednatele)
tel.: Bc. Michaela Kapustová
email: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz
9. Kontaktní údaje radiologického oddělení Objednatele:
adresa: Purkyňova 446, 547 01 Náchod (sídlo Objednatele)
tel. 491 601 380
email: wagner.stepan@nemocnicenachod.cz

čl. VIII.

Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen sledovat termíny pro provádění PBTk a plánovaných servisních zásahů u smluvního ZP v časových intervalech uvedených v čl. V odst. 1 této smlouvy a vykonávat všechny činnosti v rámci komplexního servisního zabezpečení bez výzvy Objednatele, avšak s poskytnutím jeho součinnosti.
2. Kontaktní údaje Zhotovitele ve věcech vyplývajících z této smlouvy:
Siemens Healthcare, s. r. o.;
adresa: Siemens Healthcare, s. r. o., Budějovická 779/3b, 140 00 Praha;
tel.: 800 888 910;
email: servis.cz@siemens-healthineers.com.

3. Zhotovitel zodpovídá za dodržování stanovených časových intervalů PBTk u jednotlivých smluvních ZP dle dojednaného harmonogramu.
4. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci před zahájením činností, souvisejících s komplexním servisním zabezpečením, v dostatečně přiměřeném předstihu uvědomili Objednatelům určené kontaktní osoby.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění PBTk a oprav ZP osobou odborně způsobilou dle zákona o ZP i dalších předpisů, a to v rozsahu, naplňujícím smysl **článku II.** této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen vyhotovit o provedení a výsledcích každého servisního zásahu pracovní výkaz (písemný protokol), který potvrdí obsluha zařízení. Kopie protokolu bude předána obsluze zařízení, originál bude předán na kontaktní místo Objednatel. Kopii protokolu Zhotovitel též zašle Objednateli spolu s daňovým dokladem dle **čl. V. odst. 5.**

Pracovní výkazy musí obsahovat standardní údaje o povaze, průběhu a rozsahu prováděných činností a dále též musí obsahovat závěrečné konstatování provozního stavu zařízení, v němž se nacházelo při předání pracovníkům Objednatel, a to buď

„Zařízení (ZP) je / není funkční a bezpečné pro použití k výrobem určenému účelu při poskytování zdravotní péče.“

V případě nefunkčnosti musí obsahovat popis závad a doporučení dalšího postupu k dosažení funkčního stavu ZP. Doba nápravy nefunkčního stavu ze strany Zhotovitele je dána smluvní dobou odstranění závady **dle čl. IV. odst. 4** této smlouvy.

Je-li u zařízení Objednatel veden provozní deník, provede pracovník Zhotovitele do deníku též krátký zápis o provedeném servisním zásahu a jeho výsledku (např. „Provedena PBTk, zařízení provozuschopné – datum, podpis).

7. Zhotovitel je povinen předcházet škodám, zejména na technologických zařízeních a dalším majetku Objednatel. Pokud Zhotovitel poškodí technologické zařízení nebo jiný majetek Objednatel, musí provést na vlastní náklad jejich opravy nebo uhradit vzniklé škody.
8. V rámci plnění předmětu smlouvy Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a nakládání s odpady. Při realizaci předmětu smlouvy je Zhotovitel povinen dodržovat předpisy ve smyslu ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. Veškeré tyto činnosti jsou zahrnuty ceně za dílo. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny, ekologie apod.
9. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit veškeré škody, které utrpí jako následek skutečnosti, že Zhotovitel nedostojí svým závazkům z této smlouvy vyplývajícím.
10. Zhotovitel neodpovídá za vedení evidence ZP, předepsané poskytovateli zdravotních služeb dle zákona o ZP.
11. Odborné posudky rozsáhlejšího charakteru jsou Zhotovitelem prováděny na objednávku ze strany Objednatel.
13. Po celou dobu plnění předmětu smlouvy je Zhotovitel povinen mít uzavřené řádné pojištění pro případ odpovědnosti za škody vzniklé z jeho činnosti u Objednatel.
12. Zhotovitel se zavazuje při každém novém softwarovém upgradu zařízení v rámci jeho funkcionality provádět pravidelné upgrady po celou dobu účinnosti této smlouvy.

čl. IX. Smluvní pokuty

1. V případě, že ze strany Zhotovitele nebude dodržena lhůta pro provedení PBTk dle článku IV. odst. 3 této smlouvy, má Objednatel kromě práva na náhradu škody možnost požadovat na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že ze strany Zhotovitele nebude dodržena lhůta dle článku IV. odst. 4 této smlouvy, má Objednatel kromě práva na náhradu škody možnost požadovat na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

3. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny či její části, má Zhotovitel možnost požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě, že Zhotovitel poruší ustanovení o mlčenlivosti dle čl. XII této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
5. Zaplacením smluvní pokuty či úroků z prodlení není dotčeno právo na náhradu škod, které vzniknou smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením této smlouvy. Ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Od výše náhrady škody bude odečtena již zaplacená smluvní pokuta či úrok z prodlení.

čl. X.

Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
2. Zánikem smlouvy nezanikají nároky ze smlouvy již vzniklé, ani nárok na náhradu vzniklé škody a smluvní pokuty.

čl. XI

Ukončení smlouvy

1. Od této smlouvy lze jednostranně **odstoupit** pouze v případě hrubého porušení této smlouvy. Za hrubé porušení je považováno:
 - a) ze strany Zhotovitele neplnění předmětu smlouvy v termínech a kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a nezjednání nápravy, přestože bude Zhotovitel na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, ani v dodatečné lhůtě 14 dnů od doručení upozornění;
 - b) ze strany Objednatele prodlení s úhradou faktury delší než 60 dnů po splatnosti a nezjednání nápravy, přestože bude Objednatel Zhotovitelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, ani v dodatečné lhůtě 14 dnů od doručení upozornění;Odstoupení má právní účinky dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, ve kterém bude uveden důvod odstoupení.
2. Odstoupí-li kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy z důvodů uvedených výše v odst. 1 je odstupující smluvní strana oprávněna požadovat náhradu škody.
3. Tato smlouva může být před uplynutím sjednané doby plnění ukončena Objednatelem výpovědí i bez udání důvodu.
4. Výpověď musí být učiněna písemně a musí být doručena druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Výpovědní doba činí 3 (*slovy: tři*) měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
5. Tato smlouva může být také ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. V případě zániku smluvního vztahu se smluvní strany zavazují uhradit si navzájem závazky, které si k datu zániku smluvního vztahu prokazatelně dluží.

čl. XII

Mlčenlivost

1. V průběhu plnění předmětu této smlouvy může Zhotovitel přijít do styku s důvěrnými informacemi týkající se Objednatele, jeho zaměstnanců či pacientů
 - mající povahu osobních údajů identifikovatelných fyzických osob, obchodních údajů, či údajů o jiných právních a faktických vztazích Objednatele,
 - které Zhotovitel obdržel či obdrží, a to ať již písemně, ústně, v elektronické či jiné formě, a to na jakémkoli nosiči, na němž takováto informace může být nahrána nebo uložena.

2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou či se stanou veřejně přístupnými a mohou být kýmkoli získány bez nutnosti vyvinout větší úsilí za předpokladu, že nejsou získány jako důsledek protiprávního jednání.
3. V případě pochybností sdělí Objednatel na žádost Zhotovitele, zda informaci považuje za důvěrnou. Nepožádal-li Zhotovitel o toto sdělení, má se v případě pochybností za to, že informace je důvěrná.
4. Zhotovitel zajistí zachování mlčenlivosti o veškerých důvěrných informacích a zajistí přenesení povinnosti mlčenlivosti v plném rozsahu této smlouvy na své zaměstnance i jakékoli další osoby v právním či faktickém vztahu k objednateli, které se budou na realizaci předmětu smlouvy podílet. To platí i pro ostatní povinnosti uložené touto smlouvou.
5. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pravidla a zásady zpracování a ochrany osobních údajů identifikovatelných fyzických osob podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, přičemž objednatel je správcem osobních údajů osobních údajů a citlivých osobních údajů pacientů. Zhotovitel není pro účely této smlouvy v pozici zpracovatele osobních údajů.
6. Ustanovení tohoto článku se vztahují jak na období platnosti této smlouvy, tak na období po jejím ukončení.

čl. XIII. Zvláštní ustanovení

1. Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel se nemůže dovolávat svých obecných dodacích, servisních či jiných obchodních podmínek nebo obdobných podmínek subdodavatelů.
2. Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní tímto nedotčena. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co nejbližší původnímu záměru ve věcném i ekonomickém smyslu.
3. Obě strany se dohodly, že veškeré případné spory, vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, budou řešeny jednáním na úrovni statutárních zástupců smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, k projednávání sporů mezi smluvními stranami jsou příslušné soudy země Objednatele, jejichž rozhodnutí bude konečné.
4. Závazky i pohledávky vyplývající z této smlouvy může Zhotovitel převést na jinou osobu jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
5. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o informacích, které o sobě navzájem získaly v průběhu plnění předmětu této smlouvy, které nejsou obchodního charakteru a pokládají se za důvěrné.

Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti Objednatele zveřejnit obsah této obchodní smlouvy. Souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto smluvního vztahu a náležitostí z jeho plnění reálně vyplývajících nebo s ním obchodně a věcně souvisejících.

čl. XIV. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem, přičemž žádné z ustanovení této smlouvy nepovažují za nepřiměřené či znevýhodňující kteroukoli ze smluvních stran a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jejich členů. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami, smluvní strany se dohodly, že všechny spory, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny prostřednictvím věcně příslušných soudů. Smluvní strany se dále dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích z této smlouvy je místně příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem Objednatele.

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu a včetně všech případných dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy případně i podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Přílohy v této smlouvě uvedené jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a podléhají jejímu právnímu režimu.
7. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Osvědčení prokazující způsobilost provádět komplexní autorizované servisní zabezpečení dle platné legislativy;

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů.

V Náchodě dne

V Praze dne

.....
RNDr. Bc. Jan Mach
předseda správní rady

.....
Mgr. Michal Čech a Ing. Karel Kopejtko
jednatelé společnosti

Příloha č. 1 servisní smlouvy



STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: +420 272 185 111 E-mail: posta@sukl.cz
PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz

ADRESÁT **ADRESA**
 Siemens Healthcare, s.r.o. Budějovická 779/3
 Ing. Jakub Filip Praha-Michle
 140 00

Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje / e-mail Datum
 sukl64247/2021 sukl640164/2021 Zuzana Kunásková 5. 3. 2021
 zuzana.kunaskova@sukl.cz

POTVRZENÍ OHLÁŠENÍ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48, jako správní orgán příslušný na základě § 9 písm. b) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje tímto ohlášení prodloužení registrace níže uvedené osoby.

Registrační číslo	000764
IČ	04179960
Název	Siemens Healthcare, s.r.o.
Sídlo	Budějovická 779/3, 140 00 Praha, Česká republika
Kontaktní osoba	Ing. Jakub Filip, Jakub.Filip@siemens-healthineers.com, +420601158293
Web	www.siemens.cz

Seznam činností

- distributor obecných zdravotnických prostředků
- distributor diagnostických zdravotnických prostředků in vitro
- osoba provádějící servis obecných zdravotnických prostředků

Výrobce: **Siemens Healthcare GmbH, Henkestrasse 127, 910 52 Erlangen, Česká republika**

Přílohy:

Typ přílohy	Název souboru	Popis
Kopie dokladu o školení odborné údržby	Cert_belusa	
Kopie autorizace od výrobce pro osobu, která doklad o školení odborné údržby vydala	Autorizace 2021 Konverze	

Platnost registrace osoby pro výše uvedené činnosti se prodlužuje o pět let. Doba prodloužení registrace navazuje na poslední den původně stanovené platnosti registrace.

Ing. Petr Vykypěl
vedoucí Oddělení registrací a notifikací
Odbor zdravotnických prostředků
Státní ústav pro kontrolu léčiv

<i>Zadavatel:</i>		Oblastní nemocnice Náchod a.s.			
<i>sídlo zadavatele:</i>		Purkyňova 446, 547 01 Náchod			
<i>zastoupený:</i>		RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady			
<i>IČO:</i>		26000202			
<i>název VZ:</i>		Pořízení RTG přístrojů pro ONN II., část VZ č.: 4 s názvem: 1 ks multifunkční komplet s C-ramenem			
<i>druh zadávacího řízení:</i>		nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení			
<i>ev.č. VZ ve VVZ:</i>		Z2022-041967			
<i>ev. č. VZ u zadavatele:</i>		VZ07/4			
PODDODAVATEL			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ	Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele [Ano/Ne]
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	MEDATA, spol. s r.o.	EKG monitor VitaLogik 4500	2,4 %	NE
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Milady Horákové 1956/11, 602 00 Brno			
	IČ:	18626220			
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Ing. Radomír Kubák, CSc., jednatel			
	Tel./fax:	+420 602 550 529			
	E-mail:	kubak@medata.cz			
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Edomed, a.s.	Angiografický injektor Mark 7 Arterion	6,4 %	NE
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	U Vinohrad.nemocnice 3,130 00 Praha			
	IČ:	63673169			
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Ing. Michal Srb, předseda předst.			
	Tel./fax:	+420 241 001 451/ +420 241 001 450			
	E-mail:	edomed@edomed.cz			

PŘÍLOHA Č. 6 KUPNÍ SMLOUVY – PRAVIDLA PRO ZŘÍZENÍ A POUŽÍVÁNÍ VZDÁLENÉHO PŘÍSTUPU DO POČÍTAČOVÉ SÍTĚ OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.

1. *Kupující* umožní vzdálený přístup/připojení do své počítačové sítě nebo její části *Prodávajícímu* tak, aby mohl *Prodávající* vykonávat veškeré smluvní či *Kupujícím* prokazatelně vyžádané/objednané služby (dále jen „*služba*“).
2. *Kupující* zřídí vzdálený přístup pro *Prodávajícího* na dobu a v rozsahu nezbytně nutnou k plnění závazků vyplývajících z této kupní smlouvy a rovněž ze souběžně uzavírané servisní smlouvy.
3. Technické podmínky vzdáleného připojení jsou dohodnuty takto:
 - a) VPN přístup dle individuálně dohodnutých parametrů a hesel. *Prodávající* poskytne jmenný seznam přístupujících techniků včetně jejich emailů a čísel mobilních telefonů.
 - b) připojení přes SSH protokol VNC dle individuálně dohodnutých parametrů a hesel
 - c) připojení přes RDP (Microsoft remote desktop klient) dle individuálně dohodnutých parametrů a hesel
 - d) jiný typ přístupu či autentizace dle individuálně dohodnutých parametrů při podpisu smlouvy.

Předání parametrů přístupu a přístupových hesel zajistí zaměstnanec IT oddělení *Kupujícího* a proběhne při podpisu smlouvy.

4. *Prodávající* se zavazuje zajistit, že osoby, jim pověřené k vykonávání služeb prostřednictvím vzdáleného přístupu nezneužijí vzdálený přístup do sítě k aktivitám, které nejsou v souladu se smluvním rozsahem poskytovaných služeb, a ani neumožní tyto aktivity třetí osobě.
5. *Prodávající* je povinen vždy předem zajistit, že nedojde k nepředpokládanému narušení chodu počítačové sítě (informačního systému), ani jiných služeb a systémů v síti *Kupujícího*, jakožto i řádného chodu serverů, počítačů a dalších HW komponent sítě. V případě porušení této povinnosti je *Kupující* oprávněn požadovat náhradu způsobené škody.
6. *Kupující* si vyhrazuje právo službu vzdáleného přístupu dočasně pozastavit či omezit bez udání důvodu. V tomto případě bude o rozhodnutí *Kupujícího* *Prodávající* neprodleně informován telefonicky a následně obdrží písemné oznámení.
7. V případě, že *Kupující* zjistí použití vzdáleného přístupu v rozporu s těmito pravidly, je *Kupující* oprávněn vzdálený přístup *Prodávajícímu* zcela zrušit. O tomto rozhodnutí *Kupujícího* bude *Prodávající* neprodleně informován telefonicky a následně obdrží písemné oznámení.
8. Kontaktní osoby pro účely poskytování služby a předávání informací dle bodů této přílohy:

Za Kupujícího:			
Jméno	Pozice	Telefon	Email
Ing. Bohuslav Hrabčuk	Vedoucí útvaru ICT	491 601 659	hrabcuk.bohuslav@nemocnicenachod.cz

Za Prodávajícího:			
Jméno	Pozice	Telefon	Email
Roman Hanus	Sales&Modality Service Manager	602 320 681	roman.hanus@siemens-healthineers.com

PŘÍLOHA Č. 7 KUPNÍ SMLOUVY – PRAVIDLA SOUČINNOSTI S ÚSEKEM IT ODDĚLENÍ KUPUJÍCÍHO

V případě, že předmět smlouvy (zdravotnický přístroj) či jeho části vyžadují zapojení do počítačové sítě Kupujícího, musí být tato činnost prováděna se souhlasem zaměstnance IT oddělení Kupujícího (dále také jen jako „IT“). Zaměstnanec IT musí být o realizaci předmětu smlouvy, resp. záměru jeho zapojení do počítačové sítě Kupujícího, informován Prodávajícím s dostatečným předstihem, a to minimálně 10 kalendářních dnů před termínem vlastního plnění v místě plnění (podrobnosti viz níže).

Předmět smlouvy v rámci jeho instalace dle čl. II smlouvy zahrnuje všechny práce související s instalací dodávaných HW/SW částí do plně funkčního stavu, včetně integrace přístroje s obrazovým serverem Kupujícího (PACS) a modality worklist serverem napojeným na stávající nemocniční informační systém (NIS) Kupujícího. Prodávající provozuje systém Marie PACS od dodavatele OR CZ a.s. Prodávající si v této souvislosti zajistí součinnost dodavatele systému Marie PACS.

Pokud bude vyžadována Prodávajícím součinnost s IT oddělením Kupujícího, je nutné rozsah této součinnosti předem jasně písemně definovat (např. emailem na adresu it@nemocnicenachod.cz) a to minimálně 1 týden (7 kalendářních dnů) před termínem instalace. Za součinnost se považuje např. i zřízení vzdáleného přístupu přes internet.

Pokud požadavek na součinnost s IT oddělením Kupujícího svým rozsahem překročí 3 hodiny práce technika IT nebo bude vyžadovat plnění třetí strany, vyhrazuje si IT právo navrhnout vlastní termíny dle svých kapacitních možností.

Pokud požadavek nebude IT schopen akceptovat z kapacitních, technických či časových důvodů, může požadovanou součinnost celou nebo její část odmítnout, a to do 3 pracovních dnů po obdržení požadavku. V tomto případě je Prodávající povinen zajistit všechny požadované úkony vlastními technikami nebo externím servisem.

Nemocnice provozuje své informační systémy v doménovém prostředí Microsoft Windows. Z důvodu kompatibility s tímto stávajícím prostředím je třeba, aby operační systémy uživatelských PC byly aktuální verze MS Windows Professional.