

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 2

Veřejná zakázka: Pojízdny skiaskopický přístroj s C-ramenem pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem II

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Mgr. Jitka Bučková, tel.: +420 602 246 595, jbuckova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tuto změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v tabulce plnění minimálních požadavků definuje tyto vlastnosti přístroje: tepelná kapacita systému min. 1 MHU, kapacita anody min. 99 kHU, pulzní fluoroskopie min. 0,5-10 f/s, velikost ohniska max. 1,2 mm, hmotnost max. 290 kg, dva 19" monitory na vozíku s kontrastem 900:1, hloubka ramene 72 cm, kapacita 140 000 snímků. Dle veřejně dostupných brožur jednotlivých výrobců a specifikací realizovaných zakázek jiných zařízení lze potvrdit, že danou kombinaci parametrů splňuje pouze jeden výrobce a zástupci zbylých výrobců např. Philips, Hologic, GE, FUJI, Ziehm aj. jsou tak diskriminováni. Nabízíme pro požadovaný klinický a uživatelský účel obdobné řešení stroje z vyšší kategorie s dílčími technickými rozpory a s parametry: hmotnost 310 kg vč. 27" monitoru na vozíku c-ramene s kontrastem 700:1 a vysokým rozlišením 1920 x 1080, dvěma ohnisky 0,6mm a 1,4mm, tepelnou kapacitou systému 900kHU, tepelnou kapacitou anody 76kHU s chladícím výkonem 76 kHU pro dlouhé výkony, kapacitou pro 100 000 snímků, hloubkou 66 cm, pulzní fluoroskopií 1-8 f/s doplněnou o reálné kontinuální snímkování pro plynulé zobrazení a veškerou požadovanou SW výbavou. S ohledem na maximální transparentnost výběrového řízení žádáme zadavatele o připuštění výše navrhovaného technického řešení a účast více než jednoho výrobce.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel na základě dotazu upravil specifikaci tak, aby rozšířil okruh potencionálních dodavatelů. Z důvodu lepšího pracovního využití při neexistenci videomanagementu na operačních sálech uživatel trvá na provedení s odděleným monitorovacím vozíkem od C-ramene.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 13. 3. 2023 do 9:00 hodin.

Tato dodatečná informace je uveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

p01 - RTG C-rameno - Technická specifikace _DI_02

p04 - RTG C-rameno - Tab plnění požadavků _DI_02

V Hradci Králové 22. 2. 2023

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření