

**Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)**

Veřejná zakázka: Oběhové instrumentárium včetně kontejnerů pro Oblastní nemocnici Náchod

Identifikační údaje zadavatele:

Podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
Kontaktní osoby ve věcech technických

- Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
- Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Lucie Jasinková, tel.: +420 702 248 893, e-mail: ljaskova@kr-kralovehradecky.cz,

Zadavatel č. 2

Název **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO 260 00 202
DIČ CZ699004900
Jednající RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
Kontaktní osoby ve věcech technických

- Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz
- Bc. Michaela Kapustová, tel.: + 420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v příloze č. 4 v záložce „Pokyny – Kontejnery“ požaduje „Snadná optická kontrola, která jednoznačně stanoví, že nebylo otevřeno víko kontejneru a filtrační systém je plně funkční, a tedy i bezpečný.“. Dále Zadavatel požaduje „Systém s opakovaně použitelnou mikrobiální bariérou (bez jakéhokoli spotřebního materiálu pro provoz kontejneru po celou dobu jeho životnosti – plomby, filtry nebo PTFE filtrační systém s integrovaným filtrem ve víku sterilizačního kontejneru, životnost filtru min. 5000 sterilizačních cyklů“ a „Základní materiál vany a víka kontejneru je eloxovaný hliník určený výhradně pro parní sterilizaci vč. jeho dalších úprav.“

Účastník nabízí kontejnerový systém s mikrobiální bariérou, která nevyžaduje žádný servis ani spotřební materiál. Na uzávěr kontejneru lze připevnit plomby, které ale nejsou výrobcem vyžadovány. Kontrola mikrobiální bariéry je možná bez otevření kontejneru. Otevření kontejneru lze snadno identifikovat díky výklopným zámkům.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se ptáme, zdali Zadavatel bude, bez jakékoli penalizace, akceptovat nabídku kontejneru s opakovaně použitelnou mikrobiální bariérou (bez jakéhokoli spotřebního materiálu pro provoz kontejneru), s výklopnými zámky pro identifikaci otevření víka kontejneru a kontroly mikrobiální bariéry při uzavřeném kontejneru?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje, aby bylo zřetelné, zda kontejner nebyl po sterilizaci otevřen a poté znovu zavřen. Toto může být řešeno různými způsoby a zadavatel toto v zadávací dokumentaci umožňuje. Z dotazu uchazeče není zřejmé, zda to řešení s výklopnými zámky splňuje.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 23. 2. 2023

Ing. Lucie Jasinková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření