

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle § 56 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### „Pořízení automatických osmometrů pro ONN a NRK“ Část 1. - Osmometr pro Náchod včetně 72 měsíců pozáručního servisu“

**Zadavatel:** Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
**Sídlo:** Purkyňova 446, 547 01 Náchod  
**Jednající:** RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady  
**IČ:** 26000202  
**DIČ:** CZ699004900  
**Způsob zadání:** otevření řízení, v nadlimitním režimu

Vážený,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě obdržené žádosti účastníka.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK dne 21.02.2023 v 09:10:20, tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

#### Dotaz č. 1:

*V příloze č.2.1 Splnění technických podmínek REVI Zadavatel uvádí požadavek: vestavěné SW nástroje pro statistická vyhodnocování výsledků. Tento požadavek má dle našeho názoru vzhledem k předmětu VZ – osmometru velmi malé využití při reálném provozu. Všechny výsledky se běžně přenášejí do LISu, kde se dají použít ke statistice standartní nástroje. Tato možnost se jeví i jako uživatelsky příjemnější, není potřeba pracovat na malém displeji osmometru. Bude Zadavatel ochoten vypustit tento požadavek z přílohy č.2.1?*

#### Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě obdrženého dotazu účastníka vypouští požadavek „vestavěné SW nástroje pro statistická vyhodnocování výsledků“ a přijímá nové znění požadavku „vestavěné SW nástroje pro statistická vyhodnocování výsledků kontroly kvality“. V důsledku uvedeného reviduje přílohu č. 2.1. Splnění technických podmínek pro Náchod v **Části 1. - Osmometr pro Náchod včetně 72 měsíců pozáručního servisu.**

#### Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:


S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek bude prodloužena přiměřeně, a to o 4 pracovní dny, lhůta pro podání nabídek je stanovena do 17.03.2023 do 10:00 hodin pro **část 1. - Osmometr pro Náchod včetně 72 měsíců pozáručního servisu.**

Přílohou tohoto vysvětlení je:

Příloha č. 2.1. Splnění technických podmínek pro Náchod REVII

V Náchodě dne 24.02.2023

  
RNDr. Bc. Jan Mach  
Předseda správní rady  
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. Purkyňova 446 547 01 NÁCHOD 55
--