



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Pořízení přístrojového vybavení pro ONN“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

V zadávacím řízení zastoupen:

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 1. 3. 2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně k části 1 veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

„Zadavatel v části č. 1 Telemetrický systém včetně monitorů životních funkcí a centrály v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky požaduje splnění parametru: „Kompaktní lůžkový monitor vitálních funkcí s obrazovkou o velikosti min. 15“. S ohledem na ostatní požadavky zadavatele, a to především na specifikaci měřených parametrů monitoru, účastník by rád nabídl monitory modulární s barevnou dotykovou kapacitní obrazovkou o velikosti 15“. Jejich součástí by byl tzv. multiparametrový modul EKG 3/5/12, resp., NIBP, SpO2, 2x teplota, 2x IBP. Dále samostatné moduly pro ostatní požadované parametry k monitorování. Takové monitory svými technickými možnostmi mnohonásobně převyšují standardní kompaktní monitory, mnohdy již technicky zastaralé, neumožňující v budoucnu jakékoli jednoduché rozšíření případných dalších parametrů k monitorování, které oddělení může v budoucnu potřebovat.“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Účastník má za to, že tato odchylka od původního požadavku zadavatele nemá negativní vliv na medicínský účel pořizovaného monitorovacího systému, spíše naopak celý systém optimalizuje se všemi výhodami modulárního systému a rozšiřuje jeho technické možnosti do budoucna.

Bude zadavatel akceptovat nabídku účastníka s modulárními monitory, jak je popisuje výše při splnění všech ostatních požadavků v technických podmínkách zadávací dokumentace?“

Odpověď k dotazu č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku účastníka s modulárními monitory při splnění všech ostatních požadavků v technických podmínkách zadávací dokumentace. Zároveň zadavatel požaduje, aby v případě řešení nabídky modulárními monitory měly tyto integrované místo pro všechny moduly potřebné pro snímání všech požadovaných parametrů najednou.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel vlivem administrativního pochybení opomněl uveřejnit jako součást zadávací dokumentace situační náčrtes (plánek) oddělení interny vztahující se k části 1 veřejné zakázky – Telemetrický systém včetně monitorů životních funkcí a centrály. Zadavatel tedy k dnešnímu dni uveřejňuje tento dokument na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace“ dotčené části VZ.

S ohledem na vše výše uvedené zadavatel zároveň přistupuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ k prodloužení lhůty pro podávání nabídek o celou její původní délku ve vztahu k **části 1 veřejné zakázky – Telemetrický systém včetně monitorů životních funkcí a centrály**.

Na základě shora uvedených skutečností zadavatel mění čl. 22.5. písm. a) zadávací dokumentace tak, že

„a) pro část č. 1 této veřejné zakázky do 11. 4. 2023, do 11:00 hod.“

V ostatních bodech zůstává čl. 22.5. zadávací dokumentace beze změny.

V Praze dne 6. března 2023

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**