

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Servis a výměna filtrů na laminárních polích v Oblastní nemocnici Náchod a.s.“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu

Vážení,
níže Vám v souladu se zadávací dokumentací, ze strany zadavatele Oblastní nemocnice Náchod a.s., poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na služby, a to na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, kontaktní osobě zadavatele dne 09.03.2023 v 10:16 hod. a 09.03.2023 v 14:57 hod. tj. řádně a včas ve lhůtě.

Úplné znění dotazu č.1 účastníka ze dne 09.03.2023:

V požadované cenové nabídce uvádíte jak defektoskopickou, tak validační zkoušku. Defektoskopická zkouška je již součástí validační zkoušky. Prosím bylo by možné specifikovat, kterou z daných zkoušek budete chtít realizovat?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1 ze dne 09.03.2023:

Zadavatel požaduje nacenit obě zkoušky, realizace požadovaných činností bude probíhat dle skutečných potřeb zadavatele. Zadavatel bude požadovat validační zkoušku včetně defektoskopie nebo pouze defektoskopickou zkoušku. Z toho důvodu požaduje zadavatel nacenit obě položky.

Úplné znění dotazu č.2 účastníka ze dne 09.03.2023:

Prosím likvidaci filtrů požadujete na 16 kusů filtrů. Bohužel daná likvidace se současně nedá nacenit za jednotlivý filtr. Likvidace se cení podle kilogramů likvidovaného zboží a váhu nasycených filtrů bohužel současně nelze přesně určit. Prosím navrhuje specifikaci pozměnit na cena za 1 kg.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2 ze dne 09.03.2023:

Zadavatel v kontextu výše uvedeného dotazu přijímá návrh účastníka a přijímá změnu v jednotce likvidace filtrů, sazba za 1 kg.

V důsledku uvedeného reviduje znění Přílohy č. 2_Nabídkový list_Modelový příklad zadávací dokumentace. V položce likvidace filtrů je uvedena jednotka cena/1 kg.

Úplné znění dotazu č.3 účastníka ze dne 09.03.2023:

V jaké rozsahu požaduje zadavatel provádět validace operačních sálů?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3 ze dne 09.03.2023:

Zadavatel požaduje provádět pouze validace laminárních polí.

Úplné znění dotazu č.4 účastníka ze dne 09.03.2023:

Dezinfekcí se myslí dezinfekce LF-OP nebo operačního sálu jako celku?

Odpověď zadavatele dotazu č. 4 ze dne 09.03.2023:

Zadavatel požaduje provádět pouze desinfekci laminárních polí.

Úplné znění dotazu č.5 účastníka ze dne 09.03.2023:

V příloze č. 2 jsou uvedeny filtrační vložky MFP, které ovšem nejsou originálním náhradním dílem k LF-OP, což je v rozporu se smlouvou o dílu, kde v části č. 6, bodu 3. je uvedeno: "Veškeré náhradní díly musí být originální a schválené výrobcem Zařízení". Vzhledem k povaze zařízení bychom považovali za vhodné alespoň uvést do zadávací dokumentace originální název filtru, tak aby účastník věděl, který HEPA filtr je originální pro LF-OP.

Odpověď zadavatele dotazu č. 5 ze dne 09.03.2023:

Zadavatel poskytl originální označení laminárních polí od výrobce ve vysvětlení č. 1 ZD ze dne 9.3.2023. Zadavatel na základě obdržené žádosti účastníka uvádí originální název hepa filtrů:

LF-OP 2000x2800x430-2H892.1592.2-1P110-OSDLED-4CP - AstroCel II FS H14 892x1592x80 mm
--

LF-OP 1600x2400x430-2H742.1192.2-1P110-OSDLED-4CP - AstroCel II FS H14 742x1192x80 mm
--

Úplné znění dotazu č.6 účastníka ze dne 09.03.2023:

Ve výzvě k podání nabídky v části 3. se píše, že „nedílnou součástí předmětu plnění jsou níže uvedené činnosti“ mezi nimiž jsou: „dodávky a výměny náhradních dílů a preventivní údržba“ – v těchto bodech jsou zahrnuty pouze úkony z přílohy č. 2 nebo jsou zadavatelem na mysli i jiné náhradní díly?

Odpověď zadavatele dotazu č. 6 ze dne 09.03.2023:

Zadavatel požaduje dodávky a výměny náhradních dílů pouze ve vztahu k předmětu plnění, tj. dodávky hepa filtrů a tkaniny na laminární pole. Rovněž preventivní údržbou jsou rozuměny činnosti specifikované v příloze č. 2 ZD.

Zadavatel na základě vlastního zjištění činní změnu v hodnotě modelového příkladu, v důsledku čehož přijímá nové znění níže uvedených článků zadávací dokumentace:

2 Údaje o veřejné zakázce

Předpokládaná hodnota modelového příkladu bez DPH: 620.000 Kč bez DPH ~~868.000 bez DPH~~

9 Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Nabídková cena bude stanovena za předmět plnění, dle stanoveného rozsahu v **Příloze č. 2 této zadávací dokumentace (Nabídkový list_Modelový příklad).**

Účastník doplní nabídkové ceny (v Kč bez DPH i v Kč s DPH) do všech položek v tabulce **Nabídkový list_Modelový příklad**, který je přílohou této výzvy (Příloha č. 2).

Cenu za modelový příklad doplní účastník do Krycího listu nabídky, který je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

V případě rozdílnosti výše celkové nabídkové ceny v **Nabídkový list_Modelový příklad** (Příloha č. 2) nebude shodovat s uvedenou cenou v Krycím listu nabídky, bude hodnocena výše celkové nabídkové ceny uvedené v **Nabídkový list_Modelový příklad** (Příloha č. 2).

Základním a jediným hodnotícím kritériem je v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídek, a to podle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH dle modelového příkladu.

Kritérium: Celková nabídková cena účastníka v Kč bez DPH.
Váha kritéria: 100%

Předpokládaná hodnota nabídky účastníka dle modelového příkladu je stanovena ve výši 620 000,- Kč bez DPH (~~868.000,- Kč bez DPH~~).

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Náchodě dne 10.03.2023



.....
Miroslav Bůžek
Technický náměstek
ONN a.s.

