



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Pořízení UZ přístrojů“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

V zadávacím řízení zastoupen:

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: zakazky@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 10. 3. 2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně k části 3 VZ. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

„Bude zadavatel akceptovat přístroj, jehož hard disk má vyhrazený sektor pro data o velikosti 256 GB s kapacitou na úschovu cca 50.000 obrazů? Současně lze připojit externí HDD.“

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel akceptuje navrhované řešení a mění v tomto smyslu znění technické specifikace:

„Integrovaný HDD velikosti min. 256 GB pro cca 50.000 obrazů s integrovanou patientskou databází a snadným exportem obrazů do DICOM PACS a na externí paměťová média.“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz č. 2:

„Bude zadavatel akceptovat přístroj, kde je obsolentní integrovaná DVD jednotka nahrazena plnou konektivitou DICOM a šesti vstupy pro USB, z toho čtyřmi rychlou USB 3.0? CD/DVD mechaniku lze připojit externě.“

Odpověď k dotazu č. 2:

Zadavatel akceptuje navrhované řešení a mění v tomto případě technickou specifikaci – vypouští z ní požadavek na „Interní jednotka DVD/CD zejména pro načítání MR obrazů.“

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Na základě výše uvedeného zadavatel tímto přistupuje v souladu s § 99 odst. 1 ZZVZ ke změně přílohy č. 2_3 zadávací dokumentace (aktuální verze uveřejněna na profilu zadavatele s označením „**02_Příloha č. 2_3 Technická specifikace revize**“) ve smyslu shora uvedeného Vysvětlení zadávací dokumentace.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel zároveň přistupuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ k prodloužení lhůty pro podávání nabídek o celou její původní délku ve vztahu k dotčené **části 3 veřejné zakázky – UZ přístroj.**

Na základě shora uvedených skutečností zadavatel mění čl. 22.5. písm. c) zadávací dokumentace tak, že

„c) pro část č. 3 této veřejné zakázky do 17. 04. 2023, do 10:00 hod;“

V ostatních bodech zůstává čl. 22.5. zadávací dokumentace beze změny.

V Praze dne 13. března 2023

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**