

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

Veřejná zakázka: BD Hajnice-dodávka zdravotnického vybavení

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, tel.: +420 607 006 578, e-mail: akadanikova@kr-kralovehradecky.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle ustanovení § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo režim zákona, v souladu se směrnicí č.3 rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup kraje při zadávání veřejných zakázek

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: V návaznosti na uveřejněné odpovědi na předchozí dotazy Vám zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje položku Z17 s názvem Monitor vitálních funkcí, u kterého rozšířil zadání o „elektrody na srdeční rytmus + dětské“. Toto rozšíření o elektrody však již není funkcionalita monitorů vitálních funkcí, ale přístrojů EKG. Chápeme správně, že zadavatel požaduje měření srdečního rytmu – tepové frekvence nikoliv pomocí elektrod, ale pomocí čidla saturace či tlaku?

Odpověď na dotaz č. 1: Zadavatel požaduje měření pomocí čidla saturace a krevního tlaku.

Dotaz č. 2: Zadavatel požaduje položku Z10 Léková skříň. Umožní zadavatel dodání typizované skříně, která odpovídá vyobrazení o popisu a disponuje rozměry vxšxh 1800 x 800 x 400 mm?

Odpověď na dotaz č. 2: Ne, zadavatel trvá na požadovaných rozměrech.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 15. 3. 2023

Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření