

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	Dodávka laboratorní techniky pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 1: Centrifugy chlazené
Ev. č. VVZ	Z2023-009136
Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Způsob zadání	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Prosíme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace k části 1 předmětné veřejné zakázky, v následujícím bodě:

V rámci technické specifikace požadujete minimální rozsah 150 – 3 000xg.

Je možné nabídnout zařízení s rozsahem 150 – 2 930 xg, resp. až 4 100 rpm? Domníváme se, že toto rozmezí odpovídá běžným laboratorním technikám, neomezí uživatelskou, ani technickou funkci zařízení a rozšíří okruh potenciálních dodavatelů.

Odpověď na dotaz

Dodavatelem navržené technické řešení je akceptovatelné, resp. odpovídá zadávacím podmínkám s ohledem na aplikaci tolerance +/- 10 % u číselně vyjádřených parametrů v souladu s vymezením požadavků zadavatele na technickou specifikaci v příloze č. 3 zadávacích podmínek.

Uvedená tolerance je součástí zadávacích podmínek, tudíž tímto vysvětlením nedochází ke změně zadávací dokumentace ani k rozšíření okruhu dodavatelů.

Lhůta pro podání nabídek se nemění

V Hradci Králové

Za zástupce zadavatele na základě pověření