



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Pořízení přístrojového vybavení pro ONN“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

V zadávacím řízení zastoupen: **J&T advokátní kancelář s.r.o.**
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: **Bc. Michaela Kapustová**, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 20. 3. 2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně k části 1 veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

„Zadavatel ve vysvětlení a změně zadávací dokumentace č. 2 doplnil technickou specifikaci patientských monitorů o „bezdrátové připojení lůžkových monitorů k centrálnímu monitoru v rámci stejné bezdrátové sítě telemetrických jednotek“, ale zároveň s tím z technické specifikace v části Ostatní požadavky odstranil již stanovené požadavky na wifi zařízení, tedy požadavky, které musí připojené wifi zařízení do stávající WIFI sítě nemocnice splňovat.“

Účastník i nadále předpokládá, že v případě nutnosti napojení komponent dodávaného systému na stávající wifi síť nemocnice jsou platné původní požadavky zadavatele na tuto síť a komunikace prostřednictvím této wifi sítě je možná.

Je tento předpoklad účastníka správný? Žádáme zadavatele o objasnění.“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď k dotazu č. 1:

Předpoklad účastníka není zcela správný. Konektivita pomocí standardního konektoru RJ-45 a požadavek na bezdrátové připojení lůžkových monitorů k centrálnímu monitoru v rámci stejné bezdrátové sítě telemetrických jednotek znamená, že dodavatel připojí dodané monitory pomocí dodaného kabelu nebo dodané bezdrátové sítě pro telemetrické jednotky. Nemocnice nemá v požadovaném umístění/lokalitě pokrytí WiFi ani drátovou LAN. Dodavatel tak musí využít jím dodané technologie.

Z tohoto důvodu zadavatel odstranil veškeré požadavky na napojení do stávající wifi sítě nemocnice, neboť byly zavádějící.

V Praze dne 23. března 2023

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**