

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	Dodávka laboratorní techniky pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 2: Laboratorní lednice, chladicí, mrazicí boxy
Ev. č. VVZ	Z2023-009137
Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Způsob zadání	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 a dle § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Chtěli bychom se informovat, zda

- a) u položky 1a budete akceptovat rozmezí teploty +3 až +16 °C?
- b) u položky 1b požadujete monitorování teploty prostřednictvím integrovaného dataloggeru nebo bude dostačující průchodka, která poslouží pro externí čidlo? Má být externí záznamník příp. součástí nabídky nebo máte k dispozici vlastní a postačí průchodka?
- c) u položky 1c budete akceptovat výsuvné zásuvky z hliníku (snadno udržovatelný chem. odolný materiál)?

Odpověď na dotaz

- ad a) Zadavatel akceptuje rozmezí teploty +3 až +16 °C v položce 1a - Laboratorní lednice - chladicí box, resp. požadované minimální rozmezí upravuje na +3°C až +15°C.
- ad b) V položce 1 b - Hlubokomrazicí box skříňový zadavatel požaduje monitorování teploty, které může být zajištěno prostřednictvím integrovaného dataloggeru nebo prostřednictvím průchodky, která poslouží pro externí čidlo. Externí záznamník není požadován součástí nabídky.
- ad c) Zadavatel připouští v položce 1 c - Mrazák skříňový i hliníkové zásuvky se současným doložením certifikátu pro použití ve zdravotnickém zařízení v nabídce.

Zároveň zadavatel mění přílohu č. 3 zadávacích podmínek – Technická specifikace (je přílohou těchto VDZ).

Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změny.

Lhůta pro podání nabídek

S ohledem na charakter změn prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Lhůta pro podání nabídek končí **2. 5. 2023 ve 14:00 hod.**

Příloha

Příloha č. 3 zadávacích podmínek - Technická specifikace

V Hradci Králové

Za zástupce zadavatele na základě pověření