

**Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 6 (Dodatečná informace č. 6)****Veřejná zakázka: Oběhové instrumentárium včetně kontejnerů pro Oblastní nemocnici Náchod****Identifikační údaje zadavatele:**

Podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
Kontaktní osoby ve věcech technických

- Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
- Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Lucie Jasinková, tel.: +420 702 248 893, e-mail: ljaskova@kr-kralovehradecky.cz,

Zadavatel č. 2

Název **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO 260 00 202
DIČ CZ699004900
Jednající RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
Kontaktní osoby ve věcech technických

- Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz
- Bc. Michaela Kapustová, tel.: + 420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: Dotaz k odpovědi na dotaz č. 3 ad c) (Dodatečná informace č. 3). V odpovědi uvádíte, že na veškeré instrumentárium netolerujete odchylky „šířka branží na proximálním a distálním konci“.

1a) Žádáme o vysvětlení, co znamená šířka branží na proximálním a distálním konci.

2b) Pokud netolerujete odchylku na veškerém instrumentáriu, ze zadání nejsou zřejmé rozměry na proximálním a distálním konci všech nástrojů uvedených v technické specifikaci. Prosíme o detailní rozměry šířky branží na proximálním a distálním konci předmětných nástrojů.

Odpověď na dotaz č. 1:

1a) Šířka branží na proximálním a distálním konci znamená šířku na začátku a konci branže;

2b) U položek, kde je uveden rozměr, zadavatel trvá na zadávacích podmínkách, u položek, kde rozměry nejsou uvedeny, bude zadavatel akceptovat standardní řešení jednotlivých výrobců.

Dotaz č. 2: Dotaz k odpovědi na dotaz č. 3 ad e) (Dodatečná informace č. 3). Uvádíte, že zadavatel trvá na požadavku dle technické specifikace. To znamená, že nepřipouštíte žádnou toleranci (± 0 mm).

2a) DIN norma 58288: 2010-02 aktualizovaná v roce 2017 uvádí na rozměru h1 toleranci ± 2 mm. Rozměr h1 na výkresu předmětné normy odpovídá rozměru hloubky vaší technické specifikace. Položka č. 639 Hák Langenbeck, 28x10 mm, 210 mm podle technické specifikace neodpovídá předmětné normě DIN 58288. Tato norma uvádí u háku Langenbeck rozměr h1xbx1 - 30x10x212 mm s tolerancemi h1 $\pm$ 2mm, b $\pm$ 1mm a l $\pm$ 5mm. Skutečně zadavatel požaduje rozměr hloubky bez tolerance, tedy odchylně od požadavku normy DIN 58288 a zároveň mimo tolerovaný rozměr? Pokud ano, prosíme o sdělení, podle jaké normy má být nástroj vyroben a důvod, proč je nutné dodržení Vámi požadovaného rozměru bez tolerance.

Odpověď na dotaz č. 2: Zadavatel trvá na technické specifikaci položky č. 639 - Hák Langebeck o rozměrech 28x10x210 mm, ale připouští toleranci na rozměru h1 a L ± 2 mm. Stejnou toleranci zadavatel připouští u položek č. 175, 302, 718 a 768, ve kterých je Hák Langebeck, 28x10x210 mm rovněž obsažen.

Dotaz č. 3: Dotaz k odpovědi na dotaz č. 8 (Dodatečná informace č. 3). Zadavatel akceptuje, že na nástrojích místo sériového čísla dle platné MDR legislativy může být uvedeno „unikátní číslo“ pro jednoznačnou identifikaci oběhu instrumentária na jednotlivých sítích.

3a) Prosíme o informaci, co znamená „unikátní číslo“?

Odpověď na dotaz č. 3: Unikátní číslo je série číselných nebo alfanumerických znaků, která je vytvořena prostřednictvím celosvětové přijímané normy identifikace a kódování prostředku. Umožňuje jednoznačnou identifikaci konkrétního prostředku.

Na základě výše uvedených odpovědí zadavatel upravil následující přílohy zadávacích podmínek:

Přílohy Dodatečné informace č. 6:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace ve znění Dodatečné informace č. 6

- Příloha č. 4 – Nabídková cena + tabulka plnění požadavků ve znění Dodatečné informace č. 6

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 5. 2023 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 28. 3. 2023

Ing. Lucie Jasinková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření